

技术参数

产品名称	凝血分析仪	数量	1
质量层次	进口		
设备配置要求及用途：			
凝血分析仪，用于进行即时血凝（ACT）检测，一种用于监视肝素治疗的全血凝固测定。该系统非常轻便，操作简单，设计适用于所有医护人员，不需特别技术及配件。			
具体技术参数：			
1、肝素监控浓度：可检测0-10单位肝素，有良好线性。			
2、检测系统：采两点（0°及90°）检测原理			
3、测量范围（秒）：90-1500			
4、通过双绝缘或加强绝缘对设备提供保护			
5微处理器控制，用于提高可靠性和报告故障情况			
6、孵育温度（℃）：36.5-37.5。			
7、LED ≥0.8”（英寸）X1.0”（英寸）。			
8、含打印机，用于记录检测结果的硬拷贝。			
9、检测管尺寸：100毫米。			
10、检测管外部直径：13毫米。			
11、催化剂：可提供三种单一催化剂检测管及一种混合催化剂（含三种成份）检测管。			
12试管保存方式：常室温下保存，无需冷藏。			
13、尺寸：≥6.5 X5 X8.5 宽X高X长（英寸）。			
15、完全可便携系统			
16、投标文件中承诺可提供产品说明书和标签			
17、如设备涉及软件或PC工作站，必需接入医院内网，安装杀毒软件，并且提供设备支撑软件安装包及相关部署说明文档			
18、如设备涉及出具检查报告等功能，需免费与院内HIS/LIS/PACS等系统进行对接			
19、售后服务要求			
19.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日；			
19.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）；			
19.3 24小时内未完成维修，应在3个日历天内提供备用机；维修备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天			
19.4设备免费原厂保修期5年（包含所有问题），需提供与原厂签订的保修协议；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。			
19.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；			
19.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训			
19.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。			
20、需免费提供设备安装调试及安装所需的配套场地条件：包含但不限于设备线缆铺设、管路对接、接地工作、墙面或地面的打孔、切割及固定、预埋件的施工安装、设备基座固定等适配性改造施工等，确保设备开机使用。			