

政府采购进口设备专家论证会专家名单

项目名称：郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目

论证时间：2025年8月28日 时 分（北京时间）

论证专家成员						
序号	姓名	身份证号码	工作单位	职称	联系电话	专业
1	何佳	410105197306038438	河南省中医院	主任	13653710712	设备
2	梁建明	410105196308201066	郑大二附院	高级	15837126119	设备
3	严海松	410105196409168214	河南省人民医院	高工	13838238595	设备
4	张平卫	412825196503202015	河南昇融律师事务所	律师	18838115197	法律
5	谢世国	410105196507151176	河南省科技馆	工程师	13213208656	计算机

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	凝血分析仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 凝血分析仪进口设备具有先进检测技术与抗干扰能力, 其准确率高于国产设备, 减少人为造成 ACT 的延长, 高效自主化与流转化优于国产设备, 进口设备系统轻便, 操作简单, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口凝血分析仪抗干扰能力强, 可以有效避免人为因素造成 ACT 延长, 温度精度 $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$, 检测分析准确可靠, 但国产设备在以上各项技术指标上均落后于进口设备, 检测分析精度较差, 易漏诊, 因此建议进口设备。	
专家签字:	何生
2025年8月28日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	凝血分析仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 凝血分析仪进口设备具有先进检测技术与抗干扰能力, 其准确率高于国产设备, 减少人为造成 ACT 的延长, 高效自主化与流转化优于国产设备, 进口设备系统轻便, 操作简单, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
凝血分析仪进口设备具有先进检测技术与抗干扰能力, 其准确率高于国产设备, 减少人为造成 ACT 的延长, 高效自主化与流转化优于国产设备, 进口设备系统轻便, 操作简单, 特申请采购进口设备。	
专家签字: 	
2025 年 8 月 28 日	


附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	凝血分析仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：凝血分析仪进口设备具有先进检测技术与抗干扰能力，其准确率高于国产设备，减少人为造成 ACT 的延长，高效自主化与流转化优于国产设备，进口设备系统轻便，操作简单，特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口凝血分析仪具有如下优势是进口。 1. 肝素、干扰物质检测时间更短、准确性高 2. 凝血指标控制精度高 3. 设备操作简单方便，维护成本低。 因此建议进口设备。	
专家签字：	白子明
2025 年 8 月 28 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	凝血分析仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 凝血分析仪进口设备具有先进检测技术与抗干扰能力, 其准确率高于国产设备, 减少人为造成 ACT 的延长, 高效自主化与流转化优于国产设备, 进口设备系统轻便, 操作简单, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
凝血分析仪由国产设备相比, 在血量范围、凝血温度及控制精度、分析结果的可重复性方面有较大差异, 不能满足临床的结果需求, 属于进口产品。	
专家签字:	
2025 年 8 月 28 日	

附表 3:

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	凝血分析仪
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心设备购置项目
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他。	
原因阐述: 凝血分析仪进口设备具有先进检测技术与抗干扰能力, 其准确率高于国产设备, 减少人为造成 ACT 的延长, 高效自主化与流转化优于国产设备, 进口设备系统轻便, 操作简单, 特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
拟采购的凝血分析仪, 不属于国家禁止进口和限制进口的产品, 采购该进口产品符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和政策的规定, 同意采购进口产品。	
专家签字: 张平卫 (法律)	
2025 年 8 月 28 日	