

郑州市第三人民医院医疗设备验收登记表

设备通用名称	彩色多普勒超声诊断系统(造影, 高端)	注册证名称	超声诊断系统
使用科室	超声科	存放地点	12诊室
数量	1	单价	2590000.00元
注册证号	国械注准20253060941	产地	上海
设备型号	ACUSON Sequoia	出厂编号	880814
生产日期	2025年9月		
到货日期	2025年10月31日	验收日期	2025年10月31日
质保期	6年	设备有效期	10年
供货公司	国药集团郑州医疗器械有限公司	供货商姓名及电话	姜凯 18538511068
生产厂家	上海西门子医疗器械有限公司	厂家工程师姓名及电话	曹祥超 18637181091
主要结构	主机1台, 5.1腹部凸阵探头, 5.1心脏相控阵探头, 10L4血管探头, 18L6高频探头, 4.1L11介入探头, 超声工作站, 采集手柄, 彩色多普勒打印机, 电动功能检查床, 超声专业诊断椅		
验收情况: 1、外观 (1) 完好无损 ☒ (2) 轻微破损 ☐ (3) 严重破损 ☐ 2、主机参数 (1) 符合要求 ☒ (2) 不符合要求 ☐ 3、附件 (1) 齐全 ☒ (2) 缺少 ☐ (3) 无 ☐ 4、质量要求约定 (1) 符合要求 ☒ (2) 不符合要求 ☐ 5、资料 (1) 完整 ☒ (2) 缺少 ☐ (3) 无 ☐ 6、验收结果 (1) 合格 ☒ (2) 不合格 ☐ 备注:			
验收小组 (签字): 使用科室验收人及负责人: 曹俊萍 医学装备科工程师: 苗颖超 资产管理科: 郭亚文 供货方: 姜凯			

注: 1. 设备所带附件须注明物品名称及数量 2. 主要结构参考产品技术要求

耦合剂加热装置 (双孔), 稳压电源UPS, 造影分析工作站.