

表 3

政府采购进口产品专家论证意见	
一、基本情况	
申请单位	西平县人民医院
拟采购产品名称	宫腔电切镜
拟采购产品金额	50 万
采购项目所属项目名称	西平县人民医院宫腔电切镜采购项目
采购项目所属项目金额	50 万
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 1. 微创手术是手术治疗妇科疾病的发展趋势，临床都在追求以最小的创伤、最短的手术时间来完成手术；新购置的产品设备需要和现有的设备互用。 2. 市面上已经推出新型宫腔电切镜：直径 18. 5Fr（6mm）宫腔电切镜是独家的，国内无类似产品。可以使用阴道窥器进行治疗最常见的妇科宫腔病变（异常子宫出血子宫粘膜下肌瘤、子宫内膜息肉等），从而进一步降低了器械造成的宫颈扩张和宫颈抓钳导致的宫颈裂伤等并发症的发生。 3. 可以直接进入宫腔而无需进行宫颈扩张，并且可以处理大多数妇科患者最常见的宫腔疾病，无需更换手术器械，缩短手术时间。 综上所述为了保证能够给患者提供精准和有效的治疗方案，确保患者安全，需购置进口产品。该产品不在政府采购进口产品限制目录内，申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
符合国家采购进口设备的法律法规，且未列入商务部限制进口设备目录，建议采购进口设备， 专家签字： 2025 年 9 月 10 日	