

(四) 货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
1	病人监护仪	标配	迈瑞	EPM10C	中国深圳	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	台	6	19500	117000	否	/
/												

说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投 标 人 深圳未来康盛投资发展有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人： 郭磊 （签字或盖章）

日期： 2023年12月11日

五、 商务和技术偏差表

序号	招标文件要求	投标文件的响应 (投标人须逐条应答)	满足/ 不满足	偏差说明
(1)	技术要求			
一	整机要求:			
1.1	彩色液晶触摸屏 ≥ 10 、英寸,分辨率 $\geq 1280 \times 800$, ≥ 8 通道波形显示。 (提供说明书或检验报告证明)	彩色液晶触摸屏 ≥ 10 、英寸,分辨率 $\geq 1280 \times 800$, ≥ 8 通道波形显示。 (提供说明书或检验报告证明)	满足	见产品彩页及说明书
1.2	屏幕标配电容屏非电阻屏。(提供说明书或检验报告证明)	屏幕标配电容屏非电阻屏。(提供说明书或检验报告证明)	满足	见产品彩页及说明书
1.3	显示屏采用宽视角技术,支持 $\geq 170^\circ$ 度可视范围。(提供证明材料)	显示屏采用宽视角技术,支持 $\geq 170^\circ$ 度可视范围。(提供证明材料)	满足	见产品彩页及说明书
1.4	内置锂电池,无需工具支持快速拆卸和安装,锂电池支持监护仪工作时间 ≥ 4 小时。	内置锂电池,无需工具支持快速拆卸和安装,锂电池支持监护仪工作时间 ≥ 4 小时。	满足	见产品彩页及说明书
1.5	安全规格: ECG, TEMP, SpO2、NIBP、监测参数抗电击程度为防除颤CF型。	安全规格: ECG, TEMP, SpO2、NIBP、监测参数抗电击程度为防除颤CF型。	满足	见产品彩页及说明书
1.6	监护仪使用年限 ≥ 10 年。	监护仪使用年限 ≥ 10 年。	满足	见产品彩页及说明书
1.7	*主机防水等级 $\geq IPX1$ 。(提供监护仪标签照片证明)	*主机防水等级 $\geq IPX1$ 。(提供监护仪标签照片证明)	满足	见产品彩页及说明书
1.8	*监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂 ≥ 40 种。(提供说明书或检验报告列明消毒剂的种类)	*监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂 ≥ 40 种。(提供说明书或检验报告列明消毒剂的种类)	满足	见产品彩页及说明书
9	监护仪主机工作温度环境范围: $0 \sim 40^\circ \text{C}$ 。	监护仪主机工作温度环境范围: $0 \sim 40^\circ \text{C}$ 。	满足	见产品彩页及说明书
10	监护仪主机工作湿度环境范围: $15 \sim 95\%$ 。	监护仪主机工作湿度环境范围: $15 \sim 95\%$ 。	满足	见产品彩页及说明书
二	监测参数:			

2.1	配置3/5导心电,呼吸,无创血压,血氧饱和度,脉搏和双通道体温参数监测以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。	配置3/5导心电,呼吸,无创血压,血氧饱和度,脉搏和双通道体温参数监测以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。	满足	见产品彩页及说明书
2.2	心电监护支持心率,ST段测量,心律失常分析,QT/QTc连续实时测量和对应报警功能,支持成人、小儿、新生儿患者。	心电监护支持心率,ST段测量,心律失常分析,QT/QTc连续实时测量和对应报警功能,支持成人、小儿、新生儿患者。	满足	见产品彩页及说明书
2.3	心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。	心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。	满足	见产品彩页及说明书
2.4	支持≥25种心律失常分析。	支持≥25种心律失常分析。	满足	见产品彩页及说明书
2.5	支持室上性心律失常分析。	支持室上性心律失常分析。	满足	见产品彩页及说明书
2.6	QT和QTc实时监测参数测量范围:200~800ms。	QT和QTc实时监测参数测量范围:200~800ms。	满足	见产品彩页及说明书
2.7	支持心电多导同步分析,提供产品使用界面、手册截图或技术专利证明材料。	支持心电多导同步分析,提供产品使用界面、手册截图或技术专利证明材料。	满足	见产品彩页及说明书
2.8	支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印,包括心率统计结果,心律失常统计结果,ST统计和QT/QTc统计结果。	支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印,包括心率统计结果,心律失常统计结果,ST统计和QT/QTc统计结果。	满足	见产品彩页及说明书
2.9	*支持指套式血氧探头,防水等级≥IPX7,支持液体浸泡消毒和清洁。	*支持指套式血氧探头,防水等级≥IPX7,支持液体浸泡消毒和清洁。	满足	见产品彩页及说明书
2.10	支持24小时血压统计结果,提供说明书或检验报告证明。	支持24小时血压统计结果,提供说明书或检验报告证明。	满足	见产品彩页及说明书
2.11	呼吸测量适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围:0~200rpm。	呼吸测量适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围:0~200rpm。	满足	见产品彩页及说明书
2.12	配置无创血压测量,适用于成人、小儿和新生儿。无创血压成人测量范围:收缩压30~290mmH。	配置无创血压测量,适用于成人、小儿和新生儿。无创血压成人测量范围:收缩压30~290mmH。	满足	见产品彩页及说明书
三	系统功能:			
3.1	支持所有监测参数报警限一键自动设置功能,产品说明书提供报警限自动设置规则,提供说明书或检验报告证明。	支持所有监测参数报警限一键自动设置功能,产品说明书提供报警限自动设置规则,提供说明书或检验报告证明。	满足	见产品彩页及说明书
3.2	具有图形化技术报警指示功能,帮助医护团队快速识别报警来源。	具有图形化技术报警指示功能,帮助医护团队快速识别报警来源。	满足	见产品彩页及说明书
3.3	支持≥1000组NIBP测量结果。	支持≥1000组NIBP测量结果。	满足	见产品彩页及说明书

3.4	*3支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。	*3支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。	满足	见产品彩页及说明书
3.5	*支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪、输液泵一起联网通信到中心监护系统。	*支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪、输液泵一起联网通信到中心监护系统。	满足	见产品彩页及说明书
3.6	支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。	支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。	满足	见产品彩页及说明书
3.7	3可升级支持定时自动EWS评分功能，支持自动动态刷新EWS和EWS报警	3可升级支持定时自动EWS评分功能，支持自动动态刷新EWS和EWS报警	满足	见产品彩页及说明书
3.8	支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。	支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。	满足	见产品彩页及说明书
3.9	动态趋势界面可支持统计1-24小时小时心律失常报警。	动态趋势界面可支持统计1-24小时小时心律失常报警。	满足	见产品彩页及说明书
3.10	提供目标监测界面，能够显示ECG, SpO2, IBP, CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动。	提供目标监测界面，能够显示ECG, SpO2, IBP, CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动。	满足	见产品彩页及说明书
3.11	*支持带ABD事件的呼吸氧合界面。	*支持带ABD事件的呼吸氧合界面。	满足	见产品彩页及说明书
3.12	心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有监护仪。（提供机器接口证明文件）	心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有监护仪。（提供机器接口证明文件）	满足	见产品说明书
3.13	3支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。	3支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。	满足	见产品彩页及说明书

注：1. 投标人需按招标文件第六章“招标项目需求及技术要求”条款的要求逐条填写，应填写以“满足”或“不满足”等明示承诺开始，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3. 未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。

投 标 人 深圳康盛投资发展有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 2023年12月4日