

(四) 货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
1	婴儿辐射保暖台	见检验报告或产品技术白皮书	戴维	HKN-500AB	浙江宁波	宁波戴维医疗器械股份有限公司	台	2	188000	376000	否	/

- 说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。
2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。


 投标人：河南同友医疗器械有限公司（盖章）
 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
 2023 年 12 月 14 日

五、 商务和技术偏差表

商务偏差表

序号	招标文件要求	投标文件的响应 (投标人须逐条应答)	满足/不满足	偏差说明
1	交货期：合同签订后 30 天内安装调试完成	交货期：合同签订后 30 天内安装调试完成	满足	无偏差
2	交货地点：濮阳市人民医院	交货地点：濮阳市人民医院	满足	无偏差
3	质量标准：合格，符合国家标准	质量标准：合格，符合国家标准	满足	无偏差
4	质保期：验收合格后保修 1 年	质保期：验收合格后保修 1 年	满足	无偏差
5	付款方式：货物运到买方使用现场，安装调试结束，经买方验收合格，卖方提交发票后，支付合同款的 90%，1 年后付剩余 10% 合同价款。	付款方式：货物运到买方使用现场，安装调试结束，经买方验收合格，卖方提交发票后，支付合同款的 90%，1 年后付剩余 10% 合同价款。	满足	无偏差
6	履约验收要求：符合招标文件要求，由招标人组织统一验收	履约验收要求：符合招标文件要求，由招标人组织统一验收	满足	无偏差
7	商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》	商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》	满足	无偏差
8	投标人需提供安装、调试方案，包括设备安装、调试、试运行测试、运行维护等	投标人提供安装、调试方案，包括设备安装调试、试运行测试、运行维护等	满足	无偏差 见售后服务计划



9	投标人需提供培训方案和供货方案	投标人提供培训方案和供货方案	满足	无偏差 见售后服务计划
10	投标人需提供售后服务承诺和售后服务方案，包括售后服务人员、售后服务计划、售后服务设备等	投标人提供售后服务承诺和售后服务方案，包括售后服务人员、售后服务计划、售后服务设备等	满足	无偏差 见售后服务计划
11	投标人需提供质保期内质量保证措施、质保期外质量保证措施等	投标人提供质保期内质量保证措施、质保期外质量保证措施等	满足	无偏差 见售后服务计划

注：1. 投标人需按招标文件第六章“招标项目需求及技术要求”条款的要求逐条填写，应填写以“满足”或“不满足”等明示承诺开始，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3. 未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。

投 标 人：河南同友医疗器械有限公司（盖章）
 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
 2023 年 12 月 14 日

技术偏差表

序号	招标文件要求	投标文件的响应 (投标人须逐条应答)	满 足 / 不满足	偏差说明
1.	具有 T 组合, 空氧仪, 脉氧仪, 电子称, 预热、手控、肤温三种温度控制模式	具有婴儿T-组合复苏器、空氧混合仪、MasimoSpO ₂ 脉搏血氧监测、称重装置	满足	见80页技术白皮书功能简介第2
2.	设置温度与皮肤温度分屏显示	设置温度与皮肤温度分屏显示	满足	见80页技术白皮书功能简介第4
3. *	独立的超温保护系统	独立的超温保护系统, 多种故障报警提示, 提供多重安全防护	满足	见80页白皮书功能简介第15
4.	辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调	辐射箱水平角度可调, 方便临床护理 电动摇床, 电动摇床倾斜角度: 15° ±1°, 便捷调控床体倾斜角度, 过渡更平缓	满足	见80页技术白皮书功能简介第5-6
5.	婴儿床四周的有机玻璃挡板可向下翻转或拆卸	婴儿床四周的有机玻璃挡板可向下翻转或拆卸	满足	见80页技术白皮书功能简介第7
6.	产品具有自检功能, 多种故障报警提示	产品具有自检功能, 多种故障报警提示	满足	见80页技术白皮书功能简介第9
7.	前面板具有温度校正功能	前面板具有温度校正功能	满足	见80页技术白皮书功能简介第10
8.	具有肤温传感器脱落报警提示功能	具有肤温传感器脱落报警提示功能	满足	见80页技术白皮书功能简介第11
9.	婴儿床下可放置 X 光射线拍片盒	婴儿床下可放置 X 光射线拍片盒	满足	见80页技术白皮书功能简介第12
10.	具有数据储存功能	具有数据储存功能	满足	见80页技术白皮书功能简介第20
11.	具有 APGAR 评分计时功能	APGAR评分计时功能	满足	见80页技术白皮书功能简介第16
12.	具有 RS-232 接口	RS-232接口, 支持数据传输	满足	见80页技术白皮书功能简介第19
13. *	控温方式: 预热、手控、肤温三种控制	温度控制模式: 预热模式、手控模式、肤温三种温度控制模式	满足	见80页技术白皮书设备技术参数要求第3
14.	肤温控温范围: 32℃ ~ 37.5℃	肤温模式下控制温度范围: 32℃ ~ 37.5℃	满足	见80页技术白皮书设备技术参数要求第4

15.	肤温显示范围：5℃～65℃	肤温模式的温度显示范围：5℃～65℃	满足	见80页技术白皮书设备技术参数要求第5
16.	控温精度：≤0.5℃	皮肤温度传感器测得的温度与控制温度之差：≤0.5℃	满足	见80页技术白皮书设备技术参数要求第6
17. *	皮肤温度传感器精度：±0.2℃内	皮肤温度传感器精度：±0.2℃内	满足	见80页技术白皮书设备技术参数要求第8
18.	床面温度均匀性：≤2℃	床面温度均匀性：≤2℃	满足	见80页技术白皮书设备技术参数要求第7
19.	辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动	辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动	满足	见81页技术白皮书设备技术参数要求第15
20.	婴儿床倾斜角度：无级可调	婴儿床倾斜角度：无级可调	满足	见81页技术白皮书设备技术参数要求第16
21.	APGAR 评分计时：运行至 50''～1'、4' 50''～5'、9' 50''～10' 时发出声光提示	APGAR 评分：运行到 50 秒～1 分钟、4 分 50 秒～5 分钟、9 分 50 秒～10 分钟时发出声光提示	满足	见81技术白皮书设备技术参数要求第17
22.	故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等	报警项目：断电报警，传感器报警，偏差报警，超温报警，设置报警、检查报警、系统报警，血氧报警，SpO ₂ 上限报警、SpO ₂ 下限报警，脉搏上限报警、脉搏下限报警，系统提示	满足	见81页技术白皮书设备技术参数要求第18

注：1. 投标人需按招标文件第六章“招标项目需求及技术要求”条款的要求逐条填写，应填写以“满足”或“不满足”等明示承诺开始，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3. 未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。

投 标 人 河南同友医疗器械有限公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人： 张国现 (签字或盖章)

2023 年 12 月 14 日