

(四) 货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否)	备注
1	全数字彩色多普勒超声诊断系统	见技术偏差表	德润特	DD60	武汉	德润特医疗科技(武汉)有限公司	套	1	¥982700.00	¥982700.00	否	
2	超宽频凸阵穿刺探头	见技术偏差表	德润特	C25P	武汉	德润特医疗科技(武汉)有限公司	把	1	含在主机内	含在主机内	否	
3	超宽频经直肠双平面探头(凸阵+线阵)	见技术偏差表	德润特	CL4410R	武汉	德润特医疗科技(武汉)有限公司	把	1	含在主机内	含在主机内	否	

说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。



投标人： 河南华泽科技有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人： 张晶晶 （签字或盖章）

2024 年 02 月 26 日

五、商务技术偏差表

(一) 商务条款偏差表

序号	招标文件要求	投标文件响应	是否满足	偏差说明
1	交货期：合同签订后 30 天内安装调试完成	交货期：合同签订后 30 天内安装调试完成	满足	无偏差
2	交货地点：濮阳市人民医院	交货地点：濮阳市人民医院	满足	无偏差
3	质保期：验收合格后保修 1 年	质保期：验收合格后保修 1 年	满足	无偏差
4	质量标准：合格，符合国家标准	质量标准：合格，符合国家标准	满足	无偏差
5	本项目是否接受联合体投标：否	提供有非联合体投标承诺函	满足	无偏差
6	投标人资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（投标人参加投标时，1.2-1.5 项内容按照规定提供相关声明函，详见投标文件格式） 1.1 具有独立承担民事责任的能力。 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	提供有： 1、“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函” 1.1 具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2022 年度审计报告	满足	无偏差

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 2、落实政府采购政策满足的资格要求：无 3、本项目的特定资格要求： 3.1 所投产品属于 II 类医疗器械的，投标人若为生产厂商应具有《医疗器械生产许可证》；投标人若为经销商或代理商应具有第二类医疗器械经营备案凭证。所投产品属于 III 类医疗器械的，投标人若为生产厂商应具有《医疗器械生产许可证》；投标人若为经销商或代理商 应具有《医疗器械经营许可证》。 3.2 投标人所投产品应具备在有效期内的医疗器械注册证。 3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系	1.3 提供：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供近一年任意三个月的纳税、社保凭证 1.5 提供：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函 3.1 替换：投标人的第二类医疗器械备案凭证、医疗器械经营许可证 3.2 投标产品的在有效期内的医疗器械注册证 3.3 提供：“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、中国政府采购网（		
--	---	--	--

	统（ http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的投标人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：投标文件提交截止时间）；在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 3.4 其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	http://www.ccgp.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的查询截图 3.4 提供：满足“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动”要求的承诺函		
7	投标有效期：递交投标文件的截止之日起 90 日历天	投标有效期：递交投标文件的截止之日起 90 日历天	满足	无偏差
8	投标人的投标产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价： 根据投标人的投标产品或其同品牌的同类产品近三年（2021 年 1 月 1 日以来）在中国境内的销售业绩进行评价，有 1 项业绩得 2	具有投标产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩合同	满足	无偏差

	分，最高分为 4 分。 注：1、投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品 牌型号页、配置清单及金额数量页、签字页）扫描件，否则业绩不予认可。 2、同类产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。			
9	付款方式：货物运到买方使用现场，安装调试结束，经买方验收合格，卖方提交发票后，支付合同款的 100%。	付款方式：货物运到买方使用现场，安装调试结束，经买方验收合格，卖方提交发票后，支付合同款的 100%。	满足	无偏差
10	履约验收要求：符合招标文件及投标文件要求，由招标人组织统一验收。	履约验收要求：符合招标文件及投标文件要求，由招标人组织统一验收。	满足	无偏差
11	商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》。	商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》。	满足	无偏差
12	投标人需提供安装、调试方案，包括设备安装调试、试运行测试、运行维护等。	具有安装、调试方案，包括设备安装调试、试运行测试、运行维护等	满足	无偏差
13	投标人需提供培训方案和供货方案。	具有培训方案和供货方案	满足	无偏差
14	投标人需提供售后服务承诺和售后服务方案，包括售后服务人员、售后服务计划、售后服务设备等。	具有售后服务承诺和售后服务方案，包括售后服务人员、售后服务计划、售后服务设备等。	满足	无偏差

15	投标人需提供质保期内质量保证措施、质保期外质量保证措施等。	具有质保期内质量保证措施、质保期外质量保证措施	满足	无偏差
16	招标文件其他要求	招标文件其他要求	满足	无偏差

注：1. 投标人需按招标文件商务的要求填写，商务条款包含交货期、交货地点、质保期、质量标准等，填写应以“满足”或“不满足”，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3. 未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。



投标人：河南萃泽科技有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：张晶晶（签字或盖章）

2024 年 02 月 26 日

(二) 技术条款偏差表

序号	招标文件要求	投标文件响应	是否满足	偏差说明
1	(一) 设备名称： 高档全数字化术中彩色多普勒超声诊断系统	(一) 设备名称： 高档全数字化术中彩色多普勒超声诊断系统（高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统）	满足，详见投标文件中 中华人民共和国医疗器械 注册证表第 1 页第 8 行	无偏差
2	(二) 设备功能： 腹部、泌尿、儿科、腔内、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。	(二) 设备功能： 腹部、泌尿、儿科、腔内、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。	满足，详见投标文件中 中华人民共和国医疗器械 注册证第 1 页第 11 行	无偏差
3	(三) 主要技术规格和描述	(三) 投标机型主要技术规格和描述	满足，详见投标文件技术规格书	无偏差
4	1. 彩色多普勒超声波诊断仪包括：	彩色多普勒超声波诊断仪包括：	满足，详见投标文件中 中华人民共和国医疗器械 注册证表第 1 页第 8 行	无偏差

5	1.1≥17英寸监视器，采用灵活多点支撑臂，可倾斜、旋转和下折	投标机型具备 17 英寸监视器，采用灵活多点支撑臂，可倾斜、旋转和下折	满足，详见投标文件技术规格书第 8 页右侧第 43 行	无偏差
6	1.2主机操作面板上具备≥10"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏	投标机型具备大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏：10"	满足，详见投标文件技术规格书第 8 页右侧第 21 行	正偏差，便于操作，方便调节相对应技术参数
7	1.3具有智能流程编辑功能	投标机型具有智能流程编辑功能	满足，详见投标文件技术规格书第 2 页第 17 行	无偏差
8	1.4智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可倾斜、旋转移动	投标机型具备智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可倾斜、旋转移动	满足，详见投标文件技术规格书第 2 页第 16-18 行	无偏差
9	1.5多层晶体匹配探头技术	投标机型具备多层晶体匹配探头技术	满足，详见投标文件技术规格书第 4 页右侧第 3 行	无偏差
10	1.6智能脉冲调制技术	投标机型具备智能脉冲调制技术	满足，详见投标文件技术规格书第 4 页左侧第 45 行	无偏差
11	1.7微米聚焦技术	投标机型具备微米聚焦技术	满足，详见投标文件技	无偏差

			术规格书第 4 页左侧第 46 行	
12	1.8数字化高分辨率二维灰阶成像单元	投标机型具备数字化高分辨率二维灰阶成 像单元	满足，详见投标文件技 术规格书第 3 页左侧第 17 行	无偏差
13	1.9数字化M型显示及分析系统	投标机型具备数字化 M 型显示及分析系统	满足，详见投标文件技 术规格书第 4 页右侧第 4 行	无偏差
14	1.10数字化高分辨率彩色多普勒血流成像 单元	投标机型具备高分辨率彩色多普勒血流成 像单元	满足，详见投标文件技 术白皮书第 5 页左侧第 7 行	无偏差
15	1.11数字化能量血流成像单元	投标机型具备数字化能量血流成像单元	满足，详见投标文件技 术规格书第 5 页左侧第 36 行	无偏差
16	1.12数字化频谱多普勒显示及分析系统	投标机型具备数字化频谱多普勒显示及分 析系统	满足，详见投标文件技 术规格书第 4 页右侧第 14 行	无偏差
17	1.13组织谐波成像功能，≥3种不同方式的	投标机型具备组织谐波成像功能，3 种不同	满足，详见投标文件技	无偏差

	组织谐波成像，纯净谐波、宽带谐波、高精细加强动态组织谐波，具有明确谐波频率显示，方便切换，可视可调	方式的组织谐波成像，纯净谐波、宽带谐波、高精细加强动态组织谐波，具有明确谐波频率显示，方便切换，可视可调	术规格书第 3 页右侧第 18-20 行	
18	1.14空间复合成像技术	投标机型具备空间复合成像技术	满足，详见投标文件技术规格书第 4 页左侧第 39 行	无偏差
19	1.15高清晰斑点噪音抑制	投标机型具备高清晰斑点噪音抑制	满足，详见投标文件技术规格书第 3 页右侧第 22 行	无偏差
20	1.16具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性	投标机型具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性	满足，详见投标文件技术规格书第 4 页左侧第 32 行	无偏差
21	1.17梯形拓展成像功能，扩大扫查视野	投标机型具备梯形拓展成像功能，扩大扫查视野	满足，详见投标文件技术规格书第 4 页左侧第 40 行	无偏差
22	1.18原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数	投标机型具备原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数	满足，详见投标文件技术规格书第 5 页右侧第 13 行	无偏差

23	1.19图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。可优化增益、多普勒速度、基线等参数	投标机型具备图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。可优化增益、多普勒速度、基线等参数	满足，详见投标文件技术规格书第3页右侧第10行	无偏差
24	1.20自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示	投标机型具备自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示	满足，详见投标文件技术规格书第3页右侧第23行	无偏差
25	1.21穿刺针实时双幅增强显示功能	投标机型具备穿刺针实时双幅增强显示功能	满足，详见投标文件技术规格书第4页右侧第2行	无偏差
26	1.22实时自动多普勒包络分析，具备多普勒角度自动校正技术	投标机型具备实时自动多普勒包络分析，具备多普勒角度自动校正技术	满足，详见投标文件技术规格书第4页右侧第16行、37行	无偏差
27	1.23实时双多普勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现两个不同部位的多普勒同步取样，支持凸阵、线阵、相控阵、容积探头；	投标机型具备实时双多普勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现两个不同部位的多普勒同步取样，支持凸阵、线阵、相控阵、容积探头；	满足，详见投标文件技术规格书第8页左侧第36-40行	无偏差

28	1. 24增强的多普勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多普勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率	投标机型具备增强的多普勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多普勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率	满足，详见投标文件技术规格书第 5 页左侧第 36-44 行	无偏差
29	2. 测量和分析：（B型，M型，频谱多普勒，彩色多普勒）	投标机型具备测量和分析：（B 型，M 型，频谱多普勒，彩色多普勒）	满足，详见投标文件技术规格书第 6 页右侧第 16-30 行	无偏差
30	2. 1一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、髌关节角度、直方图、BIndex	投标机型具备一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、髌关节角度、直方图、BIndex	满足，详见投标文件技术规格书第 6 页右侧第 19-20 行	无偏差
31	2. 2M型测量：距离(振幅)，时间间隔，心率，速度，M. Index	投标机型具备 M 型测量：距离(振幅)，时间间隔，心率，速度，M. Index	满足，详见投标文件技术规格书第 6 页右侧第 21-22 行	无偏差
32	2. 3子宫测量与分析：具备子宫动脉测量	投标机型具备子宫测量与分析：具备子宫动脉测量	满足，详见投标文件技术规格书第 6 页右侧第 46 行-第 7 页左侧第 6 行	无偏差
33	2. 4卵巢、卵泡测量与分析：具备卵泡容积	投标机型具备卵巢、卵泡测量与分析：具	满足，详见投标文件技	无偏差

	测量，卵巢动脉测量	备卵泡容积测量，卵巢动脉测量	术规格书第 7 页左侧第 3-6 行	
34	2.5外周血管血流测量与分析	投标机型具备外周血管血流测量与分析	满足，详见投标文件技术规格书第 7 页左侧第 41 行	无偏差
35	2.6泌尿科测量和分析	投标机型具备泌尿科测量和分析	满足，详见投标文件技术规格书第 7 页右侧第 17 行	无偏差
36	2.7小器官测量和分析	投标机型具备小器官测量和分析	满足，详见投标文件技术规格书第 7 页右侧第 26 行	无偏差
37	2.8腹部测量和分析	投标机型具备腹部测量和分析	满足，详见投标文件技术规格书第 7 页右侧第 38 行	无偏差
38	2.9报告功能：可以调取以前的测量报告，历史检查数据可以在报告中分开显示，可以用选购PC打印机直接打印报告，输出格式可以是CSV文件	投标机型具备报告功能：可以调取以前的测量报告，历史检查数据可以在报告中分开显示，可以用选购 PC 打印机直接打印报告，输出格式可以是 CSV 文件	满足，详见投标文件技术规格书第 8 页左侧第 7-24 行	无偏差

39	2.9.1具备产科报告、妇科报告、心功能报告、外周血管报告、IMT（内膜厚度）报告、泌尿科报告、腹部测量报告、小器官报告	投标机型具备产科报告、妇科报告、心功能报告、外周血管报告、IMT（内膜厚度）报告、泌尿科报告、腹部测量报告、小器官报告	满足，详见投标文件技术规格书第 8 页左侧第 8-20 行	无偏差
40	2.9.2用户自定义估测公式：每一种应用可以设定 ≥ 30 个公式	投标机型具备用户自定义估测公式：每一种应用可以设定 30 个公式	满足，详见投标文件技术规格书第 8 页左侧第 27-28 行	无偏差
41	2.9.3测量结果的字号可以更改 ≥ 3 种选择	投标机型具备测量结果的字号可以更改 3 种选择	满足，详见投标文件技术规格书第 8 页左侧第 29 行	无偏差
42	2.9.4 VCR回放图像可以测量，利于手动校准	投标机型具备 VCR 回放图像可以测量，利于手动校准	满足，详见投标文件技术规格书第 8 页左侧第 26 行	无偏差
43	3. 图像存储与（电影）回放重现单元	投标机型具备图像存储与（电影）回放重现单元	满足，详见投标文件技术规格书第 5 页右侧第 11-12 行	无偏差
44	4. 输入/输出信号	投标机型具备输入/输出信号	满足，详见投标文件技术规格书第 8 页右侧第	无偏差

			24 行	
45	4.1输入：VCR，外部视频	投标机型具备输入：VCR，外部视频	满足，详见投标文件技术规格书第 8 页右侧第 35-36 行	无偏差
46	4.2输出：复合视频，S---视频	投标机型具备输出：复合视频，S---视频	满足，详见投标文件技术规格书第 8 页右侧第 32-34 行	无偏差
47	5. 图像管理与记录装置	投标机型具备图像管理与记录装置	满足，详见投标文件技术规格书第 5 页右侧第 41 行	无偏差
48	5.1超声图像存档与病案管理	投标机型具备超声图像存档与病案管理	满足，详见投标文件技术规格书第 6 页左侧第 36-40 行	无偏差
49	5.2 USB存储器	投标机型具备 USB 存储器	满足，详见投标文件技术规格书第 6 页左侧第 27 行	无偏差
50	5.3兼容DICOM 3.0	投标机型兼容 DICOM 3.0	满足，详见投标文件技术规格书第 6 页左侧第	无偏差

			22 行	
51	6. 系统通用功能	投标机型具备系统通用功能	满足，详见投标文件技术规格书第 8 页左侧第 41 行	无偏差
52	6.1操作面板各按键功能可编程、可用户自定义	投标机型具备操作面板各按键功能可编程、可用户自定义	满足，详见投标文件技术规格书第 8 右侧第 1-4 行	无偏差
53	***6.2探头接口个数（提供证明材料）	投标机型探头接口个数：4 个 (提供材料：技术规格书)	满足，详见投标文件技术规格书第 8 页右侧 23 行	无偏差
54	6.3二维、彩色双幅实时成像功能	投标机型具备二维、彩色双幅实时成像功能	满足，详见投标文件技术规格书第 3 页右侧第 12 行	无偏差
55	6.4系统数字化通道 $\geq 349,000$	投标机型系统数字化通道：349,824	满足，详见投标文件技术规格书第 4 页左侧第 4-5 行	正偏差，图像质量更优越，更快捷实现技术敏捷
56	6.5系统动态范围 $\geq 270\text{dB}$	投标机型系统动态范围：271dB	满足，详见投标文件技术规格书第 4 页左侧第	正偏差，灵敏度高，噪声水平越

			2-3 行	低
57	6.6预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节	投标机型预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节	满足，详见投标文件技术规格书第 8 页右侧侧第 5-7 行	无偏差
58	6.7安全性能：符合商品安全质量要求	投标机型安全性能：符合商品安全质量要求	满足，详见投标文件检验报告、中华人民共和国医疗器械注册证表	无偏差
59	7.灰阶显像主要参数	投标机型具备灰阶显像主要参数	满足，详见投标文件技术规格书第 3 页左侧第 17 行	无偏差
60	7.1发射声束聚焦：复合脉冲波发射器≥16段	投标机型具备发射声束聚焦：复合脉冲波发射器：16段	满足，详见投标文件技术规格书第 3 页右侧第 42-43 行	无偏差
61	7.2接收方式：多重高速数字化声束形成器	投标机型接收方式：多重高速数字化声束形成器	满足，详见投标文件技术规格书第 3 页右侧第 28-29 行	无偏差
62	7.3数字式声束形成器：数字式全程动态聚	投标机型数字式声束形成器：数字式全程	满足，详见投标文件技	无偏差

	焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit	动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D: 12bit	术规格书第 3 页右侧第 30 行	
63	7.4回放重现：灰阶图像回放≥19000幅	投标机型回放重现：灰阶图像回放 19000 幅	满足，详见投标文件技术规格书第 5 页右侧第 15 行	无偏差
64	7.5增益调节：B、M、D可独立调节	投标机型增益调节：B、M、D 可独立调节	满足，详见投标文件技术规格书第 4 页左侧第 31 行	无偏差
65	7.5.1STC分段≥8段调节	投标机型具备 STC 分段：8 段调节	满足，详见投标文件技术规格书第 4 页左侧第 28 行	无偏差
66	7.5.2实时调节或冻结后可再调节	投标机型具备实时调节或冻结后可再调节	满足，详见投标文件技术规格书第 4 页右侧第 1 行	无偏差
67	7.6横向（水平向）增益调节功能：≥8段	投标机型具备横向（水平向）增益调节功能：8 段	满足，详见投标文件技术规格书第 4 页左侧第 32-33 行	无偏差
68	***7.7最大扫描深度（提供证明材料）	投标机型具备最大扫描深度：40cm（已提	满足，详见投标文件技	无偏差

		供证明材料：技术规格书)	术规格书第 4 页左侧第 18-20 行	
69	8. 频谱多普勒	投标机型具备频谱多普勒	满足，详见投标文件技术规格书第 4 页右侧第 14 行	无偏差
70	8.1 多普勒频率可选择 ≥ 2 种，可视可调	投标机型具备多普勒频率可选择：2 种，可视可调	满足，详见投标文件技术规格书第 4 页右侧第 23-27 行	无偏差
71	8.2最低测速： $\leq 1\text{mm/s}$	投标机型最低测速：1mm/s	满足，详见投标文件技术规格书第 5 页左侧第 5 行	无偏差
72	8.3零位移动： ≥ 6 级	投标机型具备零位移动：6 级	满足，详见投标文件技术规格书第 5 页左侧第 6 行	无偏差
73	8.4取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调	投标机型具备取样宽度及位置范围：宽度0.5mm 至 20mm 逐段可调	满足，详见投标文件技术规格书第 4 页右侧第 43 行	无偏差
74	8.5多普勒基线位置可实时调节或冻结后	投标机型具备多普勒基线位置可实时调节	满足，详见投标文件技	无偏差

	再调节	或冻结后再调节	术规格书第 4 页右侧第 34 行	
75	9. 彩色多普勒	投标机型具备彩色多普勒	满足，详见投标文件技术规格书第 5 页左侧第 7 行	无偏差
76	9.1 显示方式：速度显示、方差显示	投标机型显示方式：速度显示、方差显示	满足，详见投标文件技术规格书第 5 页左侧第 17 行	无偏差
77	9.2 彩色增强：能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像	投标机型具备彩色增强：能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像	满足，详见投标文件技术规格书第 5 页左侧第 36-42 行	无偏差
78	9.3 高精细动态血流，具有无二维背景显示	投标机型具备高精细动态血流，具有无二维背景显示	满足，详见投标文件技术规格书第 5 页左侧第 42 行-右侧第 3 行	无偏差
79	9.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30° ~+30°	投标机型具备显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30° ~+30°	满足，详见投标文件技术规格书第 5 页左侧第 9-10 行	无偏差
80	10. 探头规格	投标机型探头规格	满足，详见投标文件中	无偏差

			华人民共和国医疗器械注册证第 1 页第 10 行、技术规格书第 5 页右侧第 6 行	
81	10.1 频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调，二维中心频率可选择 ≥ 5 种，多普勒中心频率可选择 ≥ 2 种	投标机型频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调，二维中心频率可选择：5 种，多普勒中心频率可选择：2 种	满足，详见投标文件技术规格书第 5 页右侧第 7-8 行	无偏差
82	10.2 类型：超宽频凸阵穿刺探头1把、超宽频经直肠双平面（凸阵+线阵）探头1把：	投标机型类型：超宽频凸阵穿刺探头 1 把、超宽频经直肠双平面（凸阵+线阵）探头 1 把	满足，详见投标文件检验报告第 9 页、第 41 页-44 行及配置单第 1 页序号 5、6	无偏差
83	10.3 探头2把	投标机型具备探头 2 把	满足，详见投标文件检验报告第 9 页、第 41 页-44 行及配置单第 1 页序号 5、6	无偏差
84	***10.3.1 超宽频凸阵穿刺探头1把：超声频率 1-5MHz。（提供证明材料）	投标机型具备超宽频凸阵穿刺探头 1 把：超声频率 1-5MHz（已提供证明材料：检验报告、中华人民共和国医疗器械注册证、	满足，详见投标文件检验报告、中华人民共和国医疗器械注册证、配	无偏差

		配置单)	置单第 1 页序号 5、产品 介绍书第 19 页	
85	**10.3.2 超宽频经直肠双平面 (凸阵+线阵) 探头1把: 凸阵超声频率4.0-8.0MHz, 扫描角度 $\geq 200^\circ$; 线阵超声频率5.0-10.0MHz, 扫查视野 $\geq 64\text{mm}$ (提供证明材料)	投标机型具备超宽频经直肠双平面 (凸阵+线阵)探头1把: 凸阵超声频率4.0-8.0MHz, 扫描角度 200° ; 线阵超声频5.0-10.0MHz, 扫查视野: 64mm (已提供证明材料: 检验报告、中华人民共和国医疗器械注册证、配置单第 1 页序号 6、产品介绍书第 20 页)	满足, 详见投标文件检验报告、中华人民共和国医疗器械注册证、配置单第 1 页序号 6、产品介绍书第 20 页	无偏差
86	10.4 投标机型可选配经直肠360°环扫探头	投标机型可选配经直肠 360°环扫探头 (R41RL)	满足, 详见投标文件中中华人民共和国医疗器械注册证第 1 页第 10 行、附图①	无偏差
87	10.5 投标机型可选配电子经食道探头	投标机型可选配电子经食道探头 (S3ESL1)	满足, 详见投标文件中中华人民共和国医疗器械注册证第 1 页第 10 行、附图①	无偏差
88	11. 数字化图像管理与记录装置	投标机型具备数字化图像管理与记录装置	满足, 详见投标文件技术规格书第 5 页右侧第	无偏差

			41 行	
89	11.1原始射频数据存储	投标机型具备原始射频数据存储	满足，详见投标文件技术规格书第 6 页左侧第 7 行	无偏差
90	11.2 USB接口	投标机型具备 USB 接口	满足，详见投标文件技术规格书第 6 页左侧第 6 行	无偏差
91	11.3 动态图像及静态图像以 AVI、BMP 或 JPEG 格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换	投标机型具备动态图像及静态图像以 AVI、BMP 或 JPEG 格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换	满足，详见投标文件技术规格书第 5 页右侧第 20-26 行	无偏差

注：1. 投标人需按招标文件第六章“采购需求”的要求逐条填写，应填写以“满足”或“不满足”，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3. 未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。



投标人：河南萃泽科技有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：张晶晶（签字或盖章）

2024 年 02 月 26 日