

(四) 货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
1	钿激光能量平台（医用钿激光治疗机）	在医疗机构中使用，用于对前列腺增生组织的汽化，凝固	大华	DHL-1-G	无锡	无锡市大华激光设备有限公司	套	1	1230000.00	1230000.00	是	无
2	钿激光能量平台（动力系统）	该产品在医疗机构中与膀胱内窥镜配套使用，供手术中实现绞碎或切除软组织的手术功能	好克	YSB-III	杭州	杭州好克光电仪器有限公司	套	1	247000.00	247000.00	是	无

- 说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。
2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。



投标人：河南爱众医疗科技有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2024 年 2 月 20 日



五、 商务技术偏差表

(一) 商务条款偏差表

序号	招标文件要求	投标文件响应	是否满足	偏差说明
1	交货期：合同签订后 30 天内安装调试完成。	合同签订后 30 天内安装调试完成	满足	无偏差
2	交货地点：濮阳市人民医院	濮阳市人民医院	满足	无偏差
3	质量标准：合格，符合国家标准	合格，符合国家标准	满足	无偏差
4	合同履行期限：同交货期	同交货期	满足	无偏差
5	投标有效期：递交投标文件的截止之日起 90 日历天	递交投标文件的截止之日起 90 日历天	满足	无偏差
6	质保期：验收合格后保修 1 年	验收合格后保修 3 年。	满足	正偏差
7	付款方式：货物运到买方使用现场，安装调试结束，经买方验收合格，卖方提交发票后，支付合同款的 100%。	付款方式：货物运到买方使用现场，安装调试结束，经买方验收合格，卖方提交发票后，支付合同款的 100%。	满足	无偏差
8	履约验收要求：符合招标文件及投标文件要求，由招标人组织统一验收	履约验收要求：符合招标文件及投标文件要求，由招标人组织统一验收	满足	无偏差
9	商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》。	商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》。	满足	无偏差
10	投标人需提供安装、调试方案，包括设备安装调试、试运行测试、运行维护等。	投标人已提供安装、调试方案，包括设备安装调试、试运行测试、运行维护等。	满足	无偏差
11	投标人需提供培训方案和供货方案。	投标人已提供培训方案和供货方案。	满足	无偏差
12	投标人需提供售后服务承诺和售后服务方案，包括售后服务人员、售后服务计划、售后服务设备等。	投标人已提供售后服务承诺和售后服务方案，包括售后服务人员、售后服务计划、售后服务设备等。	满足	无偏差
13	标人需提供质保期内质量保证措施、质保期外质量保证措施等	投标人已提供质保期内质量保证措施、质保期外质量保证措施等	满足	无偏差

注：1. 投标人需按招标文件商务的要求填写，商务条款包含交货期、交货地点、质保期、质量标准等，填写应以“满足”或“不满足”，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3. 未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。

投标人 河南众医疗科技有限公司 (盖章)
法定代表人或其委托代理人 林雷 签字或盖章
2024 年 2 月 2 日



(二) 技术条款偏差表

序号	招标文件要求	投标文件响应	是否满足	偏差说明
1	(一) 设备配置:			
2	1.钦激光系统 1 套 2.动力系统 1 套	钦激光系统 1 套 动力系统 1 套	满足	无偏差
3	(二) 钦激光系统			
4	1.适用范围: 在医疗机构中使用, 用于对前列腺增生组织的汽化、凝固。	在医疗机构中使用, 用于对前列腺增生组织的汽化、凝固。	满足	无偏差 详见第67页
5	2.激光模式: 多模	多模、多泵浦腔激光器耦合输出技术	满足	无偏差 详见第82页
6	3.工作激光输出波长: 2100nm	激光输出波长: 2100nm	满足	无偏差 详见第88页
7	4.***激光器输出方式: 实际装配激光棒数量 (提供证明材料)	四路激光发生器有专利证书	满足	正偏差详见 标书第15页 专利证书
8	5.激光器电源: 二台数字激光电源设计。	二台数字激光电源设计。	满足	无偏差 详见第17页
9	6.冷却水泵: 二组高压水泵设计	二组高压水泵设计	满足	无偏差 详见第17页
10	7.具有激光耦合保护系统: 可以不拆机器更换激光器保护镜, 用于保护激光器光路, 能有效防止激光器功率衰减	激光发生器可单独拆卸用于保护激光器光路, 能有效防止激光器功率衰减	满足	无偏差 详见第75页
11	8.具有智能光纤接头: 设备自动检测光纤到位和光纤型号并自动设定该型号光纤的最大输出功率	拥有国家专利, 可自动检测光纤是否安装到位, 避免因操作不熟练导致光纤损坏, 设备自动检测光纤到位和光纤型号并自动设定该型号光纤的最大输出功率显示在控制面板上	满足	正偏差 详见标书第 16页专利证书
12	9.具有控制能量稳定功能, 使激光能量输出不稳定性: $\leq \pm 5\%$	使激光能量输出不稳定性: $\pm 0.5\%$	满足	正偏差 详见标书第 18 页检验报告
13	10.功率复现性: $\leq \pm 5\%$	功率复现性: $\pm 0.3\%$	满足	正偏差 详见标书第 18 检验报告
14	11.***光纤末端最大单脉冲能量: 可调 (提供证明材料)	光纤末端最大单脉冲能量: 0.1-5.0J可调	满足	无偏差 详见标书第 18页 检验报告

15	12.*最大工作频率: ≥ 60 Hz, 可调 (提供证明材料)	最大工作频率: 5-60 Hz, 可调	满足	无偏差详见标书第18页检验报告
16	13.***光纤末端输出平均功率: (提供证明材料)	光纤末端输出平均功率100w	满足	无偏差详见标书第18页检验报告及19页实物图
17	14.脉冲宽度: 宽脉宽 $\geq 800\mu s$	脉冲宽度: 200 μs -800 μs	满足	无偏差详见标书第18页
18	15.激光传输系统: 多种规格光纤可重复使用, 光纤使用次数 > 10 次	多种规格光纤可重复使用, 光纤使用次数10 次以上	满足	无偏差详见标书第70页
19	16.控制方式: ≥ 10 英寸大屏幕彩色液晶显示, 触摸屏控制	大屏幕彩色液晶显示, 触摸屏控制	满足	无偏差详见19页实物图
20	17.显示屏功能: 双屏显示, 可独立设置二组不同参数	显示屏功能: 功率双屏可调, 可独立设置二组不同参数	满足	无偏差详见19页实物图
21	18.光纤工作温度显示: 显示屏可显示光纤实时工作温度, 光纤端面工作时温度升高具有报警提示功能	显示屏可显示光纤实时工作温度, 光纤端面工作时温度升高具有报警提示功能	满足	无偏差详见19页实物图
22	19.电源: 220V/50Hz	电源: 220V/50Hz	满足	无偏差详见标书第125页
23	20.显示功能: 专家临床数据库	显示功能: 具备专家数据库, 可人机对话智能控制。	满足	无偏差详见标书第20页
24	21.**指示光: 绿光 (波长 $532\text{nm} \pm 10\text{nm}$), 指示光功率 $< 5\text{mw}$ (提供证明材料)	绿光 (波长 $532\text{nm} \pm 10\text{nm}$) 指示光功率 $< 5\text{mw}$	满足	无偏差详见标书第18页检验报告及19页实物图
25	22.冷却方式: 密封循环水冷, 压缩机制冷, 无氟环保	采用无氟环保制冷, 内置循环水冷系统	满足	无偏差详见标书第83页
26	23.脚踏按键数量: ≥ 3 键	脚踏按键数量: 3 键	满足	无偏差详见19页实物图
27	24.设备有微电脑控制系统的软件, 经过国家软件安全体系认证。并提供相关依据。	设备有微电脑控制系统的软件, 经过国家软件安全体系认证	满足	无偏差详见标书第20页
28	(三) 动力系统技术要求			
29	1.适用范围: 泌尿外科内窥镜手术。	该产品在医疗机构中与膀胱内窥镜配套使用, 供手术中实现绞碎或切除软组织的手术功能	满足	无偏差详见标书第21页
30	2.工作电压: 220 VAC, 50 Hz; 输入功率: 100 VA; 保险丝规格: F2AL 250 V, $\phi 5 \times 20$; 防电击类型: I 类。	工作电压: 220 VAC, 50 Hz; 输入功率: 100 VA; 保险丝规格: F2AL 250 V, $\phi 5 \times 20$; 防电击类型: I 类。	满足	无偏差详见标书第127页

31	3.最大输出转矩: ≥ 140 mN.m	最大输出转矩: ≥ 140 mN.m	满足	无偏差详见标书第127页
32	4.最高输出转速: 1200 r/min	最高输出转速: 1200 r/min	满足	无偏差详见标书第127页
33	5.调速范围: 0001-0010, 10档可调。	调速范围: 0001-0010, 10档可调	满足	无偏差详见标书第127页
34	6.极限负压: ≥ 0.08 /MPa。	极限负压: ≥ 0.08 /MPa。	满足	无偏差详见标书第127页
35	7.瞬间抽气速率: ≥ 15 L/min	瞬间抽气速率: ≥ 15 L/min	满足	无偏差详见标书第127页
36	8.刀具外径: $\phi 4.5$ mm、 $\phi 4.8$ mm。	刀具外径: $\phi 4.5$ mm、 $\phi 4.8$ mm。	满足	无偏差详见标书第127页
37	9. 刀具工作长度: 400 mm。	刀具工作长度: 400 mm。	满足	无偏差详见标书第127页
38	10.噪声 <65 db。	噪声 <65 db。	满足	无偏差详见标书第127页
39	11.手机可高温高压消毒。	手机可高温高压消毒	满足	无偏差
40	12.尿道膀胱镜及配套手术器械。	尿道膀胱镜及配套手术器械	满足	无偏差
41	13.内窥镜: 视向角 6° 。	内窥镜: 视向角 6° 。	满足	无偏差详见标书第94页
42	14.工作长度: 210 mm。	工作长度: 210 mm。	满足	无偏差详见标书第94页
43	15.光学工作距: 20 mm。	光学工作距: 20 mm。	满足	无偏差详见标书第94页
44	16.景深: 3-50 mm。	景深: 3-50 mm。	满足	无偏差详见标书第94页
45	17.镜管外鞘 Fr 26。	镜管外鞘 Fr 26	满足	无偏差详见标书第94页
46	18.内窥镜: 视向角 25° 。	内窥镜: 视向角 25°	满足	无偏差详见标书第94页
47	19.工作长度: 302 mm。	工作长度: 302 mm	满足	无偏差详见标书第95页
48	20.中心分辨率: 3.348 C/°。	中心分辨率: 3.348 C/°	满足	无偏差详见标书第95页
49	21.光谱显色指数 Ra: 85。	光谱显色指数 Ra: 85	满足	无偏差详见标书第95页
50	22.有效光度率 DM: 1000。	有效光度率 DM: 1000	满足	无偏差详见标书第95页
51	23.镜管外鞘 Fr 26。	镜管外鞘 Fr 26	满足	无偏差详见标书第95页
52	24.操作器(工作手件) 内置式光纤锁止机构设计, 无需外接光纤固定器。	操作器(工作手件) 内置式光纤锁止机构设计, 无需外接光纤固定器。	满足	无偏差详见标书第95页

序号	名称		数量	说明
1	医用钬激光主机		1 台	100W
2	光纤		3根	内径 550 μm , 长 3m
3	光纤		3根	内径 200 μm , 长 3m
4	光纤切割剥削专用工具		1套	光纤刀一把, 光纤剥削器一套
5	光纤检测镜		1把	
6	附件	操作手册	1套	—
		金属附件箱	1 只	—
		原配脚踏开关	1件	—
		机器开关钥匙	1 组 (2 把)	—
		激光防护镜	1副	

注：1. 投标人需按招标文件第六章“采购需求”的要求逐条填写，应填写以“满足”或“不满足”，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

3. 未按要求填写，可能会造成不良后果，投标人自行承担。


 投标人：河南众医疗科技有限公司 (盖章)
 法定代表人或其委托代理人：林雷后 (签字或盖章)
 2024 年 2 月 20 日