

医疗设备验收报告单

设备名称	钬激光能量平台	使用科室	第一麻醉手术部
型号规格	DHL-1-G	生产厂家	无锡大华
产品序列号	DHN23121801	设备编号	
出厂日期	2024-03-22	数量	1
设备单价	1477000.00	总价	1477000
厂方工程师	厂家	联系电话	057122811228
经销商	河南爱众医疗科技有限公司	联系电话	13607685097

验收依据：国家法律法规、我院验收制度、招标文件、合同、厂家技术资料

有效证件	1、投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 2、合同 <input checked="" type="checkbox"/> 3、经营许可证 <input checked="" type="checkbox"/> 4、营业执照 <input checked="" type="checkbox"/>	5、产品注册证 <input checked="" type="checkbox"/> 6、产品合格证 <input checked="" type="checkbox"/> 7、产品说明书 <input type="checkbox"/> 8、配置单 <input checked="" type="checkbox"/>	9、保修卡 <input checked="" type="checkbox"/> 10、报关单 <input type="checkbox"/> 11、中文铭牌 <input type="checkbox"/> 12、厂家安装报告 <input checked="" type="checkbox"/>
------	---	---	---

验收记录	1、外观是否完好：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2、规格型号是否相符：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3、配置是否一致：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 4、参数功能是否一致：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 5、整机是否运行正常：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
------	---

其他

质保期 36 个月 （自甲方正式验收合格之日起：）

人员培训情况：

培训记录

验收结论：机器运行正常

使用科室负责人签字：

李司收

徐慧敏

第一麻醉手术部 40%
泌尿外科 60%

2024-05-08
月 日

验收人员签字：

李司收

24 年 5 月 8 日

