序号	设备名称	参数	数量
1	多功能病床（手动）	1、规　　格：≥2050×950×500mm（±10mm）； 2、功　　能：背部起背可升降为 0—70°（±5°）； 3、 床头、床尾;为 ABS 一次注塑成型，具有快捷拆卸功能。不锈钢内置式结构，外包抛光 ABS 工程塑料,床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角； 4、床　　体：床框为≥40×80×1.8mm，床腿为≥50×50×1.5mm，不锈钢输液杆，可进行多体位输液；床 板：冷轧钢管一次焊接成型，管材为≥25×50×1.2mm 5、护　栏：每侧护栏立柱≥5 根，强度高不变形；护栏底座采用≥30×30*1.2mm 碳钢方管；护栏立柱长度≥1250mm，护栏立起时离床面板高度≥300mm，折叠后低于床垫≥20mm，护栏立柱设有防夹手塑料胶垫；立柱基座采用≥3mm 厚钢板；护栏底座采用加厚手握式开关，开关处防夹手设计。 6、脚轮：125 静音脚轮，四轮独立刹车装置。 7、表面涂饰：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，其厚度不小于 80wm。颜色可根据院方要求定制。 静电粉末汞含量≤1000mg/KG、铬含量≤1000mg/KG、镉含量≤1000mg/KG、铅含量含量≤1000mg/KG、锑含量含量≤1000mg/KG、砷含量含量≤1000mg/KG、钡含量≤1000mg/KG、硒含量≤1000mg/KG	120

2	多功能抢救床	1、规格：≥2000*800*500mm（±10mm） 2、床头床尾材质：国标 304 不锈钢钢管，管规格尺寸≥ф38×1.5mm，氩弧焊接 3、床体材质：≥40×60×1.8mm 优质冷扎钢管材焊接而成。 4、床面板材质：≥25×50×1.2mm 优质冷轧管焊接而成。 5、床腿材质：≥50×50×1.5mm 优质椭圆冷轧管焊接而成。 6、床体下框支架，≥50×50×1.5mm 优质冷轧管焊接而成。 床体、床面板超声波除锈，静电喷漆。 7、不锈钢床头与床体连接牢固，两端有锁定装置。 8、床体承载重量≥250Kg,每个焊接处平整光滑。 9、双组摇杆：隐蔽式设计，可调节患者背部、腿部体位升降，摇把为电镀材质，有双向到位无极限保护装置、有到位保护功能。背部升降 0-70°（±5°），腿部升降 0-40°（±5°）。 10、护栏：强化铝合金材质，每侧护栏立柱≥5 根；护栏底座≥30×30×1.2mm 碳钢方管通过固定座与床体固定，可拆卸；护栏立柱上端铝合金型材连接，长度≥1250mm，护栏立起时离床面板高度≥300mm，折叠后低于床垫≥20mm，护栏立柱基座采用≥3mm 厚钢板冲压成型,焊接强化处理；护栏底座立柱侧伏托架；加厚手握式开关，开关处防夹手设计。 11、4 个病床专用静音脚轮。 12、杂物架：床体下方配杂物架一个。 13、2 个输液架，四个位置可任意调节。	2
3	医用床头柜	1、规　　格：≥450×420×740mm（±5mm）。 2、结　　构：三层式结构，上部抽板，中间抽屉，下部带门密闭箱体， 3、优质 ABS 材料，易清洁。柜身两侧带隐藏式毛巾架。 4、内部结构：　抽屉上面为隐藏式拉板，板上有放筷子及水杯的凹位。储物柜内中间隔板可调节高度。	122
4	医用床垫	1.尺寸：≥1910×890×80mm（±10mm）,配合床板，长宽与床相配； 2.内部填充物为天然椰棕片（灭菌防腐处理，符合国家环保及相关要求）（厚度≥40mm）和 35#高弹海绵（厚度≥40mm），总厚度为 80mm；海绵为高密度海绵。	122

5	医用床上用品	被子 500g 纺丝棉　尺寸：≥1200mm×2000mm	122

6	转运监护仪	ECG 心电 导联选择：全导联、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVF、aVR、aVL、V1--6 胸导显示 增益选择：×1 、×2 、×4、×0.5 四档 频率： 诊断模式 0.05～130Hz 监护模式 0.5～40Hz 手术模式 1～20Hz 共模信号抑制： 诊断模式 ＞ 90 dB 监护模式 ＞ 100 dB 手术模式 ＞ 100 dB 扫描速度： 12.5 mm / S、 25 mm / S 、50 mm / S 三个标准档。 心率范围：成人 15 ～ 300bpm (搏/分) 新生儿/儿童 15 ～ 350 bpm(搏/分) 心率精确度：±1%或±1bpm，取大者 定标信号：1mV （峰峰值，准确度±5%） ST 段检测：测量范围（-2.0mV～+2.0mV） 基线恢复时间：除颤后< 3 秒钟 报警方式： 声光报警 心率报警预置范围：（超过预置数值报警） 上限 40 ～ 255 次/分钟 之间可调 下限 20 ～ 160 次/分钟 之间可调 RESP 呼吸 呼吸测量范围：成人 7～120BrPM (次/分) 儿童和新生儿 7～150 BrPM(次/分) 精度：2 BrPM(次/分) 分辨率：1 BrPM(次/分) 增益选择： ×0.5、×1、×2、×4 四档	1

		报警方式： 声光报警 报警预置范围:（超过预置数值报警） 上限 10 ～ 100 次/分钟 之间可调 下限 0 ～ 99 次/分钟 之间可调 NIBP 血压 技术： 示波法（脉搏波振荡法） 工作模式： 手动 / 自动 测量单位： mmHg / Kpa 过压保护： 双重安全保护 成人模式 300 mmHg 儿童模式 240 mmHg 新生儿模式 150 mmHg 血压测量范围及精度： 范围 成人 收缩压 40～270mmHg 舒张压 10～215mmHg 平均压 20～235mmHg 儿童 收缩压 40～200mmHg 舒张压 10～150mmHg 平均压 20～165mmHg 新生儿 收缩压 40～135mmHg 舒张压 10～100mmHg 平均压 20～110mmHg 静态压力范围： 0～300mmHg 静态压力精度： 3mmHg 血压精度： 最大平均误差 5mmHg；最大标准偏差 8mmHg	

		报警方式：　　声光报警 报警预置范围及误差：（超过预置数值报警） 收缩压　上限 40～250mmHg；下限 10～220mmHg 舒张压　上限 20～250mmHg；下限 10～220mmHg SPO2 血氧饱和度 范围：　　70～100%：2 DIGIT　　0%～69%：不予定义 血氧饱和度测量误差：　　70～100%：2　　0%～69%：不予定义 分辨率：　　1% 脉搏次数：　　20 ～ 300 次 / 分 报警方式：　　声光报警 报警预置范围及误差：（超过预置数值报警） 上限 20%～100%； 下限 10%～99%； TEMP 体温 技术：　　高灵敏热敏电阻探头 体温测量范围：　　0℃ ～ 45℃ 分辨率：　　0.1℃ 体温精度：　　0.1C（不包含传感器误差） 报警方式：　　声光报警 报警预置范围及误差：（超过预置数值报警） 上限 20.1℃ ～ 45℃ 之间可调 下限 20℃ ～ 44.9℃ 之间可调 电源 内置电池（标配）：　　内置锂电池供电，支持≥3 小时的持续监测。 外接交流电：　　单项交流电源 220V ，50Hz ，最大电流 1A 工作温度：　　5℃ ～ 40℃	

		工作湿度：　　≤85%相对湿度，无冷凝 贮藏温度：　　-20℃ ～ +55℃ 贮藏湿度：　　≤95%相对湿度，无冷凝 海拔高度：　　86.0kPa ～ 106.0 kPa（工作状态） 整机功耗：　　不大于 70VA 安全标准 遵守 IEC60601 - 1、UL2601 医用国际安全标准 符合 GB9706.1-2007、GB9706.9-2008、GB9706.25-2005、YY0667-2008、YY0668-2008、YY0709-2009 和 YY0784-2010 国家和行业标准的要求。 配打印机 规格：双通道热阵记录仪，打印方式：实时或事件触发记录波形、文本 屏幕尺寸不小于 12.1 英寸 使用年限不小于 8 年 电池后备时间不低于 3 小时	
7	PT 训练床	1、外形尺寸：1910×1240×490mm，允差±50mm。 2、额定负载：≥135kg。 3、材质：合成革台面，碳钢床体	3
8	PT 训练床(电动)	1、规格尺寸：2020×1240×500mm，允差 5%。 2、床面升降行程：500～1000mm，允差±30mm。 3、床面升降速度：上升速度 11mm/s，下降速度 16mm/s，允差±3mm/s。 4、最大起升重量：≥200kg。 5、控制开关：配有手柄和脚踏开关，可点动操作。	1

9	PT 凳	1、长 600 允差 5%； 宽 600 允差 5%； 高 420～560 可调 2、升降机构和角度调节机构：升降灵活，无噪音；角度调节灵活。 3、椅面载荷：椅面静载荷应不小于 135kg	4
10	平行杠	规格(mm)：3500×1160×800~1250 允差：±20mm. 杠杆宽度调节范围（mm）：340～600 允差：±20mm. 额定载荷(kg)： 135	1
11	训练用阶梯（双向）	规格 mm)：3350×830×1350~1550 允差 5% 扶手杠调节范围（mm）：0～200 扶手杠侧向额定载荷(kg)：70 允差 5% 阶梯额定载荷(kg)： 135 允差 5%	1

12	中频治疗仪	1、所用贴片耗材配套生产厂商不少于三家。 ★2、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。即 1、2 两通道形成一组干扰；3、4 两通道形成一组干扰。 3、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 4、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz 取大值。 5、中频载波波形：双向方波。 6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 8、脉宽：50μs～500μs，允差±10%。 9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 ★10、干扰电性能 10.1、工作频率：4kHz，允差±10%。 10.2、调制频率：0.125Hz，允差±10%。 10.3、差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz 取较大值。 10.4、调幅度：0%、100%，允差±5%。 10.5、差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。 ★11、处方：100 个固定处方。 12、中频输出电流：在 500Ω的负载下，每路输出电流不大于 100mA。输出强度分 0～99 级可调。 13、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%。 14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过 500V。 15、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行 10min 后再短路运行 5min，治疗仪应能正常工作。 16、电极板温度：38℃～55℃，分 6 档可调，允差±3℃。 17、离子导入输出直流电流：在 500Ω的负载下，每路输出电流不超过 50mA，分 0～99 级可调。 18、治疗时间：治疗时间根据处方不同为 20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。	6

13	空气波压力循环治疗仪	1、操作方式：数码显示，按键控制。 2、主机重量：净重≤4Kg，方便医护人员随时取用。 3、核心配件：气泵、高精度压力传感器控压。 ★4、气囊腔数：单侧 4 腔气囊，双侧 8 腔气囊，标准配备双下肢气囊（4 腔），可同时对两个 4 腔气囊进行充气治疗，可选择治疗一个肢体或两个肢体，气囊具备一类备案。 5、压力范围：0kPa～27kPa（0mmHg～203mmHg），步进 1kPa，实现精准调压。 6、压力调节：采用数据采集技术，快速识别压力值，利用旋钮电位器进行快速压力调节，操作简便。 7、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。 8、治疗时间：1min～99min 自由设置。 ★9、提示与警示：具备过压保护提示功能。 10、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。 11、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。 12、静音治疗：设备使用噪声不超过 60dB(A)。 13、压强监测：内置压强检测模块，实时监测工作状态下压强。 14、自动报警：设备故障时，会有报警提示功能。	4

14	智能熏蒸仪	1、双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。 2、额定输入功率：≥2000W。 3、操作显示：≥7 英寸液晶触摸屏。 5、操作台距地面高度：930mm，允差±5mm。 6、预加热时间：≤15min。 7、功率调节：≥6 档。 8、喷头调节：水平旋转 360°，上下旋转 110°，横向调节 110°。 9、治疗时间：1～99min，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 10、预热温度：70～99℃可调。 11、三通道散热系统，保证设备安全稳定。 12、加液总容量：≥6L。 13、自动控制废液的排放，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。 14、具有自动漏电保护、自动防干烧功能。 15、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。 16、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。 17、压力值泄压三段调节：（50kPa、80kPa、泄压），第二路 120kPa 安全阀保护。 18、吸水绑带设计，防止喷头滴水 19、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。 20、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。 21、具有双重超温保护功能。	2

15	红外光灸疗机	1、安全类型：I 类，B 型。 2、电源：AC 220V，频率：50Hz。 3、额定输入功率：≥1000VA。 5、治疗头尺寸：直径 200mm，高度 400mm，允差±30mm。 6、支架高度调节范围：460mm～1400mm，允差±30mm。 7、显示方式：数码管显示。 8、红外光波长范围：580nm～1050nm。 9、输出光功率：最大 10W，允差±2W。 10、光疗档位：1～3 档可调。 11、光疗频率：on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz 共 6 档。 12、艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±10℃，级差 10℃。 13、工作时间：1min～99min 可调，级差 1min，允差±60s。 14、艾灸装置温度保护功能：具有两路独立的温度保护装置；当达到治疗温度时，第一路保护装置动作，切断加热输入；当第一路保护装置失效时，治疗温度超过 60℃时，第二路保护装置动作切断加热电源。 15、连续工作时间：不少于 4 小时。 16、治疗温度：不超过 60℃。 17、工作噪音：≤60dB(A)。 18、防倾倒保护功能：具备。	2
16	TDP 治疗仪	1.设备倾倒可自动断电。 2.电压：220V.功率：≥270W 3.频率：≥50Hz 4.光谱波长：2-25μm 5.辐射板直径：Φ166mm 6.活动臂伸缩范围：0-560mm 7.俯仰角：90° 8.转角：360°	10

		9.定时功能	
17	颈腰椎治疗多功能牵引床	1、电源：220V，50Hz。 2、额定输入功率：80VA。 3、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm 4、腰椎牵引总时间：0～99min 范围内设定，级差 1min，允差不大于 30s 5、腰椎牵引力：0～990N 范围内可调，级差 10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：牵引力不大于 200N 时，允差：±10%或±10N 取大值；牵引力大于 200N 时，允差：±20%或±50N 取小值 6、牵引时间：0～9min 围内设定，级差 1min，误差不大于 30s 7、间歇时间：0～9min 围内设定，级差 1min，误差不大于 30s 8、颈椎牵引力：0～300N 范围内可调，级差 10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：牵引力不大于 200N 时，允差：±10%或±10N 取大值；牵引力大于 200N 时，允差：±20%或±50N 取小值 9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm 10、成角动作范围：0～+30°，允差±2°，成角零位误差不大于±1°，上成角保持稳定。 11、牵引床加热功能：床面工作温度 45℃，允差±3℃。 12、微电脑控制腰椎牵引； 13、牵引床腰椎牵引具有 8 种牵引模式，牵引力自动补偿功能； 14、20 种治疗方案存储并读取； 15、多种安全设计（最大牵引力 990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）。	2

18	下肢功率车（坐式）	1、显示窗口：时间、距离、卡路里、速度、心率 2、最大使用者承重力≥100 kg 座垫额定载荷 kg：≥135 用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练	1
19	上肢关节康复器	1、肘关节活动支架长度可调范围：0～150mm，允差±10%。 2、肩上臂支架调整范围：0～200mm，允差±10%。 3、肩前臂支架调整范围：0～280mm，允差±10%。 4、前臂可握手座调节范围：0～280mm，允差±10%。 5、移动支架高度调节范围：0～290mm，允差±10%。 6、被动训练力矩：20N·m，允差±10%。 7、额定载荷：50N。 ★8、康复器关节活动角度调节范围：0°～125°，其中 0°～123°时，级差 3°，123°～125°时，级差 2°，角度不大于 50°时，允差±5°，角度大于 50°时，允差±10%。 ★9、康复器角速度：最小角速度为 3.0°/s，最大角速度为 4.4°/s，允差±20%，分 8 档调节，级差为 0.2°/s。 ★10、康复器运动时间：0～240min 范围调节，级差 10min，允差±30s。 11、活动仪设有线控开关，安全可靠。 12、意外断电：电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。 13、运动角度、速度、时间均数码控制。 14、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰。 ★15、具有腕关节训练功能。	2

20	下肢关节康复器	1、电源：交流 220V±22V、50Hz±1Hz 2、额定输入功率：60VA 3、大腿支架长度可调范围 0～260mm，允差±10% 4、小腿支架长度可调范围 0～260mm，允差±10% 5、伸展角度最大调节范围为 0～120°；屈曲角度最大调节范围为 0～125°，级差 3°，其中 123°～125°级差 2°，角度不大于 50°时，允差±5°；角度大于 50°时，允差±10%; 6、角度运行速度 8 档可调，最小角速度为 1.5°/s，最大角速度为 3.6°/s。级差 0.3°/s，允差±20% 7、训练时间 0～240min 可调，级差 10min，允差±10%，时间结束会有提示音 8、脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为 60°，允差为±10° 9、活动仪设有线控开关，安全可靠	2
21	颈牵扭腰按摩器	规格（mm）：1250×980×1920~2040 主要材料：型材，海绵，皮革，塑料，橡胶 用途：颈椎牵引，腰部肌肉训练，背部脚部按摩，增进血液循环	1
22	手部功能训练桌	规格(mm)：≥800×600×1100 重锤质量：100g、200g、300g、500g（四组） 用途：用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围。	1
23	OT 综合训练工作台	规格(mm)：≥1930×1065×940 左右操作面板：≥500×390（长×宽）mm 后操作面板：≥980×390（长×宽）mm 操作面板调节范围：0～350mm 用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力 组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮	1

24	轮椅(手动)	规格(mm)：≥1050×640×880 质量：23.0kg,允差±10% 用途：双下肢无法行动或上、下肢功能均减退患者的移动用具，并可在桌面上用餐或作业训练 无需充气实芯轮	10
25	诊断床	1.规格：≥1900×600×650 mm（±10mm） 2.床框优质方管≥40×80×1.2mm, 床腿≥50×50×1.5mm 钢管经焊接组装而成， 3.焊接牢固，表面光滑，易擦洗、不易生锈，焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷, 4.各焊接部位打磨平整，抛光均匀，外观美观平整、端正，表面无锋棱，毛刺等明显缺陷。 5.海绵采用高密度回弹海绵，海绵厚度 4 公分。 6.整床框架采用优质碳钢材质。	10
26	按摩床(带孔)	1.规格：≥1900×600×650mm（±10mm） 2.床框采用优质方管≥40×80×1.2mm, 床腿≥50×50×1.5mm 钢管经焊接组装而成， 3.焊接牢固，表面光滑，易擦洗、不易生锈，焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷, 4.各焊接部位打磨平整，抛光均匀，外观美观平整、端正，表面无锋棱，毛刺等明显缺陷。 5.海绵采用高密度回弹海绵，海绵厚度 4 公分。 6.整床框架采用优质碳钢材质。	15
27	恒温箱	≥600*600*700 容积：≥250L 微电脑双屏数码管显示，加热 PID 控制 计时功能（0-9999 分钟）超温报警 外壳冷轧钢板，内胆镀锌板或不锈钢板 箱门双层钢化玻璃观察窗 硅橡胶磁性胶条	1
28	办公桌	≥1.2*0.6 基材:实木颗粒板，符合国家环保检测标准(甲醛≤.5mg/L 环保指标:游离甲醛量≤0.5mg/L)。	60

29	办公椅	承重不小于 500 斤 基材:实木颗粒板，符合国家环保检测标准(甲醛≤.5mg/L 环保指标:游离甲醛量≤0.5mg/L)。	80
30	电脑	显示器：需大于或等于 31.5 英寸 WLED 显示器， ★CPU：需支持双核心处理器，主频大于或等于 3.8GHz； 主板：需支持 460 系列及以上芯片组； 内存：需大于或等于 8GB DDR4，支持大于或等于 2 个内存插槽； 硬盘：需支持 M.2 接口 SSD 容量需大于或等于 256G ； 接口：USB 接口需大于或等于 8 个，其中前置需大于或等于 4 个 USB3.1 接口，其中 2 个为 Gen2 接口，后置需支持 2 个 USB3.1 Gen1，2 个 USB2.0，需支持 2 个 PS2 接口，需支持 VGA+HDMI 双输出接口，需支持 1 个串口； 扩展槽：需支持 1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1、1 个 PCI； 显卡：需支持硬件集成显卡 网卡：需支持 10M/100/1000MB 自适应网卡且接口数量不少于 1 个； ★声卡：集成 HD Audio，支持 5.1 声道（提供前 2 后 3 共 5 个音频接口）； ★机箱：需支持标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；机箱需配置大于或等于 15L，需配置顶置提手，需配置顶置电源开关键； 电源：需配置大于或等于 180W 节能环保电源； 键鼠：键盘需支持防水抗菌、鼠标需支持抗菌； 整机认证和性能要求：设备需要通过 3C 认证、中国合格评定国家认可委员会颁发的 CNAS 可靠性实验室认证证书、无故障运行时间不低于 100 万小时（要求提供证书复印件加盖厂商证明）；	30
31	打印机	打印速度： 每分钟不少于 20 页 ； 纸张需支持 A4;; 打印机可手动双面打印； 接口需支持高速 USB 2.0（端口）；	14

		内存不小于 64MB ； 纸盒数量不少于 1 个 ； 纸张需支持普通纸、厚纸、薄纸、棉质纸； 纸盒容量：进纸盒放纸量不少于 150 页，出纸盒不少于 100 页 ； 纸张重量应支持 60 到 163 克/平方米 ；	
32	多功能打印机	支持打印，复印，扫描； 打印速度每分钟不少于 29 页； 分辨率不低于 600*600dpi； 内存不低于 64MB，处理器速度不低于 500 MHz； 容量：进纸盒容量不少于 150 页 A4 普通纸； 需支持自动双打印，机器应标配进稿配件； 需支持无线打印功能； 机身液晶显示屏不小于 1.6 英寸； 接口应支持高速 USB2.0、网口、无线 WIFI 端口、蓝牙；	1

33	大打印机	打印速度应不少于每分钟 22 页； 最佳打印分辨率不小于 1200x1200dpi； 首页打印时间不高于 10 秒； 应支持自动双面打印； 内存不小于 256MB， 处理器不小于 600MHz； 容量：进纸盒放纸量：不低于 100 页多用途纸盒，可选购不低于 250 页纸盒； 打印负荷应每月不低于 50，000 页； 复印速度每分钟不少于 22（A4）页； 首页复印时间在就绪模式下不高于 8 秒； 复印缩放比例应支持 25%到 400%； 扫描应支持平板扫描；可选配自动翻转输稿器； 接口应支持高速 USB 2.0 ，网口 ；	1
34	会议桌	1.2*0.6(m)	44
35	会议椅	0.9*0.7*0.65(m)	88
36	餐桌	1200*700*750(mm)	30
37	餐椅	尺寸：320*270*450（mm）	44

38	治疗车	1.规格尺寸：≥700×450×850mm 2.车体主体材质为优质 304 不锈钢，钢板厚度≥1.0mm,管材厚度≥1.2mm 3.两层不锈钢台面，每层带三面不锈钢护栏，带抽屉，抽屉面长≥310mm，内径宽≥240mm,高≥80mm，三折静音滑道，配污物桶 1 个， 4.车体底部配有四只Φ100mm 静音脚轮，四只带刹功能； 5.整体车体 304 不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm。	15
39	抢救车	1.规格尺寸：≥640×420×950mm 2.主体材质为 304 不锈钢，板材厚度≥1.0mm， 3.车体上部为带阻尼装置的可掀起落下台面，里面放可活动不锈钢托盘一个，可锁定，一侧上配有不锈钢扶手， 4.下部为左侧单开门柜，304 不锈钢铰链连接，内侧有一层隔板分为上下两个空间；右侧有一层抽屉，抽屉采用优质三节静音导轨，右侧下部有一只不锈钢旋转污物桶，可水平旋转。 5.车体底部配防撞角,配有四只静音脚轮，四只带有刹车功能	4
40	病历柜	1.车体采用 201 不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm， 2.上部有单层两个抽屉，均采用三节静音伸缩导轨， 3.双排病历导轨，有相应序号对应，标识数字清晰； 4.车体底部配有四只Φ75mm 静音脚轮，均带有刹车功能； 5.病历格数 40 格；尺寸（长*宽*高）：≥650×480×1020mm	5
41	被褥架	2*0.8*2(m)	8
42	治疗床	1.规格：≥1900×600×650 mm（±10mm） 2.床框采用优质方管≥40×80×1.2mm, 床腿≥50×50×1.5mm 钢管经焊接组装而成， 3.焊接牢固，表面光滑，易擦洗、不易生锈，焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷, 4.各焊接部位打磨平整，抛光均匀，外观美观平整、端正，表面无锋棱，毛刺等明显缺陷。 5.海绵采用高密度回弹海绵，海绵厚度 4 公分。 6.整床框架采用优质碳钢材质。	5

43	文件柜	1.一级冷轧钢板 2.表面材料：采用一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、酸洗磷化、喷粉、装配等处理，粉末采用塑粉，表面静电粉末喷塑，环保无毒害无气味，光洁平滑,确保涂膜不易脱落，且耐候性强； 3.更衣柜每门配备不锈钢挂衣杆和放鞋帽层板，文件柜配备可以上下随意调节层板。 4.每个门配备有锁具 5.厚度：≥0.7 裸板 6.颜色：常规灰白双色 7.结构：中二斗 8.尺寸：≥1850×850×390 ㎜	30
44	挂衣柜	1.一级冷轧钢板 2.表面材料：采用一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、酸洗磷化、喷粉、装配等处理，粉末采用塑粉，表面静电粉末喷塑，环保无毒害无气味，光洁平滑,确保涂膜不易脱落，且耐候性强； 3.更衣柜每门配备不锈钢挂衣杆和放鞋帽层板，文件柜配备可以上下随意调节层板。 4.每个门配备有锁具 5.厚度：≥0.7 裸板 6.颜色：常规灰白双色 7.结构：二门 8.尺寸：≥1850×900×420 ㎜	20
45	医用候诊椅	1、规格：≥1780×680×800㎜（±5㎜） 2、主梁采用≥40×60㎜方管，整体采用优质板材。 可供三人候诊休息。美观大方，结实耐用。 3.材料：方管、板材，配件，无垫	20

46	会议室投影仪	投影亮度支持不低于 3600 流明； 投影亮度均匀值不低于 85%； 投影对比度不低于 16000:1； 分辨率支持 1024*768； 发光源功率应不高于 210W； 应支持手动变焦；手动聚焦； 投影距离不低于 3M； 屏幕比例应支持 4:3； 画面调节应支持自动四向矫正； 投影应支持正投，背投；安装可支持吊顶安装 显示方式：幕布（含），不小于 80 英寸	1
47	大电视机	屏幕尺寸不小于 65 英寸； 分辨率应支持 1080P 或以上 刷新率不低于 60Hz 可视角度不小于 178 度 音频输出功率不高于 12W 机身接口应支持两个或以上 HDMI 接口，网络接口，两个或以上 USB 接口 不少于 1 个音频输入，不少于 1 个输出接口 支持 WiFi 及无线投屏	3
48	小电视机	屏幕尺寸不小于 43 英寸。 分辨率不小于 1080P，应支持高清画质、刷新频率不小于 60Hz，，处理器不低于四核 64 位，内存不低于 1G+8G，内置 Android 系统。 应支持智能投屏。 接口应支持 HDMI 接口、USB 接口、网口、音视频输入。	58
49	电子显示屏	显示屏支持红色，尺寸不低于 10 米，宽不低于 0.4M 拼接缝不高于 P4.75、规格应不低于 304*152（室内）	1

50	移动式档案柜	一列 4 组，共 4 列，合计 16 组。2300*900*580(mm)	1
51	灶具	功率; 15KW*2/380 伏电压。1800*1000*800(mm)	1
52	电磁大锅灶	功率;30KW/380 伏。1200*1300*800	1
53	冰柜	1.全机制铜管，制冷快，噪音低 2.整体全发泡制作，保温效果更佳 3.功率小 1500*800*800 4.容积：不小于 200L	1
54	操作台	全不锈钢 201#板材 1800*800*800，板材厚度不低于 0.8mm	4
55	洗碗池	全不锈钢 201 板材 1800*700*800，板材厚度不低于 0.8mm	1
56	保温车	全不锈钢 201#板材 1800*700*800，面板板材厚度不低于 0.8mm	1
57	消毒柜	1160*480*1600mm	1
58	蒸箱	功率：24KW/380 伏全不锈钢箱体 1400*550*1600，24 层双开门，缺水时自动上水	1
59	食品库架	全不锈钢 201 板材 1500*500*1600，板材厚度不低于 0.8mm	1
60	不锈钢餐盘	食品级不锈钢中式五格	200
61	碗	食品级不锈钢 15 cm	200

62	筷子	耐高温食品级合金筷	200