

验收报告

项目名称	光山县人民医院采购胸部 CT 影像处理软件		
采购单位（甲方）	光山县人民医院	供货单位（乙方）	江西科利茂医疗器械有限公司
验收时间	2022 年 5 月 25 日	实施时间	2022 年 5 月 23 日
产品信息			
产品名称	胸部 CT 影像处理软件	型号/发布版本	Yizhun CIPS/V2.0
产品内容	肺结节、肋骨模块		
软件部署			
项目	内容	是否完成部署	
1. 产品运行环境搭建及安装部署、设置配置	Ubuntu 16.04	☒ 是 ☐ 否	
	DOCKER 19 版本	☒ 是 ☐ 否	
	MYSQL5.7	☒ 是 ☐ 否	
	浏览器 Chrome	☒ 是 ☐ 否	
2. 模型安装、设置和配置	模型运行环境及模型安装	☒ 是 ☐ 否	
	Config 文件设置	☒ 是 ☐ 否	
3. 安装结果验证	Chrome 正常登录软件	☒ 是 ☐ 否	
	Dicom 数据正常接收	☒ 是 ☐ 否	
	产品功能正常使用	☒ 是 ☐ 否	
功能验收			
三维重建	序列		
布局	翻图		
调窗	移动		
缩放	透镜		
旋转	反片		
重置	探照灯		
向前	标注		
显示影像基本信息	基于深度学习技术的胸部 CT 影像分析		

培训是否完成	☒ 是	☐ 否
*回访联系人	杨明豪	*联系电话 17803868857
客户确认 (盖章)		日期: 2022.5.25

