

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

| | |
|------------|-------------------------|
| 申请单位 | 信阳职业技术学院附属医院 |
| 拟采购产品名称 | 紫外线准分子照射系统 |
| 拟采购产品金额 | 121.8 万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 信阳职业技术学院附属医院皮肤科购置医疗设备项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 133.3 万元 |

二、申请理由

- 1.中国境内无法获取;
- 2.无法以合理的商业条件获取;
- 3.其他。

原因阐述:

308 紫外线准分子照射系统主要用于白癜风、银屑病、皮炎、慢性湿疹的治疗，是国际公认的治疗白癜风的有效手段，目前国产设备疗效一般且治疗时间比较长，治疗不够充分，308 紫外线准分子照射系统具有见效快、疗程短及不良反应少的治疗特点。且该申购设备不属于《中华人民共和国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品，为保障病人的安全，提升医疗水平，特此申请上述设备采购进口产品。

专家组成员:

| 姓名 | 单位名称 | 职务 | 身份证号 | 联系电话 |
|----|----------|----|--------------------|-------------|
| 周强 | 信阳职业技术学院 | 老师 | 413001195912190512 | 13700769158 |

专家论证意见:

同意308紫外线准分子照射系统进口。同类产品在国内技术优于国内产品，在质量稳定性上优于国产。且治疗见效快，不良反应少。建议采购进口产品。

| 姓名 | 单位名称 | 职务 | 身份证号 | 联系电话 |
|--|-----------|------|------------------------|-------------|
| 林才高 | 信阳市激光检测院 | 主任技师 | 4130011965 06152558 | 13503760609 |
| 专家论证意见: 308紫外准分子照射系统进口与国产同类产品对比: 进口产品的先进性、稳定性与国产同类产品, 进口产品的 故障率更低, 建议购买进口产品。 | | | | |
| 姓名 | 单位名称 | 职务 | 身份证号 | 联系电话 |
| 李红亮 | 信阳师范学院 | 副教授 | 4130011959 06060017 | 13903763437 |
| 专家论证意见: 308紫外准分子照射系统进口仪器较国产仪器 的输出更稳定, 光斑直径更均匀, 光斑位置更稳定, 光输出 能量更稳定, 进口仪器优于国产仪器, 进口仪器的故障率低, 建议购买进口仪器。 | | | | |
| 姓名 | 单位名称 | 职务 | 身份证号 | 联系电话 |
| 曹世光 | 漯河四医院 | 技师 | 413001195503 301517 | 13937686236 |
| 专家论证意见: 该批308紫外准分子照射系统较国产同类产品 具有治疗效果及精度优于国产同类产品, 完全满足采 购单位教学、临床需求, 建议购买进口产品。 | | | | |
| 姓名 | 单位名称 | 职务 | 身份证号 | 联系电话 |
| 张嵩 | 河南以达律师事务所 | 三级律师 | 41150219851008205 5 | 18615769823 |
| 专家论证意见: 该设备不属于《中国禁止进口或限制进口技术目录》中规定的禁止进口 或限制进口的产品, 符合一般进口设备产品的相关要求。 | | | | |

2024年 4月 29日