

情况说明

周口市公共资源交易中心：

我单位采购项目（项目名称：周口市中心医院视频脑电图仪项目，项目编号：周财磋商采购-2024-77）采购文件经院内专家组重新论证，采购文件需调整，委托贵单位发布变更公告。具体变更内容如下：

周口市中心医院视频脑电图仪项目技术要求

变更前原内容：

一、技术要求，2、 放大器

2.1 通道数为 ≥ 32 通道，具有 9 对可定义双极通道，内置 1 个 SP02 输入通道；

二、配置清单及相关组件

2、V32 放大器(32 通道) 2 个

变更后内容：

一、技术要求，2、 放大器

2.1 通道数为 ≥ 32 通道，具有 ≥ 9 对可定义双极通道，内置 1 个 SP02 输入通道；

二、配置清单及相关组件

2、 ≥ 32 通道放大器 2 个

马林林
刘慧

阿明

李刚

赵清

