

周口市公共资源交易中心

政府采购招标文件

项目名称：郸城县人民医院康复中心建设项目

项目编号：郸财招标采购-2024-38

2024 年 08 月

目 录

第一章 招标公告.....	3
第二章 投标人须知前附表.....	6
第三章 货物需求一览表.....	8
第四章 评标办法.....	11
第五章 投标人须知.....	16
第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本、合同签订指引、供应商履约验收指引	29
第七章 投标文件格式.....	36
周口市政府采购合同融资政策告知函.....	48

第一章 招标公告

项目概况（郸城县人民医院康复中心建设项目）的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）获取招标文件，并于 2024 年 9 月 10 日 10 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：郸财招标采购-2024-38

项目名称：郸城县人民医院康复中心建设项目

预算金额：**370 万元**

最高限价（如有）：**370 万元**

采购方式：公开招标

包别划分：2 个包

包号	包名称	包最高限价万元
1	郸城县人民医院康复中心建设项目 1 包	190
2	郸城县人民医院康复中心建设项目 2 包	180

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

合同履行期限：30 日历天

是否接受进口产品：（否）

本项目是否接受联合体投标：（否）

本项目是否为只面向中小企业采购：否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商和法定代表人，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

（2）供应商为经销商时应具有《医疗器械经营许可证》；当供应商为生产厂家时，需具有《医疗器械生产许可证》。

三、获取招标文件

时间：2024年8月20日至2024年8月27日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:5（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年9月10日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：郸城县人民医院

地址：郸城县

项目联系人：唐森

联系方式：0394-7896271

2. 采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：师博文 联系方式：0394-8106517、19913280087

3. 监督单位：郸城县政府采购办

联系方式：0394-3298829

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2024 年 8 月 20 日

第二章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	郸城县人民医院
2	委托人	周口市公共资源交易中心政府采购中心
3	采购代理机构	名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东
4	项目名称	郸城县人民医院康复中心建设项目
5	项目编号	郸财招标采购-2024-38
6	项目性质	货物类
7	资金来源	财政资金
8	包别划分	本次招标为 2 个包
9	付款方式	货到安装完成经验收合格后支付合同价款的 90%，剩余 10%一年后付清。
10	联合体投标	不允许
11	投标有效期	开标后 60 天
12	供货地点	采购人指定地点
13	供货期限	合同签订后 30 日历天内
14	免费质保期	12 个月
15	投标保证金金额	不需要缴纳投标保证金（按照相关文件要求货物、服务类政府采购活动不收取投标保证金、履约、质量保证金、合同中预留资金作为质量保证金等无法律依据的保证金。政府采购工程推广以承诺书替代保证金）。
16	答疑	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第 36 条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
17	勘察现场	不组织，自行勘察

18	投标文件	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。
19	投标时间及地点	投标截止时间：***年***月 日***（见招标公告） 标书递交地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
20	开标时间及地点	开标时间：***年***月 日***（见招标公告） 开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
21	评标办法	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法
22	报价范围及说明	报价包括本项目所招标的货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装、验收等（采购项目技术规格、参数及要求）
23	所属行业	工业

第三章 货物需求一览表

前注：1）本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3）为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4）投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

货物需求及技术规格参数

1 包参数

序号	产品名称	数量	参数
1	上肢综合训练器（上肢关节康复器）	1	1. 用于复合手功能的物理和功能康复训练。 2. 手功能综合训练桌由白色多层免漆板制作而成，配备 12 个手功能训练模块，和 4 列独立配重块。 3. 桌子配备防滑脚撑。参考尺寸：长*宽*高 120cm*120cm*75.4cm 4. 训练桌包含一个配重总成（4 列配重，每列 10 个配重块可任意调节负重，每块配重 0.25kg）以及 12 个固定式手功能训练模块。 5. 阻力调节范围：0.53~3.03kg 6. 腕关节尺偏桡偏训练器活动范围：±75°，握杆可调距离 0~6cm。 7. 手指屈伸训练器活动范围：0~8cm。 8. 腕关节屈伸训练器活动范围：±75°，握杆可调距离 0~6cm。 9. 手指握力训练器活动范围：握杆最大张开角度：90°；最大张开距离 22.5cm；侧捏协调训练活动范围：0~12cm。 10. 球状抓握训练器活动范围：±2.5 圈。 11. 手指伸展训练器活动范围：0~13cm。 12. 柱状抓握训练器（3 种抓握尺寸）活动范围：±5 圈。 13. 提拉训练器活动范围：0~30cm。 14. 拇指对掌训练器活动范围：0~22cm。 15. 平拉训练器活动范围：0~30cm。 16. 手指屈曲训练器活动范围：0~10cm。 17. 前臂旋前旋后训练器活动范围：±180°
2	坐式椭圆训练机（四肢联动）	3	1. 具有≥17 种训练模式，可设置时间、距离、卡路里、心率、功率、阻力等训练参数。 ★2. 具有≥32 个阻力等级，功率可调，调节范围：≥10~699 瓦。 3. 具有≥2 种心率监测模块，至少包括：蓝牙心率带、手握式心率传感器，可测量训练时的心率。 4. 具有心率报警功能，可在患者训练心率大于设置值时报警。 ★5. 具有 BMI 身体质量指数、FAT 体脂指数测试功能。 6. 具有单边腿部支撑限位装置，可根据患者功能情况进行左右侧切换。 7. 扶手长度可调，调节范围：≥0~350mm，适应不同臂长的患者训练。 8. 配有手部绑带，使患者手部更好的贴合扶手。 9. 座椅具有可调式折叠扶手，便于患者上下。 10. 座椅具有前后调节和旋转调节功能，前后调节范围：≥0~260mm，旋转调节范围：≥-90° ~ 90°。 ★11. 座椅配备安全带，可自动收紧，保护患者不会跌落。 12. 配备彩色液晶电子屏。 13. 最大承重：≥135kg。 14. 外形尺寸（L*W*H）：1600mm*1000mm*1170mm（±20%）。 15. 净重：170kg（±20%）。 16. 电源：220V、50Hz。
3	电针治疗仪	5	1、三种模式，连续波、断续波、疏密波 2、六路输出，可同时按摩 12 个穴位

4	温热电针综合治疗仪	2	1、工作条件： (1) 环境温度： 10℃～40℃； (2) 相对湿度： 30%～75%； (3) 大气压力： 700hpa～1060hpa； (4) 电源要求： AC220V±10%， 50Hz±1Hz； 2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 4、具有温热艾灸、温针灸、电针灸、温热电针灸、无创针灸、拔罐疗法六功合一； 5、双通道，艾灸治疗：12路24个灸头、温热电针：4路8个电极、无创针灸：2路4个电极； 6、每个输出通道能够独立启动和停止，输出强度能够独立调节； 7、灸头具备加热功能，每个灸头独立控温：30～70℃内连续可调，步长1℃，误差≤±3%； 8、治疗温度>60℃时，有高温输出指示； 9、温热电针具有加热功能，开启15min后温热电针夹的温度为75℃±10%； 10、具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，当灸头温度超过设备自身的报警值，超温保护装置启动，切断输出，降低温度； 11、有手动停止功能，保障安全； 12、治疗时间设置范围：1min～99min，步长1min，误差≤5%； 13、电疗输出输出波形：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3共6种； 14、电疗输出脉冲周期为0.01s～2.00s可调，步长为0.01s； 15、电疗输出脉冲频率：0.5Hz～100Hz可调； 16、无创针灸输出脉冲幅度0～42V可调，误差±10%，显示范围为0～99，无量纲数；脉冲宽度为0.3ms±30%； 17、电针输出脉冲幅度0～30V可调，显示范围为0～99，无量纲数；脉冲宽度为0.3ms±30%； 18、无创针灸负压输出连续可调，最大负压值30kPa±10%；
5	经皮神经电刺激仪	2	1、设计先进的人机交互系统，界面采用7寸大屏幕彩色液晶显示，中文菜单，操作更方便，并附有电子说明书； 2、实时动态显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等，各种治疗数据一目了然； 3、一键飞梭 iconcontrol 智能控制系统，可以快速的选择参数及操作； 4、输出通道：三组输出； 5、输出波形刺激仪输出波形为双向不对称方波； 6、脉冲宽度：刺激仪输出脉冲宽度为20us～500us，允差为±20%； 7、脉冲频率：刺激仪输出脉冲频率在：2Hz～160Hz范围连续可调；允差为±10%； 8、输出电流：刺激仪各组独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每组输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调；最大输出值允差±30%； 9、时间设置：定时装置为5min～30min分档可调；允差±5%；

6	经颅磁电脑生理治疗仪（脑电仿生电刺激仪）	2	1、显示界面：液晶屏； 2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 4、输出路数：2路变频磁治疗帽，2路小脑顶核电刺激，2路肢体电刺激； 5、功能特点“四功合一”： 交变电磁场治疗帽；变频振动按摩装置；仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）；仿真生物电刺激患肢（上、下肢）肌肉神经系统； 6、磁疗部分与电疗部分既可同时使用，也可单独使用； 7、四种治疗模式：常规、夜间、脉冲、连续； 8、变频磁疗参数 （1）治疗强度：弱档3~9mT，强档10~17mT； （2）磁场频率：50Hz； （3）微振功能振频四挡可调：0Hz、2Hz、5Hz、10Hz； 微振功能振幅四挡可调：0V、10V、16V、27V； （4）专用治疗帽分为成人款和儿童款两种，适合不同头围患者，治疗定位准确； 9、主极电疗参数 （1）开路输出电压峰值$\leq 200V_{p-p}$； （2）在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值I_{p-p}以$40mA_{p-p}$为参照，实测值可在35~45mA$_{p-p}$范围内变化（负载500Ω） （3）基本频率：23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz； （4）主极脉宽为700us；（5）输出频率为无序波，幅度可调； 10、辅极电疗参数 （1）采用低频调制的中频电流，兼有低中频两种电流的特点； （2）辅极基本频率：4000Hz；辅极脉宽为120us；（3）10个针对性治疗自动处方； （4）主要波形：菱形波； 1-6号处方对肢体进行模拟主动运动训练；7-10号处方采用多脉冲组合波在脉冲周期中加入刺激强度较大的短脉冲刺激； 11、提供一键飞梭实用新型专利证书； 12、安全性：仪器通过电磁兼容检测；
7	中频综合治疗仪	2	1、大屏幕中文液晶显示，中文菜单操作，可显示多路通道的治疗波形、治疗模式、治疗剂量、治疗处方、治疗时间，各种数据一目了然，使操作更简单，更易学、易用。； 2、输出通道：四路中频输出，四路离子导入输出； 3、具有透热功能，导电橡胶最大透热温度$\leq 60^{\circ}C$，六档可调； 4、内存99个处方； 5、工作频率：2~10KHz，其允差为$\pm 10\%$。； 6、调制频率：0~150Hz； 7、调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定 8、设备是集中频电、低频电、离子导入、干扰电疗、音频电疗、正弦调制中频电疗及脉冲电疗于一机的多功能电疗仪； 9、输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 10、调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%、100%，允差$\pm 5\%$。 11、差频频率范围：干扰电差频频率应在0~200Hz范围内。 12、动态节律：干扰电动态节律为4s~10s范围内。 13、差频变化周期：干扰电差频变化周期为15s~30s。 14、定时装置：电疗仪具有定时装置，允差$\pm 5\%$。 15、连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能$\geq 4h$。 16、噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于60dB（A）。 17、输入功率：160VA； 18、输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100mA；含直流分量时，输出电流不大于80mA； 19、输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）；

			20、额定电压和频率：AC220V 50HZ。 21、机型：推车一体式。
8	立体动态干扰电治疗仪（六通道）	1	1. 三维（六电极）干涉波输出，可三维、二维输出相互转换，最多可治疗 3 个部位，可进行平面干涉和立体动态干涉； 2. 吸附式电极，负压吸引压 80~300mmHg 连续可调； 3. 吸引模式：连续模式、脉冲模式（15 回/分、30 回/分、60 回/分）和自动模式，可模拟拔罐、按摩等。4. 吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到 30mmHg，便于取下电极，1min 后自动变为 OFF，20s 后又变为上次治疗所设定吸引压值； 5. 吸水海绵湿式电极，电流密度更平均，治疗更安全舒适； 6. 顶板自动加热功能，方便寒冷时使用，可加热浸湿的电极，避免湿式电极刺激皮肤； 7. 输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波； 8. 输出频率（基频）为 2 kHz、3 kHz、4 kHz、5 kHz 可调节； 9. 干涉波差频频率 1~120Hz； 10. 在 500 Ω 额定负载下输出的电流有效值不大于 50mA； 11. ※五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序，既有干扰电疗法，又有调制中频电疗法； 12. ※六种向量可调节：OFF、1、2、3、4、5； 13. 四种扫引时间可调节：1/f、15 秒、30 秒、60 秒； 14. ※六种调制度可调节：0、25%、50%、75%、100%、巴斯特； 15. 五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高，根据频率划分范围，针对不同疾病选择对应的治疗模式； 16. 一键飞梭旋钮，360° 无死角旋转精细调节，对强度调控精细精准，旋钮自动锁定，避免使用中误操作； 17. 治疗结束输出强度自动归零并声音提示； 18. 吸附电极共有黄、绿、蓝三种颜色，以方便区分电极并减少电极线缠绕； 19. 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗； 20. 多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护，顶板加热双重温度保护。
9	红外线	5	电源方式：交流电
10	磁振热	1	1. 采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗； 2. 独立四通道输出，四通道参数可独立调节，可同时治疗四个患者或部位，节约治疗时间提高临床效率。 3. 磁场强度： 磁感应强度在 10mT~50mT 的范围内可调，步长为 10mT，误差为 $\pm 10\%$； 4. 振动频率： (1) 单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz 四种频率可调，误差 $\pm 2\text{Hz}$。振动时间 2s，振动周期 2s、3s、4s、5s 可调； (2) 多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz 循环扫引，误差 $\pm 2\text{Hz}$。振动时间 5s，振动周期 10s、12s、14s、16s 可调； 5. 治疗温度 40℃、46℃、52℃、58℃ 共 4 级可调，精度： $\pm 3^\circ\text{C}$； 6. 颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择； 7. ※无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； 8. ※软件含有内置处方，具有三种治疗模式共 13 种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数； 9. 治疗时间 1~99min 可调，以 1min 为单位设定； 10. 输入功率：500VA； 11. 具备磁疗开路错误提醒； 12. 具有多种安全保护装置： (1) 输入过流保护装置； (2) 输出过流保护装置； (3) 双重过温度保护装置。 13. 正常工作条件： (1) 环境温度范围：5~40℃； (2) 相对湿度范围： $\leq 80\%$； (3) 电源：AC220V、50Hz； (4) 大气压力范围：86.0kPa~106.0kPa；

11	多功能治疗床	1	★1. 床面至少分为扶手板、头板、背板、大腿板、小腿板和侧边板六部分，且六部分可以分别独立调节。 2. 头板调节范围$\geq -23^{\circ} \sim +58^{\circ}$，便于治疗师调整患者头部的位置。 3. 头板两侧有扶手板，扶手板高低调节范围$\geq 0 \sim 135\text{mm}$，便于患者俯卧位时放置双手。 ★4. 背板的角度调节范围$\geq -8^{\circ} \sim +45^{\circ}$，背板两侧设有侧边板，可翻折放下，方便治疗师近身操作。 5. 大腿板调节范围$\geq -10^{\circ} \sim +35^{\circ}$；小腿板分为左右两块，可以分别独立调节角度，调节范围$\geq -5^{\circ} \sim +20^{\circ}$，有利于治疗师对患者单侧大腿及小腿的操作。 6. 床体最大承重$\geq 175\text{kg}$，需提供由医疗器械质量监督检验所出具的检测报告。 ★7. 防进液等级$\geq \text{IPX4}$。 8. 电机数量≥ 3个，床体电机负载$\geq 8000\text{N}$。 9. 床面高度调节范围$\geq 0 \sim 350\text{mm}$。 ★10. 床面采用医用 PVC 皮革，需按 GB/T 16886.10-2017《医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与皮肤致敏试验》标准提供“皮肤刺激”项检测报告。 11. 符合 YY0571-2013YY0571-2013《医用电气设备 第2部分：医院电动床安全专用要求》标准电磁兼容有关要求，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告。 12. 配有急停开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。 ★13. 尾部配有限位保护装置，保证医师操作安全。 ★14. 采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。 15. 床体尺寸（L*W*H）：2150mm*660mm*（580~930）mm（$\pm 20\%$）。 16. 床体净重：70kg（$\pm 20\%$）。 17. 电源：AC220V、50Hz，输入功率：500VA。
12	CPM 上肢	1	1. 微特电机驱动，机械结构设计、选材合理，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长久。2. 微特电脑数码控制设计，并采用进口集成元器件，内设大容量进口 CPU 中央处理器，智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。3. LCD 液晶显示，所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。4. 同一机器可以使用于患者的肩或肘关节，活动范围适应性增大，在一般适用于成人的同时，也适用于一般儿童。充分考虑了医疗治疗需要。5. 肩或肘关节运动转换方便，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的左、右肩关节在垂直平面内的活动，也适用于患者的左、右肘关节的被动运动。6. 采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。7. 关节角度活动范围：$0^{\circ} \sim 150^{\circ}$；8. 关节角度变化速度范围：$0.5^{\circ} \sim 3^{\circ}/\text{s}$；9. 电源：220Vac $\pm 10\%$，50Hz；10. 功耗：$\leq 60\text{W}$。
13	CPM 下肢	1	1 康复器开机先出现伸展运动，即大小腿支架之间的夹角（α）向 180° 运动（伸展位置）。 2 康复器大腿支架长度可调节范围不小于 90mm，小腿支架长度可调节范围不小于 100mm。 3 康复器的调节范围： a) 大小腿支架之间的夹角（α）运动最大变化范围不小于 125° b) 脚托板前后翻转角落（β）变化范围应不小于 40°，左右移动角度（γ）变化范围应不小于 40°。 4 康复器额定载荷为 200N，在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。 6 康复器腿支架夹角（α）的角速度调范围：最低速不大于 $1^{\circ}/\text{s}$，最高速度不小于 $2.5^{\circ}/\text{s}$，并分档可调（大于 6 档）。 7 康复器在于 200N 荷载下可连续工作时间大于 2h。 8 康复器设置手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展运动（α 向 180° 运动）。 9 康复器输入功率为 70VA。 10 额定工作电压：220Vac $\pm 22\text{Vac}$

14	空气压力波	2	1. 供电电源：220VAC，50Hz 2. 压力设定范围：1-26kPa，连续可调，压力调节精度 1kPa 3. 定时时间：5-99 分钟，连续可调 4. 输出控制方式：单路输出，通过一分二充气导管，至多可同时连接 2 个下肢 6 腔气囊 5. 人机交互界面：组合式按键操作，多参数高亮度显示及可调（模式、压力、时间等） 6. 治疗模式：内置 10 种治疗模式，1 种标准模式（静脉模式）+9 种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式） 7. 压力显示单位：可选择 kPa 与 mmHg 两种压力显示单位 8. 噪音控制：整机最大运行噪音≤60dB 9. 气囊结构：采用“瓦片式”设计，实现无压力死角，保证静脉血单向回流，保护静脉瓣膜 10. 气囊规格：适配小腿三腔、下肢三腔、下肢六腔、上肢六腔等气囊，方便不同科室患者的需求 11. 主机尺寸和质量：≤6Kg，主机尺寸（长×宽×高）：230mm×165mm×290mm；可选配挂架，便于挂床使用；也可选配推车，便于移动治疗
15	天轨平行杠训练系统（电动移位机）	1	（一）天轨主机： 1. 主机电动垂直升降，最大安全承重：≥300kg。 2. 主机带有功能显示，上有低电量报警指示灯、维修指示灯、电源指示灯和充电指示灯。 3. 充电桩式充电，安全可靠，延长电池适用寿命。 4. 吊带长度：≥2.5m，垂直提升速度：空载时≥5.6cm/s，负重 82kg 时≥4.8cm/s。 5. 主机配备电子控制的马达，启动和停止柔和。 6. 主机具有自动调平钉式刹车功能，可在轨道任意位置定点训练，保证训练安全。 ★7. 手持控制器控制上升/下降。水平位左/右移动，水平移动速度可调。 8. 主机具有紧急上升和下降功能，具有紧急停止安全装置。 9. 主机支持到达设定训练时间及训练距离提醒功能。 10. 主机具有减重数值检测功能，并通过控制手柄实时显示。 ★11. 主机具有减重数值设定功能，输入需减重数值，主机自动升降调整拉力达到减重目标值。 ★12. 主机支持设置训练处方，包括患者减重数值、训练时间、训练距离等。 13. 安全保护功能，设备故障时可将患者缓慢放下并具有最大承重过载保护。 14. 主机由可充电电池驱动，电量不足时的电池安全保护功能。 15. 电池充满电时间≤6 小时。 ★16. 主机电动水平移动，移动速度：≥6m/min，具有一键行走功能。 （二）控制手柄： 1. 彩色显示屏≥2.4 英寸，分辨率：≥240*320。 ★2. 手柄可实时显示训练时间、减重数值、移动距离及水平移动速度。 3. 手柄具有红外遥控控制功能。 4. 手柄具有主机运行状态和电池电量实时显示及故障提醒功能。 （三）轨道： 1. 轨道采用 H 型截面航空铝合金材料，具有静音抗氧化防锈功能。 2. 最大额定负载：≥300kg。

16	电热式蜡疗袋	2	1. 双重高分子材料袋体, 确保产品密闭安全; 2. 标配高强度织物自粘式外套, 适合身体各部位的使用; 3. 输入功率 $\leq 140\text{W}$, 能耗低, 节能环保; 4. 加热时间不超过 60min, 使用后再次加热时间不超过 20min (常温 25°C 环境); 5. 仪器加热储能达到稳态后, 在熔化状态下的应用表面温度应为 $45^{\circ}\text{C}\sim 58^{\circ}\text{C}$; 6. 具备超温保护装置, 使用面表面温度不超过 60°C ; 7. ※加热完成断电后, 在实际使用状态下, 使用面表面温度 $\geq 45^{\circ}\text{C}$ 的时间不短于 60min; 8. 产品平均无故障累计工作时间 $\geq 500\text{h}$; 9. 两级温度保护方式, 保证仪器安全使用; 10. 蜡袋充电完毕后有声音报警及指示灯提示。
17	吞咽神经肌肉低频电刺激仪 (便携式)	1	1. 具备恒流、恒压两种电疗输出模式, 恒流输出模式下, 用于吞咽部固定式电极片治疗; 恒压输出模式下, 独家手持活动电极治疗。 2. 双通道输出, 固定模式及移动电极模式模式可同时独立使用, 每通道可独立设置治疗参数, 同时治疗两位患者。 3. 输出强度: $0\text{mA}\sim 80\text{mA}$ 或 $0\text{V}\sim 80\text{V}$ 范围内可调, 步长 0.5mA 或 0.5V 。 4. 脉冲频率: $20\text{Hz}\sim 100\text{Hz}$ 可调, 步长 1Hz 。 5. 脉冲宽度: $100\mu\text{s}\sim 400\mu\text{s}$ 可调, 步长 $10\mu\text{s}$ 。 6. 脉冲波形为双向对称波, 正负脉冲间隔为 $100\mu\text{s}$ 。 7. 脉冲的上升时间和下降时间: $1\text{s}\sim 10\text{s}$ 可调, 步长 1s 。 8. 脉冲的维持时间: $1\text{s}\sim 55\text{s}$ 可调, 步长 1s 。 9. 脉冲的断电时间: $3\text{s}\sim 75\text{s}$ 可调, 步长 1s 。 10. 治疗时间 $1\sim 99\text{min}$ 可调, 步长 1min 。 11. ★具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极、口腔内单点球状电极和口腔内两点球状电极共七种电极治疗方式。 12. ★可进行口腔内及口腔外电刺激, 通过不同的电极可固定点刺激及不固定式刺激, 配备多种刺激电极。 13. 固定电极具备三种治疗模式: (1) 简单操作模式, 一键开启治疗, 只需调节强度及时间, 操作简便; (2) 专家模式更多参数可调 (脉宽、频率、上升时间、下降时间、维持时间、断电时间等), 可供科研使用, 同时也可根据患者情况制定个性化方案使用; (3) 功能性训练模式, 配合手控器及显示动图, 通过视觉反馈配合电刺激的方法进行摄食训练, 可促进患者吞咽功能恢复。 14. 内置电极放置图示, 方便使用。 15. 电刺激手柄供治疗师操作, 可按治疗需求控制电流输出的持续时间, 通过手柄上的按键掌控刺激时间。 16. 触屏+一键飞梭, 操作简便多样化, 一键飞梭旋钮, 360° 无死角精准调控, 还有自动锁定功能, 防止误碰。 17. 开路报警提示, 过电保护确保治疗安全。
18	踝关节训练器	1	规格: $1150*580*900$ (mm)
19	上螺丝	1	规格: $350*250*80$ (mm) 用途: 通过模拟作业, 改善手指对指功能, 提高手的协调性、灵活性。
20	平衡板 (带扶手)	1	主要用于偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练。 规格: $900*685*250$ (mm) 材质: 实木、环保防滑垫
21	肩抬举训练器	1	规格: $930*500*150-795$ (mm) 可调节角度: $26^{\circ}-90^{\circ}$

22	OT 综合训练台 (作业训练器)	1	1. 外形尺寸: 1150*700*900mm 2. 台面展开尺寸: 1800*1030mm 3. 产品净重: 45kg 4. 折叠桌板最大承重: 100Kg 配件参数: 1. 数字套圈*1 2. 立式套圈*1 3. 上螺丝*1 4. 上螺母*1 5. 几何图形插板*1 6. 认知图形插板*1 7. 上肢协调训练器(手指)*1 8. 木插板*1
23	OT 桌(电动升降)	2	1、桌面高度可电动调节,最低高度 $\geq 715\text{mm}$,最大高度 $\geq 1215\text{mm}$ 。 ★2、桌面高度可实时显示,且可一键调节,内置至少 4 档预设高度。 3、桌面厚度不小于 20mm,长、宽不小于 1200mm。 4、桌面使用环保免漆板材料,进液防护等级 IPX4。
24	PT 床	8	1. 床体加宽设计,便于患者在床上进行训练。 2. 最大静态承重 $\geq 200\text{kg}$ 。 3. 采用优质碳素钢床体,床体结构更牢固,使用更稳。 4. 采用抗菌皮革及高密度慢回弹海绵,在兼顾防菌抗菌标准的同时,床面软硬适中,使患者更舒适。 5. 外形尺寸(L*W*H): 1900mm*1240mm*450mm ($\pm 20\%$)。
25	PT 凳	10	1. 椅面高度调节范围 $\geq 0\sim 130\text{mm}$,方便治疗师配合 PT 床的高度进行手法操作。2. 最大承重 $\geq 100\text{kg}$ 。3. 大铝合金马蹄五星脚支撑结构,牢固美观。4. $\geq 5\text{cm}$ 高密度慢回弹海绵,使患者更舒适。5. 外形尺寸(L*W*H): 620mm*620mm*(420~550)mm ($\pm 20\%$),椅面尺寸(L*W): 400mm*360mm ($\pm 20\%$)。6. 净重: 5kg ($\pm 20\%$)。
26	训练阶梯(三向)	1	1. 规格: 3100*1360*1300-1600mm 2. 扶手调节范围: 695-995mm 3. 二步梯木板尺寸: 780*290*12mm; 步距: 290mm; 步高: 200mm; 4. 三步梯木板尺寸: 780*290*12mm; 步距: 290mm; 步高: 150mm; 5. 五步梯木板尺寸: 780*290*12mm; 步距: 290mm; 步高: 100mm; 6. 扶手直径: 32mm 7. 材质: 钢结构、烤漆、环保防滑垫
27	康复训练阶梯踏板(抽屉式阶梯)	2	1、规格(收纳状态): 650*350*400(mm) 2、规格(展开状态): 1310*650*400(mm) 3、步高: 100(mm) 4、平台尺寸: 第一层 530*305(mm) 第二层 570*320(mm) 第三层 610*335(mm) 第四层 650*350(mm) 5、材质: 环保木板、油漆、环保防滑垫 6、可拆装使用,可当简易的训练用阶梯。 7、用途: 用于患者日常生活步行训练,也可用作辅助用具。

28	联动升降平行杠	1	1. 采用环形扶手设计，模拟环形场地，方便患者进行单向环绕式步行训练。 ★2. 配有脚踏联动式液压杆，用于调节扶手高度，调节范围：$\geq 805 \sim 1005 \text{mm}$。 ★3. 扶手间距可调，内间距调节范围：$\geq 500 \sim 700 \text{mm}$，以方便不同体型身材的患者进行训练。 4. 平行杠升降柱采用铝型材结构，轻质高强度，润滑耐磨。 5. 平行杠骨架及支撑装置均使用钢制结构，耐腐蚀，稳定性强。 6. 采用双快拆结构设计的环形扶手内外调节方式。 ★7. 采用无源式设计，无需连接电源即可使用。 8. 外形尺寸（L*W*H）：$3500 \text{mm} * (1024 \sim 1141) \text{mm} * (805 \sim 1005) \text{mm} (\pm 20\%)$，扶手杆直径：$38 \text{mm} (\pm 20\%)$。
29	多功能训练八件组合	1	规格：2110*2070*2445 (mm) 组件：腕关节屈伸训练器、肩关旋转训练器（轮式）、前臂旋转训练器、复式墙拉力器、滑轮吊环训练器、运动训练器、肋木含肩梯

2 包参数

产品名称	数量
体外冲击波治疗仪	1
颈椎牵引机	2
高频（微波治疗仪）	1
多关节等速训练与评估系统	1
电动起立床(康复床)	4
手功能训练智能系统（手功能综合康复训练平台）	1
踝关节矫正板	4
站立架	4
助行器（双轮）	2
矫正器（踝关节矫正训练器）	1
手支撑器	1
分指板（带轮）	1
铁棍插板	1
木插板	1
套圈（立式）	1
可调式磨砂板及附件	2
手功能组合训练箱	1

体外冲击波治疗仪

技术参数:

- ★1、工作压力： $1 \times 10^2 \text{ kPa} \sim 5.5 \times 10^2 \text{ kPa}$ （1~5.5bar），调节步进值 $0.1 \times 10^2 \text{ kPa}$ 。
- ★2、最大能量密度： 5 mJ/mm^2 。
- 3、最大输出能量：212mJ。
- ★4、冲击频率：1~25Hz，调节步进值 0.5Hz。
- 5、冲击次数：100~9900 次，调节步进值 100 次。
- 6、冲击模式：单次冲击和连续冲击。
- 7、操作显示：12.1 英寸液晶触摸屏。
- 8、输出通道：三通道（2 把冲击手枪、1 把按摩手枪），可独立调节、同时使用。
- 9、治疗枪具有减振功能。
- 10、按摩枪振幅 6mm，振动频率四档可调。
- 11、传导子：8 个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；标配三个子弹和三个弹道。
- 12、按摩头：7 个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头。
- 13、治疗头金属部分可在 135°C 高温高压下消毒。
- 14、治疗探头通过生物相容性检测。
- 15、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能。
- 16、具有语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。
- 17、输出压力波脉宽最小为 $180 \mu\text{s}$ ，其误差不应超出 $\pm 10\%$ 。
- 18、具有双重过压安全装置。
- ★19、带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方数量 200 个。
- 20、VAS 疼痛评估模式：内置 4 种，动态 VAS、静态 VAS、睡眠 VAS、面部表情 VAS，可自动对诊前和诊后的参数进行加权评估计算。
- 21、具有对压缩空气除水并自动排放功能。
- 22、外形尺寸（长宽高）： $500 \times 435 \times 1100 \text{ mm}$ ，允差 $\pm 15\%$ 。
- 23、额定输入功率：950VA。
- 24、阶梯输出控制模式：五种，压力、频率阶梯参数可调。
- 25、系统显示生成的报告，支持导出或打印功能。
- 26、系统内置患者数据库，支持 20 万以上用户数据量。
- ★27、兼容彩超功能，医生通过彩超探头对病患部位进行精准扫描与定位，治疗前后图像可存档，可在治疗报告中打印。

颈椎牵引机

技术参数:

- 1、电源电压：AC $220\text{V} \pm 22\text{V}$ ， $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$ 。
- 2、额定输入功率：70VA。
- 3、颈椎牵引力：0~300N 范围内调节。
- 4、颈椎牵引行程：0~500mm，允差 $\pm 20\text{mm}$ 。
- 5、牵引总时间：0~99min 内设定，级差 1min，允差 $\pm 30\text{s}$ 。
- 6、持续牵引时间：0~9min 内设定，级差 1min，允差 $\pm 30\text{s}$ 。
- 7、间歇牵引时间：0~90s 内设定，级差 10s，允差 $\pm 3\text{s}$ 。
- 8、牵引力自动补偿功能。
- 9、具备牵引力过大自动保护功能。
- ★10、颈、背部按摩，按摩转速：29~45 转/min，允差 $\pm 15\%$ 。
- ★11、配备颈部机械按摩功能，可在牵引过程中使用，也可单独使用，且可根据患者的高低调

整按摩装置的高度。

★12、配备背部按摩装置及红外热疗功能，增加坐位治疗时的舒适性。

13、配有应急复位线控手柄开关，治疗时可随时解除牵引力，并恢复到初始状态。

14、微电脑控制，显示部分为数码管显示。

高频(微波治疗仪)

技术参数：

- 1、额定输入功率：430VA。
- 2、辐射器尺寸：直径 80mm，高度 95mm，允差±5mm。
- 3、配有可旋转支臂，方便医务人员操作。
- 4、治疗时间：0~30min，连续可调，级差 1min。
- 5、输出方式：连续式和脉冲式。
- *6、辐射器驻波比不大于 3。
- 7、外形尺寸（长×宽×高）：390×440×845mm。
- 8、工作频率：2450MHz±50MHz。
- 9、输出功率调节范围：0~50W，级差 1W。
- 10、推车式设计，移动方便。
- 11、输出功率过载保护，治疗更加安全。

多关节等速训练与评估系统

技术参数：

1. 设备操作平台：13 英寸平板电脑，Windows10 及以上 64 位操作系统，8G 以上内存，100G 以上硬盘；
2. 显示屏幕：分辨率 2160*1350 以上；
3. 平板电脑支架：可 360° 无死角灵活转动；
4. ★主机结构紧凑，设备配有脚轮，便于移动与锁定，可推行至病房为患者提供床边康复；
5. ★评估训练部位：可进行肩、肘、腕、髌、膝、踝 6 大关节活动度和运动肌群的训练与评估；
6. ★动力头采用电磁技术，可一键吸附/脱离扩展器；
7. 提供 6 种扩展器：手指扩展器、腕关节扩展器、上肢扩展器、下肢扩展器、上肢综合扩展器、踝关节训练扩展器；
8. ★扩展器智能识别：软件能够在电磁吸附式扩展器安装后，自动识别并匹配相应的体位训练；
9. 参数设置：最小停留时间、最大停留时间、速度、最大扭矩、步进次数、休息时间、最大改变位置、最小改变位置、重心等参数；

10. 具有患者管理系统，可录入患者信息，可进行评估与训练报告的贮存，可查询患者评估训练记录；
11. 踝关节扩展器：高度可调范围 95~205mm；足跟可调范围 0~60mm；
12. 下肢扩展器：长度可调范围 190~510mm；
13. 上肢扩展器：长度可调范围 190~510mm；
14. 输出扭矩范围：1 Nm ~60Nm，步长为 1 Nm，连续可调；
15. 角速度设置范围：1° /s~80° /s，步长为 1° /s，连续可调；
16. 输出轴工作角度设置范围：-170° ~170° 范围内连续可调；
17. 训练次数设置范围：体位训练与专业训练模式下 1~255 次，连续可调；
18. 机身高度调节范围：0~400mm，连续可调；
19. 休息时间设置范围：专业训练休息时间 1~300s 可调，步进 1s；
- ★20. 体位训练模式：23 种体位训练，每种体位训练包含主动训练（向心/离心）、被动训练、主被动训练；
- ★21. 专业训练模式：等速训练（CPM、动态抗阻、渐近 CPM、接水果、飞机大战）、等张训练（举重抗阻、弹性阻力、捕鱼达人）、等长训练（进击鸟）、本体感觉模式（关节位置感—可见位置，关节位置感—隐藏位置）；
- ★22. 安全防护：急停按键；被动模式具有设置界面最大输出扭矩改变时，自动弹出警告；软件限制设备最大转速，进行主动训练时转速不超过设置值；机械限位防护；
23. 显示设置：显示训练模式、训练速度、训练时间、参数设置、报告查看；
24. 评估功能：识别训练肢体重量并减重，可对关节活动范围进行评估，测试屈肌和伸肌的肌峰力矩，显示患者发力情况；
25. 痉挛保护功能：自动检测痉挛为患者提供安全保护，1~10 档可调；
26. 动态阻抗控制技术：柔性阻力变化，更加呵护关节与软组织；

电动起立床(康复床)

技术参数：

- 1、电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz。
- 2、功率：120VA。
- 3、控制方式：手柄控制。
- 4、床面尺寸（长宽）：1780×620mm，允差±50mm。
- 5、床面高度：550mm，允差±50mm。

- 6、外形尺寸（长宽高）：2100×780×840mm，允差±50mm。
- ★7、起立角度：0°～90°连续可调，允差±5°。
- 8、脚踏板调整角度：内翻最大为30°，外翻最大为30°，背屈最大为20°，跖屈最大为30°，允差±3°。
- 9、电动推杆最大推力8000N。
- 10、配备扶手桌面、固定带。
- 11、承重：175kg。

手功能训练智能系统

技术参数：

- 1、训练人数：支持四个患者同时进行训练。
- 2、主机外形尺寸（长宽高）：1500×1500×1190～1590mm，允差±30mm。
- 3、工作台面电动升降范围：720～1120mm，允差±30mm。
- 4、阻力调节范围：300～1800g，可有效地保证患者在训练中的安全。
- 5、桌面最大承重：80kg。
- 6、训练方式：12种，满足患者的手部功能性康复训练。
- 7、无线连接：配备四套蓝牙耳机。
- ★8、情景互动模式训练：包括旅游、制作、学习、动作等10种以上类型训练模式，让患者在娱乐、学习中得到康复训练。
- 9、治疗方案：支持医护人员自定义。
- 10、训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出患者治疗的情况，支持打印。
- ★11、功能特性：有效地与认知、手眼协调训练相结合，加快大脑功能的重塑。
- ★12、联机训练：可支持四个患者联机训练。
- 13、显示操作：12英寸触摸显示屏。
- 14、工作台旋转范围：0～270度，提起定位装置后工作台每转动90度时可自动落下定位。

踝关节矫正板

技术参数：

- 1、规格：370×310×75mm。
- 2、矫正角度调节范围：4档，15°、25°、30°、35°。
- 3、矫正板高度调节范围：125～205mm，允差±20mm。
- 4、用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。
- 5、材质：钢板、花纹板。
- 6、结构形式：底架、调节杆、调节板。

站立架

技术参数:

- 1、臀部垫和绑带额定承载质量: 135kg。
- 2、脚踏板额定承载质量: 135kg。
- 3、台面高度调节范围: 980~1150mm。
- 4、胸托架前后调节范围: 90mm。
- 5、背托架前后调节范围: 200mm。
- 6、膝部托架调节范围: 前后 80mm、上下 230mm。
- 7、规格: 730×870×1000~1150mm。
- 8、用途: 截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练, 也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。

助行器(双轮)

技术参数:

规格: 500×470×790~890mm。

支脚高度调节范围: 100mm。

用途: 辅助代步用具。

矫正器(踝关节矫正训练器)

技术参数:

1、规格: 720×470×960~1460mm。

2、调节范围: 15°、25°、30°、35°。

3、用途: 矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。

手支撑器

技术参数:

规格: 以下规格任选其中一个

160×150×120mm

160×150×150mm

160×150×170mm

承重: 100kg。

用途: 用于截瘫患者垫上移动, 双手支撑后有利于臀部抬起作垫上移动。

分指板(带轮)

技术参数:

规格尺寸: 225×225×75mm。

用途: 用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。

铁棍插板

技术参数:

规格：200×120×50mm。

铁棍尺寸：小号 18 根 $\phi 4 \times 60\text{mm}$ ；中号 15 根 $\phi 6 \times 60\text{mm}$ ；大号 15 根 $\phi 8 \times 60\text{mm}$ 。

用途：偏瘫、脑瘫、四肢瘫等功能障碍患者进行协调性训练。

木插板

技术参数：

规格：350×280×100mm、220×170×90mm、170×140×80mm。

插棒规格：29×98mm、24×88mm、19×78mm，各 20 支。

用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼一手协调功能。

套圈(立式)

技术参数：

规格： $\phi 280 \times 470\text{mm}$ 。

立杆直径：45mm。

用途：训练患者眼一手协调功能。

可调式磨砂板及附件

技术参数：

规格：1040×840×800mm。

运动地板革面积：970×770mm。

运动地板革厚度：5mm。

砂磨板角度调节范围：0~45°。

附件品种和件数：4 个品种，各 1 件（磨砂斗、摇磨具、单手推板、单手磨具）。

用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。

手功能组合训练箱

技术参数

规格：550×400×140mm。

木插棍外形尺寸及数量：4 支大 $\phi 29\text{mm}$ 、5 支中 $\phi 24\text{mm}$ 、5 支小 $\phi 19\text{mm}$ 。

铁插棍外形尺寸及数量：大 $\phi 8 \times 60\text{mm}$ 、中 $\phi 6 \times 60\text{mm}$ 、小 $\phi 4 \times 60\text{mm}$ ，各 21 支。

螺栓外形尺寸及数量：M10×50（3 只）、M8×50（2 只）、M6×50（3 只）。

螺母外形尺寸及数量：M10（3 只）、M8（3 只）、M6（3 只）。

用途：组合训练患者眼一手协调功能，改善手指功能，提高手协调性、灵活性。

第四章 评标办法

一. 总 则

第一条 为了做好本项目（项目编号：郸财招标采购-2024-38 号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二. 评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）招标的目标；
- （二）招标项目的范围和性质；
- （三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- （四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足招标文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标符合性审查；
- （四）评委会依据招标文件认定的其他原则；
- （五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；
- （六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合

招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标人资格	见招标文件		见投标文件
2	货物技术要求	按评标办法		见投标文件
3	质保及售后等	见招标文件		见投标文件

评分标准（满分为 100 分）说明：各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评标办法

序号	评标因素	分值	评标标准
1	投标报价	30 分	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 注：价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）文件规定： （1）对小微企业报价给予 20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

			出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。
2	技术部分 (40分)	技术参数部分 (30分)	所投设备技术参数及功能要求完全满足磋商文件并按照要求提供证明材料的，得 30 分。所投设备技术参数及功能要求：带“★”的技术指标为关键指标，若有一项不满足或没有按照要求提供证明材料，扣 3 分；其它技术指标每有一项不满足或没有按照要求提供证明材料的扣 2 分，扣完为止。要求带“★”的技术指标必须提供厂家证明资料（技术白皮书或官方彩页等） 注：未提供加“★”的技术条款的证明文件的，不作为废标项，仅作为评分依据。
		供货方案及保障措施（10 分）	提供有供货组织方案、运输、安装、调试的主要技术保障措施得 10 分；缺一项不得分。
3	商务部分 (30分)	业绩（2 分）	提供 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）所承接的业绩（提供生产厂家或供应商业绩）。每提供一份得 1 分，最高得 2 分 备注：投标人不得对合同进行修改或涂抹，否则视为无效
		质保外服务承诺及人员培训计划（8 分）	1、投标文件中提供明确质保期外服务承诺 4 分，不提供的不得分； 2、有现场培训技术计划，保证使用人员能够正确操作、使用设备的各种功能得 4 分，不提供的不得分。
		售后服务承诺（10 分）	1、供应商提供有售后服务内容的得 3 分，不提供的不得分； 2、供应商提供有售后服务形式、服务计划的得 3 分，不提供的不得分。 3、处理突发情况的应急方案、响应到场时间及质保期内的服务承诺得 4 分；不提供不得分。
		体系认证（10）	厂家或供应商具有有效的环境体系认证证书、质量体系认证证书，提供一个得 5 分，全部齐全者得 10 分，否则不得分。

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。售后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三. 评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作，供应商对上述需要做出书面保证。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2. 投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1. 未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个 CA 证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；

2. 不具备招标文件中规定资格要求的；

3. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4. 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

5. 投标文件附有招标人不能接受的条件；

6. 投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；

7. 商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；

8. 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

9. 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

10. 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

11. 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

12. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

13. 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1. 交货完工期不确切、不肯定的投标；

2. 对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；

3. 投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一. 总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2. 有关定义

2.1 招标人（采购人）：郸城县人民医院。

2.2 招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3 政府采购监督管理部门：系指郸城县政府采购办。

2.4 投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5 货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6 业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7 投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3. 投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标费用由采购人自行解决。

4. 合格的投标人

4.1 合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4 法律和行政法规规定的其他情形。

4.2.5 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

4.2.6 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单和经营异常名录。

5. 勘察现场

5.1 投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察,以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2 勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据,是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的,中标后签订合同时和履约过程中,不得以不完全了解现场情况为由,提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3 除非有特殊要求,招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况,投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 知识产权

6.1 投标人须保证,采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时,享有不受限制的无偿使用权,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权,则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的,投标人须承担全部赔偿责任。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果,须在投标文件中声明,并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后,投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7. 纪律与保密

7.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2 投标人不得相互串通投标报价,不得妨碍其他投标人的公平竞争,不得损害采购人或其他投标人的合法权益,投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2.1 有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标:

7.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;

7.2.1.2 投标人之间约定中标人;

7.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;

7.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;

7.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8. 联合体投标

不接受联合体投标

9. 投标品牌

9.1 招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10. 投标专用章的效力

10.1 招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

11. 合同标的转让

11.1 合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2 合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由

他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3 中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4 未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12. 会员信息库

12.1 为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4 有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13. 采购信息的发布

13.1 与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 及河南省政府采购网 (www.hnnp.gov.cn)，以下简称“网站”。

二. 招标文件

14. 招标文件构成

14.1 招标文件包括以下部分：

14.1.1 第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2 第二章：投标人须知前附表；

14.1.3 第三章：货物需求一览表；

14.1.4 第四章：评标办法；

14.1.5 第五章：投标人须知；

14.1.6 第六章：采购合同；

14.1.7 第七章：投标文件格式；

14.1.8 周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。采购人不承担任何责任，投标人如对招标文件无异议，出具确认书，确认招标文件清晰无异议。确认书作为资格审查资料。

14.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件 3 日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15. 招标文件的澄清与修改

15.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3 特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

三. 投标文件的编制

16. 投标文件构成与格式

16.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。参与招标活动的各供应商应对招标文件文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

16.2 供应商需保证自行承担参加招标采购活动有关的全部费用，招标组织人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

16.3 除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。供应商应按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少、留空或私自更改任何招标文件要求填

写的表格或提交的资料。

16.4 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.5 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.6 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.7 投标文件应编制连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按 A4 规格制作。

16.8 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.9 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17. 报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3 投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

17.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5 采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18. 投标内容填写及说明

18.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3 投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1 货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2 保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4 投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19. 投标保证金（免收）

20. 投标有效期

20.1 为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3 投标有效期从投标截止日起计算。

20.4 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2 投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。生成后的电子投标文件需要加盖供应商骑缝章、法定代表人或委托代理人逐页签字盖章。

四. 投标文件的递交

22. 投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23. 投标文件的递交

23.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24. 投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五. 开标与评标

25. 开标

25.1 本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》

25.2 开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3 投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律法规规定的，投标无效。

25.4 开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

26. 投标文件的澄清、说明或补正

26.1 为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现 26.2 条和 26.3 条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27. 评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2 符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要

求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1 投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2 投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5 投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.3 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

27.5 资格证明文件不全或未标注与原件一致或不符合招标文件中规定的资格要求的；

27.6 授权委托书中法定代表人和委托代理人未在身份证扫描件正面和反面签字的；

28. 废标处理

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1 被授权人或法定代表人未附劳动合同和社保证明的；

28.1.2 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.3 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.5 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1 放弃参加投标的；

28.2.2 未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3 不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4 未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5 有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6 其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1 谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2 投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29. 二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六. 定标与签订合同

30. 定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3 如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4 原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1 以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2 有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4 提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5 其他弄虚作假的行为。

30.6.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5 其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31. 中标通知书

31.1 在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 自行下载中标通知书。

31.2 周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3 评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32. 中标服务费

本项目免收中标服务费

33. 履约保证金

无

34. 签订合同

34.1 采购人、成交供应商按照招标文件确定的合同文本签订政府采购合同。成交供应商应按照成交通知规定的时间、地点与采购人签订成交合同，供应商对此项内容做出书面保证，否则给采购人造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

34.4 因项目要求交货期紧，采购人通知领取成交通知书的当天，必须进行领取，并尽快联系采购人签订合同，供应商需要对此项内容做出书面声明。

35. 验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36. 质疑

36.1 投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2 质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4 采购人将在受到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2 捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3 其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37. 未尽事宜

37.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38. 解释权

38.1 本招标文件的解释权属于采购人。

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；

5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。

为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为本_____。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物

在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：_____（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

（具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在_____天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中,如果发现产品不符合合同约定的,应一面妥为保管,一面在_____个工作日内向乙方书面提出异议,并抄送采购代理机构,具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料,同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后,应在_____个工作日内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务,否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年,保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后天内上门维修,负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失,甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后,乙方应对其提供的货物负有维修义务,但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的_____%(通用产品的幅度为1%—5%,专用产品的幅度为10%—30%)的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时,乙方应按规定,对更换件相应延长质量保证期,并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的,应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务,应向甲方支付违约金,违约金从货款中扣除,按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算,不足7天按一周计算。如果达到最高限额,甲方应考虑终止合同,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任,并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵

犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____ %违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____ % (通用产品的幅度为 1%~5% 专用产品的幅度为 15%-30%) 的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金___元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的

违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式__份，甲乙双方各执__份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章）

供货人（乙方）： （公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

第七章 投标文件格式

****项目__包

投 标 文 件

投标人：_____

__年__月__日

投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标人情况综合简介	
三	投标函	
四	投标分项报价表	
五	投标响应表	
六	产品质量承诺	
七	所供货物组部件、备品、备件清单	
八	有关证明文件	
九	中小企业声明函	
十	售后服务	
十一	所投货物的技术资料等	
十二	其他投标人认为需要提供得材料等	
十三	政府采购供应商诚信承诺书	

备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。

一．开标一览表

项 目 名 称	
投标人全称	
投标范围	
1、最终投标报价 (人民币)	1、投标报价： 元、大写：
备注	

供应商名称：（电子公章）

授权委托人或法人：（签字）

日期： 年 月 日

二. 投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

三. 投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“项目名称、项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人（姓名）代表投标人_____（投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币_____元，供货期_____。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：_____

（10）本项目项目负责人： 电话：

供应商名称：（电子签章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

四. 投标分项报价表

序号	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	其他费用					
	合计					

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格、运费、税金及其它。

五. 投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号 技术规格及配置	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期			
2	免费质保期			
3	付款响应			
4	业绩			
5	其他			

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

- 1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

六. 产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

七. 所供货物组部件、备品、备件清单（可不填写）

序号	名称	规格型号	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合计						

投标人电子公签章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

八．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

九．中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

十. 售后服务

(投标人可自行制作格式)

十一、所投货物的技术资料等

(投标人可自行制作格式，需附产品技术彩页)

十二、其他投标人认为需要提供得材料等

十三、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签章）

日期： 年 月 日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。