

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	驻马店市中医院
拟采购产品名称	运动心肺测试仪, 1套
拟采购产品金额	860000.00 元
采购项目所属项目名称	驻马店市中医院 2024 年第三批医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	3030000.00 元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取:

2. 无法以合理的商业条件获取:

3. 其他。

原因阐述:

同类型国产设备采用的气体流量分析器测量精度为+5%, 流量范围 0-1SL/S, 进口设备测量精确度+2%, 流速范围为 0-20L/s; 国产气体浓度分析器采取的是电化学方法, 有一定寿命需要耗材, 且无弥散功能和残气测定、没有无限扩展升级功能, 国产同类设备不具备残气、弥散测定功能及静息营养代谢升级功能。综上所述, 申请购置进口心肺功能测试仪。

三、专家论证意见

1. 国产同类设备不具备残气、弥散测定功能及静息营养代谢升级功能, 无法完全满足设备要求.
2. 进口产品性能相对稳定.
3. 建议购买进口产品.

专家签字:

夏莉

2024 年 6 月 18 日