

### 政府采购进口产品专家论证意见

#### 一、基本情况

申请单位	遂平县人民医院
拟采购产品名称	全自动血气分析仪, 1台
拟采购产品金额	95000.00元
采购项目所属项目名称	遂平县人民医院全自动血气分析仪采购项目
采购项目所属项目金额	95000.00元

#### 二、申请理由

1. 中国境内无法获取:

2. 无法以合理的商业条件获取:

3. 其他.

原因阐述:

- 1、进口设备微电极技术成熟可靠, 产品精密性、准确度、稳定性等更为突出, 能有效保证检测结果准确性。
- 2、进口设备检测结果时效性较小, 能为临床决策和治疗争取更多时间, 更适应急危重症抢救流程。

#### 三、专家论证意见

经市场调研, 进口产品色彩还原度、清晰度、兼容性, 较同类型国产同类产品, 进口产品微电极的精度、稳定性更高, 检测结果时效高, 更有利于临床应用, 且进口产品不属国家进口或限制进口目录, 为更好满足临床临床需要, 保证医疗质量和安全, 建议采购进口产品。

专家签字:

王友华

2024年7月15日