

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	遂平县人民医院
拟采购产品名称	全自动血气分析仪, 1台
拟采购产品金额	95000.00元
采购项目所属项目名称	遂平县人民医院全自动血气分析仪采购项目
采购项目所属项目金额	95000.00元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取;
2. 无法以合理的商业条件获取;
3. 其他。

原因阐述:

- 1、进口设备微电极技术成熟可靠, 产品精密度、准确度、稳定性等更为突出, 能有效保证检测结果准确性。
- 2、进口设备检测结果时效性较小, 能为临床决策和治疗争取更多时间, 更适应急危重症抢救流程。

三、专家论证意见

国产血气分析仪检测方面无法满足结果准确性的使用需求, 进口设备微电极技术成熟可靠, 产品精密度、准确度等更突出, 能有效保证结果准确性, 能为临床治疗争取更多时间, 更适应急危重症抢救流程, 建议采购进口产品。

专家签字:

陈敏

2024年7月15日