

平舆县人民医院医养中心康复设备采 购项目

招标文件

项目编号：舆政采购-2024-07-56

采 购 人：平舆县人民医院

采购代理机构：河南建成工程咨询有限公司

二〇二四年八月

目 录

第一章 招标公告

第二章 招标需求

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

一. 说明

二. 招标文件

三. 投标文件的编制

四. 投标文件的上传、提交

五. 开标

六. 评标

七. 定标

八. 合同授予

第四章 评标办法及评分标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

第七章 政府采购优惠政策

第一章 平舆县人民医院医养中心康复设备采购项目 招标公告

项目概况：

平舆县人民医院医养中心康复设备采购项目的潜在投标人应在驻马店市公共资源交易中心（<http://ggzy.zhumadian.gov.cn/>）获取招标文件，并于2024年9月11日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

- 1. 项目编号：舆政采购-2024-07-56
- 2. 项目名称：平舆县人民医院医养中心康复设备采购项目
- 3. 采购方式：公开招标
- 4. 预算金额：5218000.00元；
最高限价：5218000.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	舆政采购-2024-07-56A	平舆县人民医院医养中心康复设备采购项目A包	5218000.00	5218000.00	是	5218000.00

- 5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

详见招标文件或附件。

- 6. 合同履行期限：合同签订之日起30日内
- 7. 本项目是否接受联合体投标：否
- 8. 是否接受进口产品：否
- 9. 本项目是否专门面向中小企业采购：是。

二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目执行促进中小型企业发展政策、节能环保、监狱企业、残疾人福利

性单位等相关政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1、具备独立法人资格，具有有效营业执照；

3.2、医疗器械类投标产品必须符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证；

3.3、供应商为生产厂家的须具有医疗器械生产许可证；供应商如果为经销商（代理商）的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

3.4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动

【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

相关证件投标人提供的如有虚假，一经发现，取消其投标资格，并上报财政部门，将被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。中标后发现的，其中标资格一并取消。

三、获取招标文件：

1. 时间：2024年8月21日至2024年8月27日每天上午8:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台

3. 方式：登录“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。未按规定在网上下载采购文件的，将被拒绝。

4. 售价：0元

四、投标截止时间及地点：

1. 时间：2024年9月11日 09点00分（北京时间）

2. 地点：平舆县公共资源交易中心不见面开标一厅。

五、开标时间及地点：

1. 时间：2023年9月11日 09点00分（北京时间）

2. 地点：平舆县公共资源交易中心不见面开标一厅。

六、公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1. 本项目使用远程不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其投标将被拒绝。

2. 投标人注册:投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心(<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/>)”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。

3. 招标文件下载：

凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心(<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/>)”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：平舆县人民医院

联 系 人：孟先生

联系方式：0396-5089588

2. 采购代理机构信息

名 称：河南建成工程咨询有限公司

联 系 人：陈先生

联系方式：17550227666

3. 项目联系方式

项目联系人：陈先生

联系方式：17550227666

第2章 招标需求

采购货物清单及技术要求

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1.	空气压力波治疗仪	1、显示：采用5寸大屏幕中文彩色液晶显示，实时显示组合模式、充气部位、套筒真实压力、剩余治疗时间、压力保持时间、循环间隔时间，便于护理巡视 2、控制系统：Iconcontrol智能控制系统，左右旋转选择参数，按下即确定治疗参数，极大程度上减轻医护人员的工作强度 3、特制充气泵，噪声低，振动小，充气速度快 4、肢体套筒内胆为医用级TPU材料，内衬布可拆洗，方便消毒，避免交叉感染， 5、压力分腔可调，具有零压力跳过功能，可避开伤口部位受压 6、每腔压力保持时间可调节，对脉动流的流速和流量的变化进行干预 7、循环间隔时间可以调节，保证最好的静脉回流效果 8、实时压力监测，漏气自动报警功能 9、内置压力传感器，实时测定套筒真实压力 10、压力设置范围：10mmHg～200mmHg内可调，精度±2.5mmHg	2	台

		11、定时范围：0~99min内（以1min为单位的设置），误差应不大于±20s 12、具有紧急停止产品能够卸压，输入的压力下降到30mmHg以下的时间应在4秒钟内。 13、治疗仪的输出通道及模式：具有四个输出通道且加压模式≥4种 14、工作时，其噪声应不大于60dB(A)； 15、具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在气囊（或压力舱）的连接管路中产生的最大压强，不大于设备标称最大输出压强的1.2倍； 16、可提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。该措施应只需一个动作就能完成，且患者压强由最大压强降至2kPa（负压降至-1kPa）的时间应不大于10s 17、气囊和连接管路具有良好的气密性，在设备标称最大输出压强保持1min，压降应不大于10% 18、连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h； 19、输入功率：180VA。 20、通过ISO9001国际质量体系认证，ISO13485医疗器械国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证。		
--	--	---	--	--

2.	全胸震动排痰机	1、设备用途:用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出； 2、电源电压:AC220V±22V, 50Hz±1Hz，功率:240VA； 3、适用人群:成人、儿童； 4、时间设置:1-99min，步进值1min, 随时可调； 5、压力设置:3-30mmHg，步进值1mmHg, 随时可调； 6、频率设置:1-20Hz, 步进值1Hz随时可调； 7、显示方式:全智能化7寸彩色触摸屏显示，中文菜单操作，清晰直观； 8、七种工作模式:一种常规模式，三种循环模式，三种阶梯模式，满足成人、儿童不同情况的患者； 9、自动检测漏气补偿功能:实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿； 10、工作噪音:设备正常工作状态下，噪音<70dB(A)； 11、提示功能:设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示； 12、记忆功能:设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考； 13、排痰配件:成人全胸充气背心3件、成人半胸充气胸带3条，背心外套可拆洗，便于消毒、清洁；	2	台
----	---------	--	---	---

3.	肢体康复器 (床旁下肢型)	1、针对患者训练的安全性和稳定性设备做了配重设计和防滑设计。 2、电机动力系统运动时有力且平稳，使患者训练时安全有保证，使设备的各项功能指标都能正确运行。 3、动力系统采用特殊的结构设计，使智能康复训练系统的动力系统使用寿命长。 4、具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。 5、采用10.4寸彩色液晶触摸屏，一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易的掌握。 6、具有六种针对性的训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式。 7、具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。 8、气动助力升降高度130-165cm；根据患者情况训练单元高低调节，充分考虑了患者训练体位。 9、具有脚刹驻车功能； 10、显示屏平面翻转0-90°，显示屏轴向旋转0-200° 11、适应ICU各种病床，机器前支撑最大宽度46cm, 高度	1	台
----	------------------	---	---	---

		7.8cm。		
4.	肢体康复器 (床旁上肢型)	1、造型美观、稳固、大方、实用。针对患者训练的安全性和稳定性设备做了配重设计和防滑设计。 2、电机动力系统运动时有力且平稳，使智能康复训练系统在患者训练时安全有保证，使设备的各项功能指标都能正确运行。 3、动力系统采用特殊的结构设计，使智能康复训练系统的动力系统使用寿命长。 4、具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。 5、采用10.4寸彩色液晶触摸屏，使医务工作者能轻松容易的掌握。 6、具有六种针对性的训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式。	1	台

		7、具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。 8、能够实时显示患者主动做功情况。 9、可以根据患者情况上肢训练单元可高低调节和前后调节，显示屏幕可200度转动，充分考虑了患者训练体位。 患者可卧床进行上肢康复锻炼运动。		
5.	平衡功能评估及训练系统	1. 13项专业参数为依据，平衡能力评级结果一目了然 2. 四个高精度压力传感器，可实现平衡能力的早期筛查以及平衡能力的评估和训练 3. 出具平衡评估综合指标，专业报告易懂好解读 4. 平衡评估综合指标和Berg量表有临床一致性，提供正常，中重度，高危三个级别的评估结果 5. 测试台面下沉式设计，上下方便安全 6. 台面有效测试区域全覆盖，随意可站，方便测试 7. 基于训练软件，最大程度的激发用户潜在的站立，平衡及认知功能 8. 目标化，可视化治疗和反馈式训练，任务可定性/定量重复，难易程度可调 9. 多种训练情景，提供多款3D和2D的多元化的交互体验	1	台

		场景，包含视、 听、触觉交互反馈训练，训练过程具有趣味性和沉浸感 ，虚拟现实技术使用户身临其境 10. 记录每次训练与评估数据，记录运动轨迹，自动生成临床分析报告，为后续康复方案制定提供依据 11. 随时查看并可导出或打印所有的分析报告 12. 强大的数据库管理，可记录治疗师账号及其下的用户数据，提供查询， 新增，删除，修改等功能 13. 能够记录病人的数据库，支持大量的病人的数据记录，无纸化管理 14. 设备支持亮色系及暗色系两种软件界面切换		
--	--	--	--	--

6.	电子生物反馈治疗仪	1、治疗方式：评估模式，反馈刺激模式，循环刺激模式，多媒体游戏娱乐模式，循环刺激手动模式，外部触发模式, 评估后可以直接打印评估报告； 2、交感互动的阈值反馈技术：在治疗中阈值可以随着病人的肌电幅度自动调节高低来判断病人运动的强弱，给病人适合的补差，让肌肉达到有效的收缩； 3、人机互动技术：通过自动调节阈值实现人机互动； 4、显示：显示EMG信号波形与数据，参考阈值、电流刺激波形等，肌肉实时EMG数据。 5、外观设计：可移动式的推车设计，轻便美观，可方便在门诊、病房、功能训练房内使用； 6、治疗方案：内置评估方案，164种治疗方案，多种娱乐游戏方案，多种视频参考及配套方案视频，40+张治疗参考照片及人体解剖图，更多丰富语音提示及治疗辅助提示； 7、七种典型训练方式：肌力评估、增强训练、放松训练、协同训练、耐力训练、痉挛肌训练、双部位训练； 8、显示屏幕：19寸宽屏幕可360度旋转，方便临床病人各种角度可视屏幕配合治疗 9、软件功能 (1) 管理：存储、记录、查询历史病人、当前病人的信息	1	台
----	-----------	---	---	---

		(2) 数据管理：对病人的整个治疗过程进行保存、趋势分析、疗效分析，便于医生做临床观察报告 (3) 人性化语音设计：软件在病人努力、刺激等过程中使用语音提示，与病人建立良好的治疗沟通，增强病人的注意力和理解力，辅助语音治疗； 10、辅助功能：软件中含有丰富的临床知识，如电极片粘贴的位置，治疗部位肌肉的解剖图、治疗参数设置等； 11、双通道功能：双通道的表面肌电采集及刺激器，既可采集两通道的表面肌电，也可同时两通道电刺激，还可进行两通道的肌电触发电刺激，包括自动触发与人工触发；		
7.	磁刺激仪	1. 产品特点 1.1、电脑触屏一体机，智能简洁人机交互界面，操作方便。 1.2、连续刺激时刺激量（强度、幅度等）不衰减确保刺激质量稳定可靠。 1.3、用户可自由选择刺激参数调节，多档位可供选择。 1.4、独具特色冷处理系统、智能液冷、风冷双冷处理机能可实现安全、长时间连续工作。保证患者安全。	1	台

		1.5、波形纯净、无杂波、干扰小，治疗精度更高。 1.6、推车方便移动，配合可调节万向臂可方便置于患者治疗位置。 1.7、两种治疗线圈可供选择，满足用户各个身体部位治疗需求。 1.8、紧急停止设计，用户使用过程中可随时停止治疗。 1.9、多重温度监测保护功能，确保设备使用安全。 2、产品参数 2.1、产品尺寸：65×65×140cm 2.2、设备分类：I类BF型 2.3、输入功率：≤3000VA 2.4、磁感应强度： 刺激仪磁感应强度0～2T, 分100档, 误差±20%。 2.5输出频率 刺激仪输出频率0Hz～30Hz, 步进1Hz, 误差±10%。 2.6脉冲宽度 刺激仪的脉冲宽度350us, 误差±10%。 2.7定时 刺激仪定时可调时间0～120min, 误差±10%。 2.8磁场终止功能 刺激仪具有手动停止磁场输出的功能。		
--	--	--	--	--

		2.9保护装置 当刺激线圈故障时，刺激仪应停止输出并在触摸屏有故障提示。 2.10外观 设备的外表面应整洁，无机械损伤、划痕等缺陷，设备的标志标记应清晰可见。 设备的开关、旋钮、触摸屏应灵活可靠、紧固件应无松动。 2.11强磁模式 a、重复模式：刺激频率可调1-30Hz, 刺激个数1-20个，间歇时间1-60s可调，串数0-99可调。 b、专业模式：刺激频率可调1-30Hz, 刺激个数1-20个，重复频率：0-20Hz, 重复个数0-20, 间歇时间1-60s可调，串数0-99可调，专业模式参数调节有一定互斥情况； 2.12温度检测 设备具有探头温度检测功能，当温度$\geq 30^{\circ}$, 制冷系统开始工作，当温度$\leq 28^{\circ}$, 制冷系统停止工作。当温度$\geq 35^{\circ}$, 设备应停止输出并在触摸屏有超温提示。		
--	--	--	--	--

8.	电磁场治疗仪	1. 一路中频电疗（4个电极）和一路脉冲磁疗联合治疗； 2. 彩色液晶触摸显示屏； 3. 台式机，方便移动医疗； 4. 中频电疗输出强度0-140mA（峰值强度）可调； 5. 中频电疗具有四种固定治疗模式，骨折各期针对性治疗； 6. 电疗治疗强度实时数字显示：电疗输出波形动态显示，输出一目了然； 7. 磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗； 8. 万向磁疗耦合器，可根据部位大小自由调节磁疗头宽度； 9. 治疗时间0~99min可调，默认为20min。 10. 治疗结束自动停止，声音提示。	2	台
9.	神经肌肉电刺激仪	1、输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。 2、输出频率：治疗选择第I档：输出脉冲频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz~5Hz。治疗选择第II档：输出脉冲频率为0.5Hz~5Hz。允差为每档最高频率的±15%。 3、脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第I档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。允差±30%。治疗选择第II档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。 4、输出强度：仪器各路独立输出，在500Ω负载阻抗时，	2	台

		每路输出电流峰值I_p从0mA~100mA连续可调。最大输出值允差$\pm 30\%$。 5、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差$\pm 10\%$。 6、连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。		
10.	日常生活作业智能训练系统	1、可提供包括挤牙膏、拿杯子、ATM存取款机操作、开汽车、开煤气炉、按压水龙头、开圆形门把手、开L形（竖形）门把手、拧瓶盖、操作电梯按键在内的不少于10种日常生活能力模拟训练模式 2、四大功能模块：单项日常生活动作训练、连续任务训练、互动游戏训练、评估量表 3、可以提供3种不同生活场景的连续训练：取款、泡咖啡、煮饺子 4、配备上肢减重装置 5、多种日常生活能力评定量表，包括Barthel量表、FIM功能独立性量表、手功能量表等 6、可以提供手眼协调训练、注意力训练、关节活动度训练、认知训练、协调性训练等 7、训练平台可以顺时针或逆时针完成360°任意旋转，实现不同训练模式的插件无缝切换 8、配21.5寸高清触摸式显示屏，屏幕上下倾斜角度不	1	台

		小于-5°到5°可调，水平角度不小于-160°到160°可调 9、可自定义训练命题，通过对不同插件模块的组合，实现智能自动切换场景与训练内容 10、训练结果自动纪录，可进行训练前后对比 11、可以无障碍增加其他生活功能插件，训练软件对新增加的训练硬件留有开放接口并兼容 12、工作台可升降		
11.	数字OT评估与训练系统	1、认知能力评估：分为初步筛查及专项认知评估，涵盖定向力、记忆力、注意力、计算能力、命名能力、复述能力、阅读理解能力、推理能力、失认症； 2、认知能力训练：涵盖五大方面，注意力、记忆力、知觉能力、逻辑思维能力、计算能力，30多个训练游戏 3、30个常用临床量表，涵盖肌力、肌张力、运动、儿童康复、上肢、下肢、认知等方面，量表支持自定义添加及上传，联网后可共享其它医院的量表 4、具备双数据库功能：本地数据库与云端数据库，可双向交互信息；不联网时，本地数据库储存患者信息；联网后，自动上传患者信息至云端数据库，也可从云端数据库下载患者信息至本地数据库 5、具备云端数据库共享功能：同一云端账号里的所有数据信息可实现共享，可在任意一台设备查看及下载共享账号里的数据信息	1	台

		6、训练认知的同时提供上肢运动控制训练，包括单手、双手、手眼协调、手指训练等 7、根据患者的训练情况自动调整训练难度 8、设备高度自带记忆功能，可一键调节到习惯使用高度 9、可根据评估结果自定义训练方案，训练方案可设置训练天数，训练时长，训练难度 10、提供单人、双人竞赛训练项目，互相激励训练 11、报告支持本地储存，彩色打印，图片导出 12、软件自带密码锁屏功能，医生可自行设置锁屏密码 13、软件具备管理员功能，对信息进行自由设置及登录 14、内置一体式控制主机，主机自带一键还原功能 15、训练自带操作教程，方便使用		
--	--	--	--	--

12.	上肢运动控制训练系统	1、配备捏力传感器、握力传感器、圆柱形把手、握形把手、圆盘（3英寸）、圆盘（4英寸）、圆盘（5英寸）、匙形把手、长条形把手、球形把手、方向盘、垂直操作杆圆盘等12种配件 2、评估钳状捏力、侧指捏力、拇食指尖捏力、握匙捏力、握力等数据，包括最大用力值、达到峰值的时间、后60%的平均用力、平均用力值、耐力、递减速度等，支持数值、曲线、柱状图三种显示方式 3、提供10种以上的情景互动训练模式，实现上肢捏力、握力、扭力的等长训练、等张训练、耐力训练、爆发力训练、共同运动训练、分离运动训练、活动度训练、协调训练 4、具备双数据库功能：本地数据库与云端数据库，可双向交互信息；不联网时，本地数据库储存患者信息；联网后，自动上传患者信息至云端数据库，也可从云端数据库下载患者信息至本地数据库 5、具备云端数据库共享功能：同一云端账号里的所有数据信息可实现共享，可在任意一台设备查看及下载共享账号里的数据信息 6、评估时间可分档选择，5秒、10秒、30秒，适合早中后各期患者 7、评估报告支持前后进展对比，左右肢体对比	1	台
-----	-------------------	---	---	---

		8、评估数据支持本地储存，彩色打印，图片导出 9、训练组合方案，可自由设置多个训练形成一个组合方案 10、配备高清屏幕电脑，支持扩展至任意尺寸的投影、电视机 11、配备高性能彩色打印机		
13.	吞咽言语诊断治疗系统	1. 双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。 2. 输出强度：0mA ~ 80mA或0V ~ 80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V。 3. 脉冲频率：20Hz ~ 100Hz 可调，步长1Hz。 4. 脉冲宽度：100μs ~ 400μs 可调，步长10μs。 5. 脉冲的上升时间和下降时间：1s ~ 10s 可调，步长1s。 6. 脉冲的维持时间：1s ~ 55s 可调，步长1s。	1	台

		7. 脉冲的断电时间：3s~75s可调，步长1s。 8. 具备七种电极治疗方式。 9. 可进行口腔内及口腔外电刺激功能。 10. 固定电极具备三种治疗模式。 11. 内置电极放置图示，方便使用。 12. ※提供电刺激手柄给治疗师操作。 13. 开路报警提示，过电保护确保治疗安全。		
14.	智能（中药）湿敷装置	1. 恒温控制，温度设定范围50~95℃可调； 2. 加热温度实时显示； 3. 工作状态指示灯实时显示：加热、保温、故障。 4. 自动、手动两种模式可选择； (1) 自动模式：每天6时自动开机加热，17时自动关机停止加热； (2) 手动模式：闭合电源开关，仪器开始加热；断开电源开关，仪器停止加热； 5. 加热水箱容积：70L； 6. 加热水箱功率：1200VA； 7. 加热时间：从室温25℃加热到75℃不超过200min； 8. 冷却时间：室温下从75℃开始冷却到25℃不低于200min ，高保温性能； 9.	1	台

		双重温度保护：设定温度恒温保护和超温断电保护；		
15.	无烟艾灸设备	1□入选中医诊疗设备；入选“治未病服务适宜设备； 2、适用范围：适用于中医人体穴位艾灸治疗。 3、柜式推车型，微电脑控制，10.4寸触摸显示屏。 4、内置常见病症分类查询及对应穴位的图解、内置操作说明功能。 5、15路输出，可以同时23个穴位进行施灸。 6、含有腰腹专用七孔组合灸头一套，两孔组合灸头2套，使用方便，并配有一次性防尘垫，干净卫生防止交叉感染。 7、附有临床病症应用穴位卡片以供参考。□ 8、多功能艾灸仪耗材需提供单独的医疗器械注册证。 9、灸头采用自锁式插头，牢固不易脱落，灸头线长：1800mm±200mm。	2	台

16.	经皮神经电 治疗仪	1、输出波形：为无极性双向不对称脉冲。 2、脉冲宽度：20μs ~ 500μs连续可调，允差$\pm$20%。 3、脉冲频率：在2Hz ~ 160Hz范围连续可调，允差$\pm$10%。 4、输出电流：仪器各路独立输出, 在500Ω负载阻抗时, 每路输出电流峰值I_p从0mA ~ 99mA可调。最大输出值，允差$\pm$30%。 5、KD-2A型时间设置： a) 定时设置：分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差$\pm$10%； b) 不定时设置：可连续工作。 6、连续工作时间：不少于4h。	2	台
-----	--------------	---	---	---

17.	低温冲击镇痛仪	1、仪器尺寸：长×宽×高 = 450×450×1090±10 (mm) ； 2、工作条件： a) 环境温度：+ 10℃ ~ + 31℃ ； b) 相对湿度：30% ~ 75% ； c) 大气压力：700hPa ~ 1060hPa ； d) 充电电源：AC 220V 50Hz ； e) 输入功率：30VA。 3、采用 5.5 英寸触摸屏，全中文操作界面； 4、仪器治疗时间显示范围：15s ~ 10min ； 5、内置铅酸蓄电池，可在无外接电源条件下使用； 6、可根据临床实际情况预设工作时间，步进为 15S，当到达预设时间时，治疗枪枪柄后绿色 LED 灯亮进行提示； 7、可实时智能监测治疗部位的皮肤表面温度，安全有效防止冻伤； 8、仪器显示的工作温度范围不窄于 0℃ ~ 40℃ ； 9、喷射气体流速为 2.0g/s ~ 3.3g/s ； 10、按照说明书操作，在 30 秒内可使皮肤表面温度降至 4℃以下； 11、具有红色、绿色、蓝色三种不同颜色的光照，可单选或组合使用； 12、安全保护：	1	台
-----	---------	--	---	---

		(1) 具有安全密码锁定设备功能，避免非医护人员操作； (2) 在温度传感器监测到治疗部位的皮肤表面温度$\leq +4^{\circ}\text{C}$时，橙黄色 LED 指示灯亮； (3) 在温度传感器监测到治疗部位的皮肤表面温度$\leq 1^{\circ}\text{C}$时，治疗枪喷射气流自动停止，并发出蜂鸣警报声音。 13、使用纯度$\geq 99.9\%$的食品级液态二氧化碳。		
18.	体外冲击波 治疗仪	1、主机、手柄、治疗头为同一品牌。 2、可移动式柜式主机系统（包括：主机、台车、空气压缩机），主机与空气压缩机分离。 3、主机控制界面：主机采用触摸式设计，可调节治疗气压输出大小。 4、主机可调节治疗气压输出，工作压力：$1.5\text{bar} - 4\text{bar}$ 治疗时连续可调。 5、工作频率：$4-20\text{Hz}$ 6、电源供应(伏特)：$100-240\text{VAC}$，$50-60\text{Hz}$，外置大容量空气压缩机：主机与空气压缩机分离，空压机滤芯过滤精度$\leq 0.01\mu\text{m}$。	1	台

		7、气压弹道式手柄： 7.1手柄具备计数器，记录手柄累计使用次数。 7.2手柄具备开关，治疗师在治疗过程中操作方便。 7.3手柄有独立减震硅胶软握把设计，减轻反作用力对于操作者的影响。 8、能量守恒治疗手柄，能量密度$\geq 1.7\text{mJ}/\text{mm}^2$。 9、手柄治疗头可伸缩，有施压指示器，带压力刻度，能够适合力量不同的使用者在治疗病人时能够精确掌控对手柄施加压力大小，达到治疗标准化目的。 10、手柄套件及治疗头类型： 10.1 手柄套件具备≥ 5个治疗头 10mm放散状治疗头、15mm标准放散状治疗头、15mm聚焦状治疗头、15mm放散状治疗头、36mm放散状治疗头。 10.2冲击波治疗头最大工作脉宽$\leq 5\mu\text{s}$（需提供说明书或检测报告）。 11、售后服务：生产厂家在国内设有专业的维修机构，直接提供售后维修服务（提供售后服务承诺书）。		
19.	多关节等速肌力训练系统	1. 设备操作平台：Android 9操作系统，4G内存，32G硬盘 2. 显示屏幕:15.6英寸分辨率 1080p 3. 平板电脑支架：可360°旋转 4.	1	台

		主机移动性：主机结构紧凑，安装脚轮，方便移动和锁定，可为床旁患者使用 5. 评估训练部位：肩、肘、腕、髌、膝、踝 6 大关节 6. 评估训练方式：可以进行等长、等张、等速等5种训练方式，可进行27种动作训练 7. 磁吸技术：动力头采用电磁技术，可自动吸附/一键解锁训练器 8. 提供5种训练器：前臂训练器、上肢训练器、肩关节/下肢训练器、闭链训练器、踝关节训练器 9. 训练器自动识别：软件能够自动识训练器，并自动匹配相应的体位 10. 参数设置：可以设置停留时间、速度、最大扭矩、训练次数、休息时间、最大助力、最小助力等参数 11. 患者管理：具有患者管理系统，可以新建和修改患者基本信息、记录使用信息、可以对评估和训练数据对比分析 12. 输出扭矩：最大120Nm 13. 角速度设置范围：0°/s~180 ° /s，连续可调 14. 输出轴工作角度设置范围：-180 °~180		
--	--	---	--	--

	°范围内连续可调 15. 训练次数设置范围：等速训练模式下 1 ~ 600 次，连续可调 16. 主机头高度调节范围：0 ~ 320mm，连续可调 17. 休息时间设置范围：等长训练休息时间1 ~ 120s 18. 训练模式：27 种不同动作，每种动作包含助力等张训练、阻抗等张训练、等长肌力训练、主动等速训练和被动等速训练共计 5种训练模式 19. 情景互动：具有6种情景互动游戏训练。 20. 床旁使用：设备可以移动，同时可以满足在床旁评估和训练的使用场景 21. 整体结构：设计布局紧凑，移动式结构，可推行至医疗场景中进行使用 22. 安全防护：具有多重安全防护，包括软件限位保护、紧急制动开关、手持式开关、机械限位4重安全防护 23. 显示设置：可以显示训练模式、训练速度、训练时间、参数设置、报告查看 24. 评估功能：评估内容包括峰值力矩、力矩体重比、方差	
--	---	--

		系数、平均做功、总功值、运动范围、平均峰值力矩、疲劳指数、等21种指标；可进行数据对比并自动生成报告 25. 痉挛保护功能：可以自动检测痉挛，痉挛灵敏度1~50Nm可调 26. 控制技术：采用动态抗阻技术，感受柔性阻力的变化 27. 设备重量：100kg±10%		
20.	上肢康复训练系统	1. 通过力反馈技术进行上肢功能训练，支持被动、助力、主动和抗阻运动模式。力反馈传感器精度5%，量程-0-400N, 反馈数值可以实时显示，即时计算运动控制主动占比，训练参数均可调节。 2. 提供上肢运动协调能力、静态力量和思维训练，可以模拟多样丰富的力学效果，如按需辅助、弹性模拟、冰面模拟、惯性模拟、阻力模拟等。 3. 提供多款情景互动游戏训练，包括感知觉、注意力、认知能力、等长训练等。视、听、触觉交互反馈使训练过程具有趣味性和沉浸感，虚拟现实技术使用户身临其境。 4. 训练轨迹包含7种预设轨迹和自定义轨迹，可以自由	1	台

	带动机械臂进行轨迹记录和回放，订制针对性训练方案。 5. 多重安全保护：设备具备紧急停止，限位保护，微型断路装置，并且具备三挡力量保护保证训练安全，避免痉挛等异常力量控制情况。 6. 多种训练手柄：设备配有单手杆状握把、分指握把满足不同的训练需求。 7. 被动运动速度：2~18cm/s, 误差±5%, 1-5级连续可调；助力训练中助力≤40N, 1-5级连续可调；主动训练中摩擦力≤20N, 1-5级连续可调；抗阻训练中阻力≤50N, 1-5级连续可调。 8. 运动范围≥40cm*57cm, 误差±1.0cm。 9. 设备升降连续可调，上下运动范围为0-400mm, 误差±10mm。 10. 设备外形尺寸：768mm*1136mm*825 - 1225mm(长*宽*高)。 11. 丰富的上肢康复评估功能，包含上肢主动活动范围、被动活动范围、上肢肌力等多种分析功能。 12. 控制方式：结合伺服电机控制和电脑控制，提供训练目标和运动模式选择，训练时间、活动范围、训练轨迹、速度/助力/摩擦力/阻力、力量保护等级皆可配置。		
--	--	--	--

		13. 训练中可实时调节活动范围、力量、速度等参数。 训练中可实时显示实际力量值、主动参与程度、速度等数据。 14. 强大的数据库管理，可记录治疗师账号及其下的用户数据，自动生成训练评估报表，包括时间、力量曲线图、主运动占比、运动偏差率、速度时间曲线图等，并提供查询、新增、删除、修改、导出pdf及打印等功能。 。 15. 机械结构：采用同步带联动导轨设计。 16. 多语言切换：支持两种以上语言切换。 17. 设备支持亮色系及暗色系两种软件界面切换。		
21.	认知障碍诊治仪	一、产品组成 成人认知能力测试与训练仪由硬件和软件组成。硬件部分包括单通道低通滤波器、隔离变压器、麦克风、电脑主机、触摸式显示器、打印机、音箱、键盘、鼠标、工作台、通讯电缆；软件部分为认知障碍诊治系统软件ZM3.1（以下简称ZM3.1软件） 二、正常工作条件 1. 环境温度：+10℃~+35℃； 2. 相对湿度：35%~75%； 3. 大气压力：860 hPa~1060 hPa； 4. 电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz；	1	台

	5. 计算机硬件配置： a) CPU：十代i5或以上； b) 内存：16GB； c) 硬盘：512SSD； d) 显卡：集成显卡或以上； e) 声卡：集成声卡； f) 操作系统：Windows10； 6. 开机预热时间：不少于2 min。 三、主要技术指标和参数 1. 外形尺寸（长×宽×高）：1200mm×700mm×750mm 2. 单通道低通滤波器 a) 增益/dB，分五档：20、25、30、35、40 b) 低通滤波/KHz，分四档：5、10、15、20 c) 当无信号输入时，静止噪声$\leq 1\text{mV}$ d) 信号频率误差：$\pm 4\%$ 3. 输入功率:1000VA 一、产品特性 1) 在康复训练中较具特色的是“认知训练平台”采用开放式平台设计，治疗师可根据患者实际需求一次性输入5个同一性质的训练方案，可自由插入地方方言、患者家庭图片、各种独特动物语音或熟悉语音、动画训练情景、配合训练提示等等，可自由控制训练时音、奖励时	
--	--	--

		间及方式，为治疗师提供较为方便的个体化设计平台。 大大地减少了治疗师的工作量。使患者体验到康复训练的乐趣，在不断康复游戏中超越疾病的束缚，达到认知程度较大的康复。 2) 老师出题界面和学生做题界面，康复师可以根据不同患者进行康复方案设计，使康复方案的设计更加灵活和个体化。 3) 康复方案设计完毕后系统有自动记忆功能，下次训练时系统自动从记忆库中提取上一次的训练内容，不需要治疗师做重复劳动，大大地减少了治疗师的工作量。 4) 精细化用户管理系统，统一用户基础属性、形成结构化管理框架，包含管理员、医生、治疗师、患者四种用户角色，实现系统数据分层管理； 二、产品用途 成人认知能力测试与训练仪适用于脑损伤疾病所致的智力低下、记忆障碍以及认知障碍人群的认知功能评估与康复训练。 三、软件模块功能 1) 系统介绍 2) 病历管理 3) 筛查评估：分为甄别试和等级试测试，包含定向能力、注意能力、语言能力、执行能力、记忆能力、计算		
--	--	---	--	--

		能力、日常知识、推理能力8个方面，其中，语言能力又包括表达、听理解、视理解和命名四个方面。 4) 康复训练：康复训练与筛查评估有机地结合，对每个患者的每项评估，通过康复建议实现康复个体化，实用性更强，做到为每个患者度身订制的康复训练方案。 设计了与评估相匹配的七种能力康复训练，每一种能力的训练分为初级、中级和高级三个难度等级，根据个人的语言及文化的差异将每个难度梯度又分成了更细的训练内容：结构组织能力（空间理解、空间综合、方位判断）、定向能力（时间定向、地点定向、人物定向）、专注能力（视觉专注、听觉专注、连线游戏）、语言能力（复述、命名、判断、理解、阅读、组句、选择、匹配）、记忆能力（形象记忆、逻辑记忆、运动记忆）、计算能力（直接运算、间接运算、创造性运算）、推理能力（次序推理、图像推理、事件推理）等。		
22.	移位器	一、正常工作条件 1) 环境温度：+5℃~+40℃； 2) 相对湿度：≤80%； 3) 大气压：860 hPa~1060 hPa； 4) 充电电源：AC220V，50Hz； 内部电源：DC24V10AH。 二、主要技术指标和参数	1	台

		1) 外形尺寸 (长×宽×高) : 800mm×600mm×1410mm (折叠后) 2) 正常载荷/kg : 120 3) 吊架高度调节范围 : 1045mm ~ 1850mm 4) 分腿宽度550mm、870mm、1115mm、1280mm四档		
23.	多功能护理模型人	1. 四肢关节可左右弯曲，旋转，上下活动，头颈部和下颌关节可活动，可练习穿换衣服，洗脸，洗头，眼、耳清洗滴药、冷热疗法，包扎、换药等护理操作。 2. 上下固定的假牙，可进行口腔护理操作训练。 3. 可经口气管插管，支持口对口、简易呼吸器对口等多种通气方式；听诊检测插管位置。 4. 颈部有气管切开伤口，可放入气管套管，进行气管切开护理。 5. 经口咽、鼻咽插入吸痰管，模拟吸痰操作。 6. 具有鼻中隔，可练习鼻导管给氧，口面罩给氧等。 7. 经口鼻插入鼻饲管或胃管，进行鼻饲喂养、给药，洗胃、胃肠减压操作训练，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。 8. 可进行手臂静脉注射、抽血、输液、三角肌皮下注射、股外侧肌内注射、臀部肌肉注射。 9. 可进行双侧三角肌肌肉和皮下注射、双侧股外侧肌和臀部肌肉注射，能够直接注入模拟药液，可反复多次训	2	台

		练，更换方便。 10. 可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺训练。 11. 可进行男性导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作训练，导尿成功后可导出模拟尿液。 12. 模拟人可摆放不同的体位，实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠训练。 13. 可进行回肠造瘘口和结肠造瘘口引流术护理。 14. 胸腔皮肤可打开，可观察到支气管、肺、胃等胸腔重要器官解剖结构。 15. 可与创伤模块更换，模拟身体四肢创伤、开放性骨折、断裂处理、皮肤烧伤，进行创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运等操作训练。 16. 包括以下 8种创伤伤口： 16.1大腿外伤切开缝合伤口护理 16.2大腿皮肤裂伤护理 16.3大腿感染性溃疡护理 16.4足坏疽，第1、2、3足趾和足跟压疮（褥疮）护理 16.5小腿截肢残端伤口护理 16.6上臂截肢伤口护理 16.7胸壁切开缝合伤口护理 16.8腹壁切开缝合伤口护理		
--	--	--	--	--

24.	人体成分分析仪	1. 工作原理：多频率生物电阻抗测试 2. 测试部位：5个节段部分测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢) 3. 测量方法：8点接触式电极，多频率生物电阻抗测量方法 (BIA) ； 4. 测量频率：5，50，100，250kHz ； 5. 含外观设计专利，配置水平仪，纠正框架和底板水平角度。 6. 标配上位机软件 7. 显示屏：≥7寸 液晶触摸屏，分辨率800*480 PPI。 8. 测量全程提供语音提示 ； 9. 输出报告2份：儿童报告 (5-18岁) ；成人报告 (18-99岁) ，内置运动处方、营养处方。 10. 输出值：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、肌肉量、去脂体重、体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、脂肪百分比、腰臀比、内脏脂肪面积、目标体重、肌肉控制、基础代谢量、脂肪控制、体重控制、运动处方、营养处方、阶段肌肉分析、身体总评分、体型判定、肌肉评估、营养评估、身体年龄、结论分析、预估腰围、阻抗	1	台
-----	---------	---	---	---

		值输出、四肢骨骼肌指数，细胞内液，细胞外液等。 11. 可选配：身高仪，血压计，身份证读卡，微信扫码接口等； 12. 测量时间：≤60秒； 13. 测量电流：≤200μA； 14. 阻抗测量范围：100Ω~750Ω； 15. 体重测量显示范围：5Kg~250Kg；体重显示精度≤0.1KG 16. 身高输入范围：90cm-220cm； 17. 年龄输入范围：5-99岁； 18. 电源：AC220V~±10%，50Hz； 19. 尺寸：480mm×720mm×1140mm； 20. 重量：26Kg； 21. 储存环境：内存>500M，硬盘>2G； 22. 操作环境：Android 6 / Windows兼容版本； 23. 参考数据库：健康中国人数据，男性>3500例，女性>3300例。		
25.	上肢功率车	主要技术指标和参数 1) 外形尺寸(长×宽×高)：520mm×460mm×560mm 2) 拉手杆高度调节距离：330mm 3) 曲柄调节角度：80°	1	台

		4) 扶手/脚踏的额定承载：200N 5) 扶手额定承载:1000N (垂直力) 、 500N (水平力)		
26.	下肢功率车	主要技术指标和参数 1) 外形尺寸：1150mm×505mm×1250mm 2) 座位上下调节范围：730mm~980mm(9档) 3) 阻尼调节档数：8档 4) 座垫额定承载:2000N	1	台
27.	肺功能监测系统	1. 传感器技术：压差式贵金属材料流速传感器； 2. 容量：范围：(0~10)L，最大示值误差：±3%或±0.05L (取大值) 流速：范围：(0~16)L/s，最大示值误差：±5%或±0.17L/s (取大值) 流速的线性度：两次相邻测试流速的平均误差的差值应不超过两次测试流速大者的5% 流速的气流阻力：测试范围内的气流阻力应不超过0.35kPa/(L/s) 流速的频率响应：PEF读数的差值应不超过±12%或±0.25L/s，两者取较大值 3. 可测量参数包括用力肺活量FVC、慢肺活量SVC、肺活量VC、每分钟最大通气量MVV、静息分钟通气量MV等相	1	台

		关功能共100多项参数。 4. 预计值模式：支持ECCS、Zapletal预计值和中国人预计值； 5. 肺功能仪采用手柄式结构，手柄部位具备FVC, SVC, MVV, MV快速检测按键，可独立进行数据传输，压差式传感器直接安装在手柄部位，可不借助任何工具徒手拆卸，并用消毒液浸泡消毒避免交叉感染；连接采用硬连接结构，无任何外在的管路，以提高传感器的频率响应； 6. 可通过测量值与预期值的比率显示测试者状况，具有多次测量显示最好值和趋势图功能。 7. 具有定标质控功能：支持3L容量$\pm 10\%$标准定标、容量$\pm 3.5\%$定标验证、三流速$\pm 10\%$标准定标及三流速$\pm 3.5\%$定标验证功能； 8. 具有BTPS自矫正功能，显示测试的时间和自动测量环境参数（温度、湿度、大气压力）； 9. 智能语音指导提示，指导测试者正确配合完成测试。 10. 检测模块:1. 肺通气功能检查（FVC、SVC、VC、MVV、MV）；用药前用药后：支气管舒张、激发试验等；实时显示流量-容积（F-V）曲线、实时潮气呼吸基线、潮气容量环、时间-容积（V-T）曲线等；		
--	--	---	--	--

		11. 质控管理模块：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F；依据ATS/ERS智能推荐可接受度高的测量曲线；用力呼气时长实时监测指导；用力呼气末流量低于0.025L/s停止呼气指导； 12. 报告生成及打印模块：支持多种报告模板，包括肺功能常规通气检查；用药前用药后试验；支气管舒张试验，支气管激发试验；报告审核功能； 13. 数据通讯模块：支持对接医院HIS系统；支持肺功能报告解读远程诊断工作模式等功能；		
--	--	---	--	--

注：评估类设备需要开放所有端口，与医院数字化系统对接（如HIS、PACS等），均需无偿免费接入。

商务要求

质量标准	国家标准、行业标准。
服务期限	三年
合同履行期限	合同签订之日起30日内
交货时间及地点	交货时间：合同签订之日起30日内 交货地点：采购人指定地点。
合同签订时间	中标通知书发出之日起2个工作日内。
付款方式	双方按合同约定
质保期	三年
备品备件及耗材等要求	投标人须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，对货物的正常安装调试、使用和维护必不可少的且应属于货物需求配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

售后服务保障 或维修响应时 间要求	1、当出现故障，2小时内电话响应，4小时内技术人员到场（通信线路、电力线路故障除外，但要及时与相应部门联系积极解决）；故障解决时间或启用应急措施保证系统正常运行的时间不超过24小时；投标人负责对其提供的货物在三包维修期内进行维修或更换，不收取额外费用。 2、保修期外的，投标人必须负责售后维修，可收取维修成本费。 3、提供的设备的制造标准、安装标准及技术规范符合国家标准，保修期满后，终身维护、软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。
-------------------------	--

采购人对项目的特殊要求及说明

采购人的特殊要求及说明理由	1、包括投标人特殊资格等要求。 2、本项目不收取履约保证金。 3、不接受联合体参加投标。 4、是否授权评审小组直接确定中标供应商和中标候选供应商：是。 5、是否专门面向中小企业采购：（是） 6、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：否。 如要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例 30 %，并作为投标人资格条件。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予5 %（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 8、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：<u>工业</u>。
---------------	--

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：平舆县人民医院医养中心康复设备采购项目 1.2 采购人名称：平舆县人民医院 1.3项目编号：舆政采购-2024-07-56
2	合格投标人： 具备招标公告第二项规定的条件。
3	投标报价及费用： 3.1 本项目投标以人民币报价。 3.2 投标人货物投标报价超过最高限价的，采购人不能支付的，按废标处理。
4	现场踏勘或标前答疑： 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。
5	样品要求(原则上不要求提供样品及演示)： 本项目不要求提供投标产品样品。
6	投标文件组成： 加密版电子投标文件，应在投标文件提交截止时间前上传至驻马店市公共资源交易平台。
7	投标截止时间及地点： 详见招标公告。
8	开标时间及地点： 详见招标公告。
9	评标办法： 本项目采用最低评标价法。
10	中标公告及中标通知书： 由采购人授权评标委员会直接确定1名中标人和1名中标候选人。评标结束后，采购代理机构及时在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》等相关媒体上发布中标公告，同时向中标人发放中标通知书。
11	投标保证金交纳与退还： 本项目不收取投标保证金。
12	签订合同： 详见第二章招标需求第二项商务要求。
13	履约保证金的收取及退还：本项目不收取履约保证金。 采购人根据需要可以按中标合同金额的_____0%（不超过中标合同金额的10%，具体控制标准可根据项目情况在招标文件中予以确定）收取履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。以担保机构出具的履约担保函形式交纳的，投标人应提交驻马店市政府采购专业信用担保机构出具的履约担保函。以支票、汇票、本票的形式交纳的，采购人在中标人按合同约定交货完毕并验收合格后10个工作日内无息退还该款。

14	采购资金来源： 财政性资金
15	付款方式： 详见第二章招标需求第二项商务要求。
16	中标人可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
17	投标文件有效期： 投标截止期结束后90日。中标人的投标文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。
18	开标结束后，采购人将通过信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网网站（ www.ccgp.gov.cn ）查询投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。采购人查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评标依据。
19	质疑和投诉： 详见第三章投标人须知“10. 质疑和投诉”。
20	本项目使用远程不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其投标将被拒绝。
21	投标人注册： 投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn ）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。
22	招标文件下载： 凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn/ ）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
23	投标文件制作： 1、投标人通过“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn ）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。 2、投标人凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件(.zmdzf 格式)。

	3、投标人须在投标截止时间前制作并提交。加密的电子投标文件（.zmdtf 格式）， 应在投标截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”电子交易平台内上传。 4、加密的电子投标文件为“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版投标文件。 5、投标人在编制电子投标文件时，生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章，无法直接完成电子签字或盖章的投标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。 7、投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。 8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。 9、电子投标文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）
24	投标文件上传:详见第三章投标人须知“第22条”。
25	招标文件的澄清与变更: 1、采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

26	开标: 1、开标当日, 投标人无需到达开标现场, 仅需在任意地点使用企业CA密钥登入驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) 及相应的配套硬件设备 (摄像头、话筒、麦克风等) 参加开标会议。 2、开标时, 投标人必须使用能正确解密投标文件的CA密钥在规定的时间内完成远程解密, 因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时, 视为投标人撤销其投标文件, 系统内投标文件将被退回; 因招标人原因或网上招投标平台发生故障, 导致投标人无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的, 可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整开、评标时间 (友情提示: 若投标人已领取副锁 (含多把副锁) 请注意正副锁的使用差别)。 3、远程开标前, 投标人务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder) 投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能, 验证本机远程自助解密环境。 4、特别提醒: 因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等, 对网络带宽及硬件要求相对较高的功能, 故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时, 需确认是否满足如下要求: (1) 网络要求: 网络带宽4M以上。(2) 硬件要求: 电脑要求内存4G及以上, 且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等, 并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上, IE浏览器IE11及以上。 (3) 人员要求: 对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统开标的投标人, 要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址: (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005)
27	评标: 详见第三章投标人须知第25、26、27、28、29、30条

28	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；供应商自拟格式声明或承诺书，均须加盖单位公章，由法定代表人签字并加盖本人印章并显示联系方式，否则视为不响应文件。当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。
----	--

一 说 明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

2. 定义

2.1

“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3

“投标人”系指下载了本招标文件，且已经提交本次投标文件的投标人。

2.4

“投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

2.5

“货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6

“相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他相关的义务。

2.7 “投标文件有效期”

系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

3. 采购预算（最高投标限价）

预算金额：5218000.00元；

4. 投标人应提交的证明文件

4.1 法定代表人本人参加投标的，提供法定代表人身份证明原件的扫描件（格式见第六章附件）；法定代表人委托代理人参加投标的，提供法定代表人授权委托书原件的扫描件（格式见第六章附件）。

4.2驻马店市政府采购供应商信用承诺函（格式见招标文件：附件12）。

4.3其他证明文件

4.3.1具备独立法人资格，具有有效营业执照；

4.3.2医疗器械类投标产品必须符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证；

4.3.3供应商为生产厂家的须具有医疗器械生产许可证；供应商如果为经销商（代理商）的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。

4.3.4开标结束后，采购人将通过信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。采购人查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评标依据。

注：以上为必须提供的材料。本项目采用不见面交易，投标人在投标文件提交截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件(4.1、4.2、4.3项所需材料)，提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包所用资格审查材料(4.1、4.2、4.3项所需材料)，以供评审过程中评标委员会查阅。投标人应确保主体诚信库信息与电子投标文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评审时以电子投标文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

5. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6. 联合体投标（本项目不接受）

6.1

两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

6.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作、相应的责任、完成的合同金额及完成的合同金额所占总合同金额的比例，并将共同投标协议原件连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方承担的工作和相应的责任应与其具备的资质条件相一致。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体参加投标。

7. 关联企业投标（本项目不接受关联企业投标）

7.1

本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2

关联企业中,

同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

7.3

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的投标活。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2 本项目不允许采取分包方式履行合同。

9. 特别说明：

9.1投标人投标所使用的信誉、荣誉、业绩与企业相关证书必须为投标人或所投产品制造商所拥有并作出书面承诺附投标文件中，否则按不响应招标文件处理。

9.2 投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

9.3

《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动

中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。参与本次采购活动的投标人，其法人代表或主要负责人所在或曾在的公司在近两年内没有严重违法违规行为须作出承诺附投标文件内。

9.4投标人在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，由相关部门查处。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日(或收到招标文件之日)起7个工作日之内向采购人或采购代理机构按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部令第94号）》格式要求提出质疑；投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑,逾期不再受理,投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对招标程序、招标文件格式性条款、评审结果的询问和质疑, 请向河南建成工程咨询有限公司提出；关于对投标人特殊资质要求、技术参数和技术标准、商务要求、综合评分标准的询问和质疑，请向采购人提出。

投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意,或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑及答疑将通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统进行。**投标人对招标文件、招标过程和中标结果有异议的，除将有效的质疑函上传至驻马店市公共资源交易不见面系统外，投标人必须电话通知代理机构或采购人（联系电话详见招标公告），并把纸质质疑文件邮寄至代理机构和采购人以便存档（通讯地址详见招标公告），否则视为无效质疑。**质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

二 招标文件

12. 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

12.1 招标公告

12.2 招标需求

12.3 投标人须知

12.4 评标办法及标准

12.5 合同主要条款

12.6 投标文件格式

13. 招标文件的澄清与修改

13.1

采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在投标截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间，招标文件获取时间、提交样品截止时间等可以相应延长）前，在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

13.3

招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

13.4

采购代理机构可以视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间3日前，将变更时间在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三 投标文件的编制

14. 要求

14.1

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术参数和技术标准、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责并作出书面承诺附投标文件内，否则按不响应招标文件处理。

14.2

投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得增减或修改内容，否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15. 投标文件的语言和计量单位

15.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2

关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.3

原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16. 投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

16.1 投标书

16.2 开标一览表

16.3 投标报价明细表

16.4 供货范围清单

16.5 技术响应表

16.6 商务响应表

16.7 法定代表人身份证明

16.8 法定代表人授权书

16.9 证明文件

16.10 抵制商业贿赂承诺

17. 投标有效期

17.1

投标文件有效期须附投标文件中并加盖单位公章否则按不响应招标文件处理，投标文件从招标公告所规定的投标截止时间之后开始生效，在投标人须知前附表第17项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

17.2特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要 求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

18. 投标报价

18.1

所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

18.2 投标人要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写。

18.3 投标人投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报开标一览表。

18.4

开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

18.6

对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评标时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

18.7

对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购人有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

19. 投标保证金

本项目无投标保证金。

20. 投标文件的式样和签署

20.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录应编序，目录需编制人和审核人签字。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

20.2 投标文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心电子交易平台”下载的电子招标文件，制作生成的加密版投标文件。

20.3

投标人提供的货物应是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范 and 招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求并对此作出承诺附投标文件中。

20.4投标人应对其提供的货物及服务能够一次性通过采购人组织的验收作出承诺，否则视为不响应招标文件。

20.5投标人在编制电子投标文件时，根据招标文件的要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作。生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求逐页完成电子签字并盖章，否则视为不响应招标文件。

20.6不接受电报、电传和传真的投标文件。

20.7

全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人代表签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的，其投标将被作为无效投标。

20.8

电子投标文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

四 投标文件的上传、提交

21. 投标文件的加密、标记

21.1投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.zmdtf格式）

。

21.2投标人因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统出现问题无法上传电子投标文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

22. 投标文件的上传、提交

投标人应在招标公告中规定的提交投标文件截止日期和时间前将制作好的电子投标文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1

投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、加密，并作为投标文件的组成部分。

23.2

投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

五 开标

24. 开标、唱标

24.1 在招标公告中规定的时间、地点开标。

24.2 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

24.3 开标时，首先，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有投标文件进行解密。如投标人自身原因解密失败，其投标将被拒绝。

24.4 解密完成后，系统将自动唱标，公布各投标人 开标一览表的内容。

24.5

采购代理机构对唱标内容做开标记录，由采购人、采购代理机构共同签字确认。

24.6 投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.6.1 在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。

24.6.2 投标文件未按招标文件规定加密的。

24.6.3 未进行网上下载领取招标文件参加投标的。

24.6.4 一个投标人不只提交一套投标文件的。

24.6.5 投标人未按照招标公告规定的投标文件提交时间签到的。

六 评标

25. 组建评标委员会

25.1 采购代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表1名和评标专家4名组成，成员应当为5人及以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。）采购人可委派一名代表进入评标委员会，但不得担任组长。评标专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做合理的建议。

25.2 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26. 投标文件的初审

26.1 对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.2

评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

26.3

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，修正错误的原则如下：

26.3.1

投标文件开标一览表（报价表）的内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 资格性检查和符合性检查。

26.4.1 资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人将依据投标人提交的投标文件按招标文件第一章招标公告第二项和招标文件第三章（一）说明4. 投标人应提交的证明文件所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标。

26.4.2 资格审查后合格的投标人不足3家的，不得评标。

26.4.3 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

（1）投标文件未按规定签字、盖章的。

- (2) 投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。
- (3) 投标有效期、交货时间、质保期等不满足招标文件要求的。
- (4) 缺少1项必要功能，或缺少辅助功能3项（含）以上的。
- (5) 任何1项主要技术指标低于招标需求，或次要技术指标低于招标需求 3项（含）以上的。
- (6) 未按招标文件规定报价的。
- (7) 未按招标文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的，未附政府采购报名确认单的。
- (8) 投标文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。
- (9) 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。
- (10) 联合体投标未提供联合体投标协议原件的。
- (11) 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

26.4.4对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统网上实时告知其理由。

26.5

在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标无效：

- 26.5.1不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一个IP上传的；
- 26.5.2不同投标人的投标文件编制机器码一致的。
- 26.5.3不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
- 26.5.4不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 26.5.5不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 26.5.6不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 26.5.7不同投标人的投标文件相互混装；
- 26.5.8不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；
- 26.5.9不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理或项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险；
- 26.5.10不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
- 26.5.11 有证据证明投标人串通投标的其他情形的。
- 26.5.12评标委员会认定的其他串通投标情形。

27. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程要求投标人作出必要的澄清。投标人的澄清应当在评标委员会规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程以书面形式作出，由其投标人代表签字。但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

28. 比较与评价

28.1

评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2

对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的

报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29. 评标过程及保密原则

29.1

凡与本次招标有关人员属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2

在评标期间，投标人试图影响或干预评标的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

30. 评标异议登记

采购代理机构工作人员对评标专家等相关人员在评标过程中发现、提出的异议进行逐项登记。

七 定标

31. 定标原则

31.1 最低投标价不作为中标的保证。

31.2

确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选人（或中标人）：

31.2.1最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人（或中标人）的评标方法。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。最低报价相同的，按信用报告等级高者优先。信用报告等级相同的，按技术指标优劣顺序排列。均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

对有效投标的投标货物符合价格折扣条件的，评标委员会根据政府采购相

关规定，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，调整后的评标总价作为投标人的评标价，按评标价由低到高排列。评标价相同的，按投标报价由低到高排列。评标价与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。评标价、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

32. 确定中标人和中标候选人

本项目由采购人授权评标委员会直接确定1名中标人和1名中标候选人。

33. 中标通知书及中标公告

33.1

评标结束后，采购代理机构及时在《河南省政府采购网》、《驻马店市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《驻马店市公共资源交易中心网》等相关媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

33.2

中标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格；中标人在有效报价中报价最低，非不可抗力放弃中标资格的。发生上述情况的承担由此引起的一切后果。

33.3

中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4

中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

34. 采购代理机构宣布废标的权利

34.1

出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人

:

34.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2 投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的。

34.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

34.2

投标截止时间后投标人不足3家或通过资格性检查或符合性检查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

八 合同授予

35. 合同签订

35.1

采购人、中标人自中标通知书发出之日起，在招标文件第三章《投标人须知前附表》规定的时间内，根据招标文件确定的事项和中标投标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

35.2

招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.3 投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

35.4 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

35.5采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内在“河南省政府采购网”公告，合同签订之日起2个工作日内在河南省电子化政府采购系统进行备案。

第四章 评标办法

一、总则

本次评标采取最低评标价法。按投标人须知第31项的规定确定中标人和中标候选人。

评标价=投标人报价×(1-Σ价格折扣幅度)

2、价格调整要素及价格折扣幅度列表：

价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环境标志产品	3%
小微企业参加谈判，且提供产品出自小型或微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。	为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发【2022】12号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，加大政府采购支持中小企业力度，小微企业的价格评审优惠幅度为：货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。
提高政府采购面向中小企业预留份额	400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。其他按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。
.....	供应商或所提供产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由供应商提供相关法律法规政策依据，每项按0.5%折扣。

注：1、投标产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

2、同一包内有多个投标产品，部分产品符合政策功能要求的，只对符合政策功能要求的产品依据《投标报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣，并按折扣后的价格即单项评标价计入总价进行评标。

单项评标价=投标人单项报价×（1-Σ价格折扣幅度）

评标价=Σ单项评标价+Σ不进行价格调整产品单项报价

3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。（格式见第六章附件）

4、根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见第六章附件）

第五章 政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照_____（项目编号）的招标结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

6.1 扣除合同总价的_____ %作为质量保证金。

6.2 在质保期内中标投标人提供的货物质量和符合合同约定，经验收合格，质保期满后10个工作日内该款无息退还。

7. 转包或分包

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9. 货款支付

付款方式：

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1

乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2

使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3

乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5

货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1

乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2

乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料

等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后
日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后
日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将
由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起
个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问
题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后
个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生
维修，维修时只收部件成本费。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在
小时内到达甲方现场，____小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单
，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质
量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步
验收不合格的不予签收。

13.3

甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用
操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签
署验收意见。

13.4

对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收
及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5

验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责
。

14. 索赔

14.1

如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质
量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，
甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保

险公司或运输部门承担的除外)。

14.2

在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1

在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2

根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4

如果在甲方发出索赔通知后
日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后

日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1

甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2

甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3

乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解

除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2

乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2

在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购

买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1

本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式

份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内在“河南省政府采购网”公告，合同签订之日起2个工作日内在河南省电子化政府采购系统进行备案。

19.4 签定地点：

20. 附件

甲 方：	乙 方：
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电 话：	电 话：

签订日期： 年 月 日

第六章 附件一投标文件格式

注释：

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应按照这些格式文件制作投标文件。

目 录

- 附件1 投标文件封面（格式）
- 附件2 投标书（格式）
- 附件3 开标一览表（格式）
- 附件4 投标报价明细表（格式）
- 附件5 供货范围清单
- 附件6 技术响应表（格式）
- 附件7 商务响应表（格式）
- 附件8 法定代表人身份证明（格式）
- 附件9 法定代表人授权书（格式）
- 附件10 证明文件
- 附件11 抵制商业贿赂承诺（格式）
- 附件12驻马店市政府采购供应商信用承诺函
- 附件13 河南省政府采购合同融资政策告知函

附件1

投标文件封面（格式）

政府采购项目

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：

附件2

投 标 书（格式）

致：_____（代理机构名称）：

_____（投标人名称）现委托

（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的_____项目（项目编号：

_____）的投标。现正式提交下述文件1份：

- 1、开标一览表。
- 2、投标报价明细表
- 3、供货范围清单
- 4、技术响应表
- 5、商务响应表
- 6、法定代表人身份证明
- 7、法定代表人授权书
- 8、证明文件
- 9、抵制商业贿赂承诺

为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

3、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

4、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

5、如果我方存在投标人须知第9.3项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

6、如果发生投标人须知第19项所述情况，同意贵方不予退还我方投标保证金。

7、如果发生投标人须知第26.4.1、26.4.3项所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。

8、如果发生投标人须知第26.5项所述情况，同意评标委员会认定我方的行为属于串通投标的行为，并自愿接受监管部门的处罚。

9、如果现场变更采购方式，我方同意在不改变招标需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序进行采购。

10、如果被确定为中标人，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书并缴纳服务费。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

11、如果被确定为中标人，我方同意在领取中标通知书之日起日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

12、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：_____。

13、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

14、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人代表（法定代表人或委托代理人）签字：

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件3

开标一览表（格式）

项目编号：_____

货币单

位：元

序号	货物名称（规格）	单价	数量	投标报价	交货期	备注
投标报价(大写)：				¥		

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、服务费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

5、若认为所投产品符合价格折扣条件的，在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件，以方便评委评标。

6、投标人按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由投标人承担。

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件4

投标报价明细表（格式）

项目编号：_____元）

金额单位：人民币（

序号	货物名称	品牌	规格型号	货物制造商	单位及数量	单价	金额
							
	运输费、安装调试费、其他						
投标报价(大写):							¥

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件5

供货范围清单（格式自拟）

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

附件6

技术响应表（格式）

项目编号：

序号	货物名称	招标文件技术要求	投标文件技术要求响应	偏离情况
1				
2				
...				
验收标准及方法				

注：投标人必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件7

商务响应表（格式）

项目编号：

项目	招标文件要求	响应情况	投标人的承诺或说明
质量标准			
服务期限			
合同履行期限			
交货时间及地点			
合同签订时间			
付款方式			
质保期			
备品备件及耗材等要求			
售后服务保障或维修响应时间要求			

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件8

法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（二代身份证需正反面）（不附为无效授权）

身份证正面扫描件贴于此处	身份证背面扫描件贴于此处
--------------	--------------

投标人：_____（盖单位公章）
年 月 日

附件9

法定代表人授权书（格式）

致：_____（代理机构名称）

_____（投标人名称）法定代表人
授权我单位（职务或职称）

（姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理
项目（项目编号：
）投标活动的一切事宜。该授权代理人作出的所有承诺说明，我单位均予以
认可并承担全部责任，委托期限：____年__月__日至__年__月__日。

附：委托代理人身份证扫描件（二代身份证需正反面）（不附为无效授权
）

特此授权。

身份证正面扫描件贴于此处

身份证背面扫描件贴于此处

投标人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

____年__月__日

附件10

证明文件

供应商须知前附表要求的资料及供应商认为需要提交的其他资料

10.1

中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（只需符合条件的供应商提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加
（单位名称）的

（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于
（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
_____人，营业收入为_____万元，资产总额为
_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于
（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为
（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为
_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部
中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

10.2 分包协议书（本项目不接受）

10.3

联合体协议书（本项目不接受）

甲方：_____法定代表人：

地址：_____电话：_____邮编：

乙方：_____法定代表人（负责人）：

地址：_____电话：_____邮编：

丙方：_____法定代表人：

地址：_____电话：_____邮编：

缔约方依据《政府采购法》规定，按照招标文件（项目编号：____）的要求，本着互利互惠、利益共享、风险共担的原则，经协商达成一致，就联合体投标事宜签订本协议。

1. 缔约方自愿组成_____项目投标联合体。

2. 缔约方基本情况：

2.1 甲方：____，注册资本：____元，属于____（大、中、小、微）型企业，主要生产/经营：____，具有____资质等级____级，参与过_____等项目的建设。

2.2 乙方：____，注册资本：____元，属于____（大、中、小、微）型企业，主要生产/经营：____，具有____资质等级____级，参与过_____等项目的建设。

2.3 丙方：____，注册资本：____元，属于____（大、中、小、微）型企业，主要生产/经营：____，具有____资质等级____级，参与过_____项目的建设。

3. 甲方（乙方或丙方）为本联合体牵头人。

4. 联合体牵头人代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同招标投标活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主持、组织和协调工作。

5. 联合体各成员职责分工：

5.1 甲方承担该项目的_____工作，完成合同金额_____万元，占联合体协议合同总金额____%，其所发生的一切费用由甲方承担。

5.2 乙方承担该项目的_____工作，完成合同金额_____万元，占联合

体协议合同总金额____%，其所发生的一切费用由甲方承担。

5.3 丙方承担该项目的_____工作，完成合同金额_____万元，占联合体协议合同总金额____%，其所发生的一切费用由甲方承担。

6. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

7. 本协议自签章之日起生效，到项目验收合格，采购人付清全部款项后失效。联合体未中标，该协议自行失效。

8. 本协议一式____份，缔约方各执一份。

甲方：（盖章） 法定代表人或委托代理人：_____（签字）

乙方：（盖章） 法定代表人或委托代理人：_____（签字）

丙方：（盖章） 法定代表人或委托代理人：_____（签字）

_____ 年 ____月 ____日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

10.4

政府采购投标担保函（如要求）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于____（以下简称“投标人”）拟参加编号为____的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 违反招标文件规定的应当没收投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币____元（大写____），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起____个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 _____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

10.5

政府采购履约担保函（如需要）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与 ____（以下简称投标人）于____年____月____日签定编号为的《____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的____%，数额为____元（大写____），币种为____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

附件11

投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为

承诺书（格式）

致：_____：（采购人和采购代理机构）

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评标专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评标专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

致(采购人或政府采购代理机构)：

单位名称(自然人姓名)：

统一社会信用代码(身份证号码)：

法定代表人(负责人)：

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守

本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；

(七)符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称(盖章)：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

注：

1. 投标人须在响应性文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效响应处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件13 河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

1、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

2、合同规定标准及验收费用支付办法，特别是委托第三方或有资质检验机构验收的

3、合同规定预付款及预付比例，合同价格支付比例

4、中小微型企业政府采购价格折扣百分比按财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号执行